The state of Israel-Ministry of Health
The Chaim Sheba Medical Center
Affiliated to the Tel-Aviv University
Tel-Hashomer 52621, ISRAEL
Fax : 03-5303340Tel: 035303330

מדינת ישראל –משרד הבריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
באוניברסיטת תל-אביב
תל השומר 52621, ישראל
טל: 03-5303330 פקס: 03-5343340

מחלקת שירותים טכניים
טלפון: 03-5303330
03-5303340:FAX

7/7/2022

התייחסות לשאלות למכרז 12299328 - רכש מכונות שטיפה אספקה סטרילית - אתר א'

חב'	שאלה	תשובה
ביופארמקס	**18.3 מפרט ותנאים לאספקה - סעיף 7** מבקשים כי רשימת המקומות/התקנות לא יחייבו התקנה בארץ אלא התקנות בעולם המערבי כלומר אירופה/ארה"ב יספקו תנאי סף זה .	**סעיף 18.3** : **לא מאושר**. סעיף זה מדגיש ניסיון מוכח של שרות ואיכות המכונות המוצעות במח' אספקות סטריליות בארץ , כלומר ניסיון מוכח של הספק השירות והמכונות.
ביופארמקס	**17.1 במפרט (עמ' 10)** הבהרה לגבי השאלה " steam heating temperature range " למה הכוונה? טווח הטמפרטורה של המים? טווח הטמפרטורה של הקיטור המסופק הנדרש?	**סעיף 17.1** Steam Heating Temperature Range : מכונה המוצעת מבצעת חימום של המים באמצעות קיטור. נדרש לציין טווח טמפרטורת המים המחוממים ע"י הקיטור.
דיוק	במכרז אנו נדרשים להעביר תכנית העמדה למכונות (סעיף 33). אבקש לקבל את קובץ DWG של האס"מ על מנת שנוכל להכין תכנית העמדה.	כפי שצוין בסיור ספקים.. אתר א' במח' אספקה סטרילית עבר שינויי מבנה בשנה האחרונה והתכניות אינן עדכניות. המציעים נדרשים לבצע מדידות מדויקות באתר ולוודא התאמת הציוד המוצע למיקום המיועד כפי שהוצג והוסבר בסיור.

אפללו שמשון
מ. מח' שירותים טכניים

Email: shimshon@sheba.health.gov.co.il