

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	חברי אל
יחידה מזמינה:	סינום לוי ארע
תאריך:	12/7/22

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078135	MICROMED SD PLUS 32 EEG ACQUISITION SYSTEM
6	1040024143	LOUD SPEAKERS FOR COMPUTER
5	1040024135	LAPTOP COMPUTER FOR STIMULATION 15.6 I5 500GB SSD 8GB RAM WI
4	1040024127	ERP OPTION-SOFTWARE OPTION FOR ERP MANAGER
3	1040024119	CAP ADAPTER
2	1040024101	X 32 CHANNELS CAP LARGE MEDIUM AND SMALL 3

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	ש.גילת
----------	--------

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

30 ביוני 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0224
תיק: 2-1132, 6511

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש
כ א נ

הנדון: ביה"ח השיקומי/מח' שיקום נוירולוגי – חוו"ד לרכישת מערכת EEG ניידת.

תכתובת מיום 20.6.22

בהתאם לסימוכין, עבור מח' שיקום נוירולוגי נדרשת רכישת המערכת שבנדון בכמות של 1 יח'.

נדרשת מערכת לרישום ופענוח הפעילות החשמלית המוחית באמצעות 32 ערוצים, הכוללת המרכיבים הבאים:

- שלושה כובעי 32 אלקטרודות (בשלושה גדלים).
- קופסת מגברים וחיבורים
- תחנת איסוף מידע (Acquisition) וצפייה מבוססת מחשב נייד Laptop.
- גירוי פוטיק (Photic Stimulator) - לזיהוי רגישות אפילפטוגנית לאור מהבהב.
- עגלת ניוד ייעודית

המערכת תשמש את המחלקה קלינית ומחקרית. ברמה הקלינית, תשמש ככלי אלקטרודיאגנוסטי למעקב אחר נפגעי ראש, אבחון אירועי פרכוס, אבחון מצבים קוגניטיביים וסיווג מצבי הכרה, לצורך קבלת החלטות טיפוליות, ניתוב מטופלים, מעקב אחר תגובה לטיפול וקביעת מינון תרופתי.

לציין כי נכון להיום לא קיימת מע' EEG במחלקת שיקום נוירולוגי או במחלקות שיקום מקבילות בארץ ולכן תספק למחלקה יכולות אבחון ייחודיות.

בשימוש מכון EEG, היח' לאפילפסיה ויח' נוירולוגיה ילדים, מערכות EEG ווידאו EEG מבוססות על תוצרת MICROMED בלבד (כמות כוללת של 11 יח'). כל המערכות מקושרות למע' צפייה ופענוח מרכזית של היצרן, המאפשרת לקיים ממשק בין צוותים נוירולוגים מכלל הקמפוס ובכלל זה, החלפת מידע, סיוע בפענוח הבדיקות ומתן אבחון מכל מקום בביה"ח בזמן אמת.

תוכנת הצפייה והפענוח הקיימת מתוצרת MICROMED מאפשרת חיבור של עד 25 מכשירים. להבהיר כי לא ניתן לחבר למע' זו מכשירים מתוצרת יצרן אחר. דרישת מחלקת שיקום נוירולוגי בסימוכין הינה לחיבור מע' ה- EEG שתרכש למערכת המידע הקיימת.

לנוכח הנ"ל, למען לשמירה על תאימות מערכות, יש לראות ביצרן MICROMED באמצעות נציגתו המקומית חברת "גילת מדיקל", ספק בלעדי לרכישה.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 1-345-22 לדגם SD PLUS, כולל כל סעיפי האופציות.

מקור תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין הרצ"ב.

הערות למימוש:

- יש לדרוש תקופת של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות היצרן.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

- על נציג היצרן להתחייב למתן הדרכה מלאה הן לצוות הרפואי והן לצוות הטכני של ביה"ח (ברמת טכנאי יצרן!), תוך השתתפות בפועל במספר הפעלות ראשוניות, על מנת לוודא שימוש ואחזקה נכונים בדגם המוצע.
- על ההזמנה לכלול ספרות שירות והדרכה כמקובל.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' ישראל דודקביץ
ד"ר אלכסנדרה פלאבשיץ
מר אמיר חסון
מר רון בן-אלי