

**משרד החקלאות ופיתוח הכפר**  
**מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני**  
**המחלקה למכרזים**

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-6959505

\*\*\*\*\*

**מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 11.8.2022**

**תשובות לשאלות הבהרה**

**בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.**

**מכרז מס': 16/2022**

**נושא: אספקת מכשיר להפרדת תאים FACS עבור המכון לחקר בע"ח במינהל המחקר החקלאי**

**מועד אחרון להגשה: 29.8.2022 (עד השעה 12:00)**


\* **הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he>**

**ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>**

מס'	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	עמוד 9 סעיף 4.א.7	נבקש להגדיר את הדרישות למנדף הביולוגי – עד 1.35 מ' רוחב – גודל המנדף לא משפיע על מטרתה הסופית של המערכת	<b>לא ניתן לשינוי.</b> הגדרת הדרישות למנדף כמתואר בסעיף 4, כולל הגודל המצוין, משיקולי המקום המיועד למיקום המכשיר.
2	עמוד 9 סעיף 7/8/9.א.7	מתוקף הבדלים בטכנולוגיות מיון תאים במכשירים שונים נבקש ממשמש הקצה להגדיר מהו גודל התא המקסימאלי אשר אמור להיות ממוין במערכת המבוקשת ולא את גודל ה-nozzle הנדרש	"גודל התאים הוא רק פרמטר אחד בהקשר של קוטר ה-nozzle. קוטר ה-nozzle משפיע גם על הלחץ, קצב המיון, וחיוניות התאים. גודל התא/תא צמחי/פרוטוזוה המקסימאלי יכול להיות 100-120 מיקרון. הדרישה לקטרים, כפי שמפורט במכרז נובעת המצורך לגמישות במחקר, במגוון תאים/חלקיקים, בגדלים שונים, ובתנאי הפרדה שונים." "
3	עמוד 9 סעיף 1.ב.7	נבקש לחדד את ההגדרה בעניין פתיחת הקריאה: "קריאה=מרגע שנוצר קשר טלפוני או לחלופין נמסרה הודעת דוא"ל בעניין למחלקת השירות הטכני של הספק"	קריאה= פניה לספק, באמצעות קשר טלפוני (SMS), (whatsapp), או בדוא"ל, בגין תקלה או צורך בתמיכה שנמסרה לספק או מי מטעמו שאמון על מתן שרות ותמיכה.
4	עמוד 9 סעיף א.1.ב.7	נבקש לשנות את זמן התגובה הטלפונית לפתרון בעיות: "לא יעלה על 4 שעות מרגע הקריאה"	<b>לא מקובל</b>
5	עמוד 9 סעיף ב.1.ב.7	נבקש לשנות את זמן הגעת טכנאי כדלקמן: "לא יעלה על שני ימי עבודה במקרה של תקלה משביתה ולא יעלה על 3 ימי עבודה במקרה של תקלה שאינה משביתה"	<b>לא מקובל</b>
6	עמוד 10 סעיף 4.ב.7	נבקש לחדד את הניסוח לגבי שדרוגי תוכנה: "ככל ויצאו שדרוגי תוכנה (לא כולל שדרוגי מערכת הפעלה של המחשב)"	המכשיר מסופק עם מחשב בו מותקנות מערכת הפעלה, תוכנת הפעלה ולעיתים עם תוכנות ניתוח נלוות. ככל ויצאו שידרוגי תוכנה, ובמידת הצורך התאמה של מערכת ההפעלה של המחשב, שידרוגים אלו יהיו ללא עלות נוספת, כל עוד לא יהיה צורך בשידרוגי חומרה.

<p><b>לא ניתן. המחיר מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים שייקבעו ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר. להלן עדכון לסעיף מיום 9.8.22:</b></p> <p>א. בעקבות שינוי תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים מ-01.05.2022 מחיר השעה לתיקון ציוד מדעי לא יעלה על 269 ₪ (בתוספת מע"מ). להתייחס להוראות תכ"מ "נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן" הוראה מקשרת 8.1.1 מספר הודעה: ה.8.1.1.1 בתוקף מ-01.05.2022.</p> <p>ב. התעריף לתשלום עבור קילומטר נסיעה יהיה בסך של 1.40 שקלים חדשים ברוטו לקילומטר, בתוספת מס ערך מוסף. הוראה מספר ה.8.1.1.2 פרק ראשי: נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן בתוקף מ-01.08.2008.</p> <p>ג. נותן שירותים חיצוני לא יקבל הוצאות נסיעה משתי יחידות או שני גופים ממשלתיים שונים (או יותר) עבור אותה נסיעה לאותו היעד. כל נסיעה ליעד במרחק הקטן מ-15 קילומטרים תיחשב כנסיעה לאותו היעד (לדוגמה, נסיעה מתל אביב למבשרת ציון ולאחר מכן לירושלים תיחשב כנסיעה אחת, מתל אביב לירושלים).</p>	<p>נבקש להוסיף לסעיף "המחיר יתעדכן בהתאם למדד העדכני בתום תקופת האחריות"</p>	<p>עמוד 10 סעיף א.10</p>	<p>7</p>
<p><b>אנו מוכנים להוסיף כדלקמן:</b></p> <p>" לא אנו נהיה אחראים לנוק שייגרם על ידי שימוש שלא על פי הוראות היצרן או הספק, התנהלות בזדון".</p>	<p>המזמין מתבקש להוסיף בסיפת הסעיף את המשפט הבא:</p> <p>" לא אנו נהיה אחראים לנוק שייגרם ע"י כוח עליון, שבר, הפעלה או שימוש לא תקין/ה או שלא על פי הוראות היצרן או הספק, התנהלות רשלנית (לרבות שפיכת נוזלים) או בזדון".</p>	<p>עמוד 42 (נספח 12)</p>	<p>8</p>
<p><b>בתצהיר יש מקום לסימון במקרה שהחוק אינו חל. סעיף 9 לחוק אכן קובע:</b></p> <p>"מעסיק" – מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים ,</p>	<p>תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות (נספח א' עמוד 25) חברתנו מעסיקה מתחת ל-25 עובדים, לכן לפי מיטב הבנתנו הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 לא חלות על המציע - האם נכון?</p>	<p>נספח א' עמוד 25</p>	<p>9</p>
<p>יש לצרף ולרשום לא רלוונטי כולל חתימה וחותמת החברה.</p>	<p>האם יש לצרף להצעה מסמכים שאינם רלוונטיים עבורנו כגון נספחים 10? אם כן, האם צריך/ניתן לכתוב עליהם לאורך העמוד לא רלוונטי כולל חתימה וחותמת החברה?</p>		<p>10</p>
<p>זוכה רשום ימציא ערבות ביצוע בסך של 5% מגובה ההתקשרות הכולל מע"מ.</p>	<p>ערבות ביצוע בסך של 5% מגובה ההתקשרות- האם הסך המוחשב לערבות הביצוע יהא כולל מע"מ או ל א?</p>		<p>11</p>
<p>תנאי סף - לא ניתן לשינוי.</p>	<p>מבקש לשנות שני מכשירים או יותר בעולם</p>	<p>6 ח'</p>	<p>12</p>
<p>כן, כל המתכלים הדרושים לביצוע 150 ימי עבודה בשנה, 8 הפרדות ביום עבודה.</p>	<p>האם כולל מתכלים הדרושים להפעלה השוטפת של המכשיר כגון: נוזלי פאקס ובידים לכיול? (הכמויות תלוי שימוש במכשיר). אם כן, מה הכמויות הצפויות בשנה?</p> <p>בכדי שנדע לעמוד ולתמחר בהתאם.</p>	<p>6 ו'</p>	<p>13</p>
<p>לא. זה חורג מהמפרט ב- 4.7.</p>	<p>גודל מנדף למכשיר המוצע 1351*911*128 האם עובר את תנאי הסף? מצ"ב PRODUCT SPECIFICATION אודה לבדיקתכם</p>	<p>א.7</p>	<p>14</p>

ראה תשובה בסעיף 7 לעיל.	האם המחירים צמודים למדד? הבקשה היא לתעריף שיהיה רלוונטי החל מ- 3 שנים לאחר ההתקנה ולמשך שנים קדימה. המינימום הוא הצמדה למדד.	10	15
לאחר אספקת הטובין ובאישור המזמין, הספק הזוכה יגיש חשבונית כרשום בסעיף 22	מה הכוונה "תום אספקת הטובין" האם לאחר האספקה ניתן לחייב?	א.22	16



מוטי ניר  
מ"מ יו"ר הועדה



רחל ירום  
חשבת המינהל



עו"ד בת-עמי הלוינג  
יועצת משפטית המינהל

---

שם המציע חותמת וחתימה