



**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	משרד הבריאות
יחידה: מזמינה:	המרכז הרפואי זיו
תאריך:	18.07.2022

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)**

עסקת ראגנטים- קבלת שני מכשירי COBAS לשימוש בית חולים בתמורה לרכישת ראגנטים ל 5 שנים

ביצוע בדיקות אימונוכימיות/אנדוקריניות הינן חלק חשוב מאוד במעבדה הביוכימית רב תחומית והביצוע נדרש לאבחון ולמעקב של חולים במגוון המחלות, כולל מחלקת הקורונה וגם לביצוע בדיקות הורמנליות דחופות לפני או במהלך הניתוח, הבדיקות אלו (פאנלים רחבים: בנספח א) מתבצעות על ידי מכשירי COBAS 6000/8000 העובדים בטכנולוגיה ECL.

ההתקשרות כוללת תחזוקת המכשיר ותיקון תקלות ע"י החברה ללא עלות, במסגרת עסקת ראגנטים

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא X

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

X טובין      X שירותים       ביצוע עבודה

**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

<b>שם הספק:</b>	גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ
<b>מספר הספק (פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)</b>	ח.פ. 51-105312-8 מרח' שחם 32, ת.ד. 7803 פתח תקווה טל: 03-9277277
<b>ספק זה הנו:</b>	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>	4,259,666 ₪ ל 5 שנים כולל מע"מ
<b>תקופת ההתקשרות:</b>	5 שנים
	סה"כ 6,056,198.39 ₪

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף) נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

בעולם קיימות מספר מערכות אימונוכימיות אבל רק מערכת **COBAS** נותנת מענה כולל למעבדה בסדר גודל שלנו מבחינת מגוון טסטים, זמני ביצוע הנדרשים למקרים דחופים והיקפי העבודה. המערכת נותנת מענה לבדיקות אנדוקריניות (הורמונים של בלוטת תירואיד, פרהתירואיד, פוריות), מדדי אנמיה (חומצה פולית, ויטמין B12 ופריטין), לבדיקות של סמני סרטן ולבדיקות מיוחדות כמו בדיקות מתחום הקורונה - **ANTI N, IL6** ולמדד אלרגיה כמו **IGE**. מכשיר **COBAS 6000/8000** עובד בטכנולוגיה **ECL**, קיימים פאנלים רחבים של בדיקות כולל בדיקות מיוחדות. נכון להיום, מדובר במכשיר ישן שיש לשדרגו (כולל גיבוי). מניסיוני האישי ומתוך התייעצות עם עמיתים בבתי חולים אסף הרופא, תל השומר לא קיים מכשיר אחר הנותן מענה מלא לצורך ביצוע כל הבדיקות שצוינו.

# שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נספח א'- סוגי הבדיקות המבוצעות על המכשיר וכמות השנתית

מס"ד	סוג הבדיקה		כמות בדיקות שנתית	
1	CTX	סמן עצם	30	
2	Ca15.3	סמני סרטן	1400	
3	Ca19.9		1000	
4	Ca125		500	
5	CEA		1400	
6	AFP		450	
7	PSA T		500	
8	PSA F		200	
9	IL6	"בדיקת קורונה"	1100	
10	ANTI N (COVID)		לפי הדרישה	
11	IgE	מדד אלרגיה	350	
12	ACTH	הורמונים מיוחדים	50	
13	PTH STAT		950	
14	Vit B12		10500	
15	Ferritin	מדדי אנמיה	10000	
16	Fol Acid		10000	
17	FSH		הורמוני פוריות	532
18	LH			600
19	PROLACTIN	550		
20	Estradiol	600		
21	Progesterone	300		
22	TSH	הורמוני תירואיד		12000
23	FT4		10000	
24	FT3		10000	

# שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2

פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

נספח ב'-

העובדות המעידות שמדובר בספק יחיד:

1. מכלול בדיקות מיוחדות שניתן לבצע במערכת E COBAS הן CTX ו IL-6. CTX הינו סמן עצם והשירות זה ניתן למחלקות בית החולים וכן ללקוחות פרטיים. IL-6 אחד ממדדי דלקת החשובים אצל חולי קורונה המעיד על CYTOKINE STORM ומשתמשים בו גם למעקב וגם כמנבא המחלה או החמרתה. בנוסף, ישנם בדיקות מיוחדות נוספות שהשילוב שלהן במערכת אחת היא ייחודית למערכת קובס (מצ"ב) והמגוון הטסטים מאפשר להכנסם לעבודה (מדובר על סמני סרטן נדירים, מדדים של מחלת אלצהיימר) בראיה העתידית. כמו כן, פאנלים רחבים של טסטים מהווים אפשרות לגיבוי לטסטים המבוצעים בטכנולוגיות אחרות וגם צאפשרים את ריכוז בדיקות במכשיר אחד.
2. זמני ביצוע קצרים – אפשרות לבצע בדיקת PTH מספר פעמיים במהלך הניתוח של ADENOMA PARATHYROID תוך פחות מרבע שעה.
3. אפשרות לעבוד עם נפחים קטנים של הדגימה (היתרון בדגימות יקרות של פגים, ילדים ותינוקות).
4. כל הכיולים מורכבים משתי נקודות וכאן מדובר בחסכון הראגנט.
5. היציבות של ראגנט במכשיר הינה גבוהה (ממוצע 112 יום) בהשוואה למכשור מחברות אחרות (30 יום ממוצע)
6. טכנולוגיית ECL מאפשרת את טווח ערכים הנמדד הגדול ביותר שזה מוריד את הצורך בביצוע מיהולים רבים המוביל לבזבז הראגנט.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דר אלנה בוקובצקי	מנהלת מעבדה ביוכימית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה