

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	אורולוגיה
תאריך:	18/5/22

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
9	1190023813	PIRANHA TISSUE CONTAINER
8	1190023805	PIRANHA DISPOSABLE TUBING SET FOR 2208 PUMP STERILE
7	1190023797	PIRANHA BACTERIA FILTER
6	1190023789	PIRANHA SOUND ABSORBER
5	1095089553	PIRANHA REUSABLE ROTATION MORCELATOR-LONG
3	1095089546	MOTORISED HANDLE INC. CABLE
2	1095089538	POWER CONTROL GENERATOR
1	1095089520	PIRANHA SUCTION PUMP
10	1040023566	ARC CART EQUIPMENT TROLLEY
4	1040023558	PIRANHA COLLECTING CONTAINER 3L

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)**

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי-פסח

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

15 במאי 2022  
מספרנו: הני"ר/ 0157-2022  
תיק: 1006, 1130-1

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' רכש  
כ א נ

הנדון: אורולוגיה – חו"ד לרכישת מכשיר מורסלטור.

תכתובת מיום 26.4.22

בהתאם לסימוכין, נדרשת רכישה של המכשיר הנדון עבור המחלקה האורולוגית.

מדובר במכשור ייעודי לשימוש עם מערכת לייזר בפרוצדורות Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP), לטיפול בהסרת חסימות בדרכי השתן כתוצאה מהיפרפליזיה שפירה של הערמונית (BPH).

במהלך ניתוח HoLEP מוכנס רסקטוסקופ דרך צינור השופכה המאפשר צפייה במבנה הפנימי של בלוטת הערמונית. לאחר מכן מוכנס דרכו Holmium Laser המשמש להסרת הרקמה המוגדלת ולאיתוס כלי הדם. בשלב האחרון מוכנסת ידית המורסלטור עם להב בקצה, המשמשת לקיצוץ הרקמה שהוסרה ושאיבה בטוחה שלה דרך שלפוחית השתן.

רצ"ב הצעת היצרן Richard Wolf (מס' 138440) למערכת מורסלציה מדגם Piranha, הכוללת המרכיבים הבאים:

- פריט 1 – משאבת סקשיין (Suction pump).
- פריט 2 – ספק כוח (Power control generator).
- פריט 3 – ידית עבודה ממונעת (לחיבור לספק הכוח) בכמות 2 יח'.
- פריט 4 – מיכל ליצירת ואקום (באמצעות המשאבה) בכמות 2 יח'.
- פריט 5 – להב רב-פעמי חלול ומוארך, קוצץ ושואב רקמה (לחיבור לידיית העבודה) בכמות 2 יח'.
- פריט 6 – מנחית רעש למשאבה (מתכלה) בכמות 3 יח'.
- פריט 7 – פילטר אנטיבקטריאלי לחיבור למיכל ואקום (מתכלה) בכמות 10 יח'.
- פריט 8 – צנרת שאיבת רקמה (מתכלה) בכמות 10 יח'.
- פריט 9 – מיכל איסוף רקמה (מתכלה) בכמות 10 יח'.
- פריט 23 – עגלת ניווד למערכת.

הובהר כי למכשור מתוצרת Richard Wolf ייחודיות בצורתה ותנועתה של הלהב הרב-פעמית. להב המורסלציה הינו מוארך וחלול הכולל פתח בקצהו העליון בלבד, כאשר תנועתו הסיבובית מאפשרת לכידה של הרקמה באספקט הקדמי של המכשיר.

תנועה מעגלית ומוארכת זו נמצאה ע"י הצוות הרפואי בטוחה ויעילה בפנינו של רקמה וכן מפחיתה סיכוי לפגיעות ופציעות שלפוחית, וזאת בהשוואה לדגמי מכשור של יצרנים מתחרים בעלי תנועה בצורה ריבועית או צורת טיפה.

מהנימוקים המתוארים לעיל, יש לראות ביצרן Richard Wolf באמצעות נציגותו המקומית חברת "שניטל" ספק בלעדי לרכישה זו.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת מחיר מס' 138440 לפריטים 1-9, 23-24 בלבד בהצעה, ובהתאם לכמות המצוינת מכל פריט.

**הערות למימוש:**

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים (ולא 12 כפי שצוין בסימוכין), לכל מכלולי המערכות המוצעות כמוקבל במוסד, החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.
- במסגרת תקופת האחריות/שירות, על החברה להתחייב לביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל חלפים ועבודה) בהתאם להוראות היצרן.
- על ההזמנה לכלול ספרות שירות והפעלה כמקובל.
- על החברה להתחייב למתן הדרכה הן לצוות הרפואי והן לצוות הטכני (ברמת טכנאי יצרן) של ביה"ח, על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונים בדגם המוצע.

בברכה,

מיטל בן-טרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' זהר דותן  
ד"ר אסף שבירו