



**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

אל: ועדת המכרזים

משרד:	משרד הבריאות
יחידה מזמינה:	המרכז הרפואי ז'ו
תאריך:	13.07.2022

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה X (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)**

עסקת ראגנטים הכוללת קבלת מכשיר HYDRASYS של חברת SEBIA המיוצג בארץ ע"י דניאל ביוטק לשימוש של בית חולים בתמורה לרכישת ראגנטים ל 5 שנים. כמו כן, העסקה כוללת תחזוקת המכשיר ותיקון תקלות ע"י החברה ללא עלות, במסגרת עסקת הראגנטים מדובר במכשיר המבצע בדיקות אימונולוגיות הנדרשות לאבחון ומעקב של חולים המטוואונקולוגיים, הבדיקות הן: BJבשתן, גילוי נוגדן שמהווה הפרעה לבדיקות אלקטרופורזה כתוצאה מטיפול ביולוגי אצל חולים ב (ANTI-DARA ) MM.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

X טובין      X שירותים       ביצוע עבודה

שם הספק:	דניאל ביוטק
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	520042219
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	6-783-020 נח ב 5 שנים כולל מע"ם
תקופת ההתקשרות:	718,388.41 שנים 5

*הנכס לא יאוחזר פריט יחיד ביהו*

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**

## שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2

פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)  
נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

בעולם ישנם שני סוגים של מערכות המאפשרות לבצע בדיקות מסוג **BJ** ובארץ התחום מיוצג ע"י חברה צרפתית **SEBIA** שגם נציגותה בעולם גוברת על חברה השניה. לפי הספרות החומרים של סביה מאפשרים זיהוי טוב יותר בהשוואה לחברה מתחרה

בדיקת **BJ** - אחת מבדיקות הנדרשות לפי **GUIDELINES** העולמיים למעקב ואבחנה עבור החולים **MM**. מדובר בשיטה שדורשת פענוח לפי צביעה (בדיקה איכותית) ולכן האיכות ורזולוציה של המכשיר קריטיות לתהליך.

בנוסף, גרסה הנוכחית של המכשיר תאפשר להכניס בדיקות מיוחדות כמו **OCB** לביצוע פנים במקום ביצוע במעבדות חוץ שבנוסף לקיצור זמני ביצוע נוכל לחסוך במחיר הבדיקה.

נספח א - נימוקים נוספים שמדובר במכשיר שהוא ספק יחיד

מנסיוני האישי, לאחר התייעצות עם העמיתים בבתי חולים שונים ומתוך מידע בספרות המקצועית רק מכשיר הידרזיס יכול לתת מענה נדרש וכולל לביצוע בדיקות לחולים **MM**

# שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2

פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

נספח א-

בנוסף, המערכת מאפשרת ביצוע בדיקות **ANTI\_DARA** שזה גילוי נוגדן שבעזרתו מתבצע טיפול ביולוגי. נוגדן זה עלול להוות הפרעה בבדיקת אלקטרופורזה המאפשרת לאמוד את מצבם והתקדמות בטיפול. טיפול זה נכנס לסל הבריאות ויהיו הרבה חולים שיקבלו את התרופה וכך כדי להבטיח את דיוק הבדיקה לצורך טיפול מיטבי אנו צריכים לבודד שהמקטע של נוגדן. הדיוק של הבדיקה הינו קריטי למעקב, בחירה או שינוי הטיפול וכמובן משפיע על כמות החולים במכון המטולוגי. ישנה עוד חברה עם מכשור שמתאם לערכת של **DARA** אבל לא לכולם מתאים הקיט ומכשיר סביה מאפשר מתאים לכל הקיטים הנדרשים. בנוסף, המכשיר פותח את האפשרות לבצע כאן בדיקות נירולוגיות שכרגע נשלחות החוצה. ביצוע במעבדה הביוכימית יאפשר לקצר משמעותית את זמני הביצוע וגם להוריד מחירי הבדיקה לפחות בחצי.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>ד"ר אלנה בוקובצקי מנהלת מעבדה ביוכימית מרכז רפואי זיו-הרצל טלמית 5050105</p>	מנהלת מעבדה הביוכימית רב תחומית	ד"ר אלנה בוקובצקי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית