



02.10.22

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מוגבל מס' 22032 הצעות לאספקת $^{68}\text{GA-Dotatate}$

1. הריני להודיעכם על העדכונים שלהלן:
 - א. שורה מס' 3 בסעיף 69.1 בנספח א' בתנאי המכרז עודכנה .
 - ב. שורה מס' 3 בנספח ב' חלק 2 בהצעת המחיר עודכנה .
 - ג. סעיפים 1 ו-3 בנספח ג' במפרט הטכני עודכנו.
2. מצ"ב העמודים בהם בוצע העדכון – יש לצרף את העמודים המעודכנים להצעתכם.

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים

65. למען הסר ספק, מובהר כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של מרת"א ו/או מי מטעמו למסמכי ההזמנה אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור. כמו כן, כל הודעה אשר תימסר למשתתפים במכרז בכתב באמצעות כל גורם במרת"א שאיננו מטעם יחידת המכרזים של מרת"א - אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת – יהיה הדבר על אחריותו בלבד. תשובה שלא תינתן בכתב ע"י יחידת המכרזים של מרת"א לא תיצור עילה למציע כלפי מרת"א או מי מטעמו ולא תהווה בסיס לטענת השתק או מניעות כלפי מרת"א.

66. מרת"א רשאי לאפשר מספר סבבים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט וכן מרת"א רשאי לקיים מפגשים פרטניים עם המציעים להבנת שאלות הבהרה.

67. באחריות המציעים להעלות כל שאלה או ספק שקיים להם בנוגע לכל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים או בין הוראות שונות באותו מסמך, וזאת בשלב שאלות הבהרה. מובהר כי אם לא נשאלה בנושא מסוים שאלת הבהרה טרם הגשת ההצעה, אזי ככל שיימצאו לאחר מכן סתירות או אי התאמות כאמור, שלא ניתן ליישבן, יפורשו סתירות אלו על ידי מרת"א ופרשנותו תחייב את המציע. סתירות, אי התאמות ואי בהירויות בין הוראות שונות יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות מרת"א. למציע לא תהא כל טענה או תביעה, כלפי מרת"א או מי מטעמו, הנובעת מהפרשנות שבחר מרת"א.

68. בין הבהרות שונות גוברת הבהרה מאוחרת על מוקדמת וספציפית על כללית.

אמות מידה

69. אמת ההצעה, מרת"א רשאי לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למרת"א בהתאם לתקנה 22 לתקנות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. רוצה לומר: ועדת המכרזים רשאית לבחור מציעים זוכים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו על סמך מרכיבי אמות המידה כפי שיפורטו להלן (צבירת נקודות מרבית של איכות ההצעה + הצעת המחיר = 100 נקודות, ומהווה 100% מהניקוד):

69.1. איכות ההצעה - 30 נק' (ניקוד מרבי), לפי המפורט להלן:

(ניקוד האיכות הינו ע"פ בחינה אבסולוטית ואינו נגזר מהניקוד של ההצעות האחרות)

מס'	פרמטר איכות עבור החומר ⁶⁸ GA-Dotatate	ניקוד מקסימלי
1	יכולת לספק את החומר באופן יומיומי	10 נק'
2	יכולת לספק בין השעות 08:00 ל 16:00 ללא התנייה בגורמים אחרים.	10 נק'
3	התחייבות למנה באקטיביות של 5mCi לפחות (מנה שתגיע באקטיביות פחות מ 5mCi, לא תחויב)	10 נק'

• על המציע לסמן את תשובתו (יכולת עמידה) בכל פרמטר בטבלה בהצעת המחיר (נספח ב' – חלק

(2)

69.2. מחיר - 70 נק' (ניקוד מרבי) כמפורט להלן:

המחיר שיוענק להצעה הכספית של המציעים כאמור, יקבע באופן יחסי להצעה הכספית הנמוכה ביותר לפי העניין מבין סך ההצעות הכספיות של יתר המציעים כך שההצעה הכספית הנמוכה

14. ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז, כמו כן ש.ר.א.ל תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.

15. הפריטים יהיו בעלי סימון ברקוד ע"ג המכשיר לטובת קריאה ע"י סורק

מס'	שם הפריט	מק"ט יצרן	כמות שנתית צפויה לאספקת הטובין	מטבע	מחיר יחידה (לא כולל מע"מ)	סה"כ
1.	⁶⁸ GA-Dotatate		470			

מס'	פרמטר איכות עבור החומר ⁶⁸ GA-Dotatate	תשובת המציע: נא לסמן (+) במידה וקיימת היכולת
1	יכולת לספק את החומר באופן יומיומי	
2	יכולת לספק בין השעות 08:00 ל 16:00 ללא התנייה בגורמים אחרים.	
3	התחייבות למנה באקטיביות של 5mCi לפחות (מנה שתגיע באקטיביות פחות מ 5mCi, לא תחויב)	

16. ככל והמדובר בטובין שאינו בשימוש במרת"א, יפרט המציע באילו בתי חולים משתמשים בו ולצרף ע"פ שיקול דעתו חווי"ד/המלצות של בתי חולים אחרים כולל אנשי קשר:

- שם בית החולים בו נעשה שימוש בטובין: _____ איש קשר ופרטי התקשרות: _____.
- שם בית החולים בו נעשה שימוש בטובין: _____ איש קשר ופרטי התקשרות: _____.
- שם בית החולים בו נעשה שימוש בטובין: _____ איש קשר ופרטי התקשרות: _____.

שם החברה (הסוכן): _____ שם היצרן (הספק): _____

הכתובת: _____ הכתובת: _____

טלפון נייד: _____ טלפון נייד: _____

איש קשר: _____ דואר אלקטרוני: _____

מפרט טכני למכרז פומבי מוגבל מס' 22032 לאספקת $^{68}\text{GA-Dotatate}$ (מכרז מסגרת)

1. אקטיביות כל מנה 5 mCi.
2. ההזמנה תבוצע מראש ועד ליום קודם ליום הבדיקה. בהזמנה יצוין סוג החומר הרדיואקטיבי וכיול האקטיביות לשעת הבדיקה הרצויה.
3. זמני אספקת החומר, לפי דרישה, בשעות העבודה של המכון, כ-2-3 מנות ליום. יש לקחת בחשבון הפרש של לפחות 45 דקות בין כיול של כל מנה, כאשר כל מנת הזרקה היא של 5 mCi.
4. על המנות והחומרים להגיע עם מסמך QC, תעודות משלוח ופירוט האקטיביות, על מנת לוודא שהמנות תקינות.
5. על כל המזרקים והחומרים להגיע ללא זיהום רדיואקטיבי חיצוני שעלול לחשוף את הצוות לקרינה.
6. הרכישה תהיה לפי מנה בודדת.