

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-6959505

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 3.10.2022

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 29/2022

נושא: אספקת צנטריפוגה ריצפתית מקוררת עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 23.10.2022 (עד השעה 12:00)

* **הטופס מפורסם:** באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://mr.gov.il/ilgstrefront/he>
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	עמוד 8 סעיף 3.א.7	הרוטורים שלנו עשויים מאלומיניום ומשקלם: האחד (כשהוא ריק) 10.5 קילו והשני 13.6 קילו (כשהוא מלא- משקל דגימה כ 2 קילו) לפי היצרן. לכן נודה לאישור עבור רוטורים במשקל של עד 12 קילו. בנוסף, הרוטורים עשויים אלומיניום ולא סיבי פחמן.	לא מקובל. הדרישה היא לרוטורים עשויים סיבי פחמן.
2	עמוד 8 סעיף 4.א.7	נבקש לאפשר הגשה גם של צנטריפוגה במימדים של רוחב 71 ס"מ, עומק 86 ס"מ	לא מקובל.
3	עמוד 8 סעיף 5.א.7	נבקש לאפשר עוצמת רעש במכשיר מ- 62 dB(A) ומטה.	לא מקובל.
4	עמוד 10 סעיף א.10	נבקש להוסיף לסעיף "המחיר יתעדכן בהתאם למדד העדכני בתום תקופת האחריות"	לא ניתן. המחיר מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים שייקבעו ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
5	עמוד 12 סעיף 13.ב.2	נבקש לקבל הבהרה, מדוע אם האפשרות להגשת הצעת "טרייד אין" היא אופציונלית בלבד לפי סעיף 7א(10), היא מהווה הבסיס לבחינת הצעת המחיר?	אין חובת הגשה. המשמעות כאשר לא מוגשת הצעה כאמור תהא כי ניכוי עיסקת הטרייד אין במקרה זה תהיה 0
6	עמוד 35 (נספח 12)	המזמין מתבקש להוסיף בסיפת הסעיף את המשפט הבא: "אנו לא נהיה אחראים לנזק שייגרם ע"י כוח עליון, שבר, הפעלה או שימוש לא תקין/ה או שלא על פי הוראות היצרן או הספק, התנהלות רשלנית (לרבות שפיכת נוזלים) או בזדון".	לא מקובל. מוכנים להוסיף רק "למציע לא תהא אחריות מקום בו הנזק נגרם בזדון על ידי המזמין".

מוטי ניר
מ"מ יו"ר הוועדה

רחל ירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

שם המציע חותמת וחתימה