

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-6959505

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 3.10.2022

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 30/2022

נושא: אספקת יון כרומטוגרף IC עבור מרכז מחקר דרום גילת במינהל המחקר החקלאי

מועד אחרון להגשה: 23.10.2022 (עד השעה 12:00)

* **הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://mr.gov.il/ilgstrefront/he>**
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	סעיף 7 א- מפרט טכני סעיף 2 "זמן המדידה שלא יעלה על 12 דקות"	מצ"ב האפליקציה המוצעת במסגרת המכרז. שמתאימה למכרזכם. ניתן לראות לפי נתוני הספק כי זמן המדידה של האניונים הדרושים הינו 12 דקות (הפיק האחרון יוצא ב-12 דקות) זה תיאורטי – הניסוח קצת בעייתי להתחייבות	בוצעה בדיקה על ידי הגורם המקצועי. האפליקציה המוצעת עומדת בתנאי הסף ספציפי זה (נשוא הסעיף)
2	סעיף 7 א – מפרט טכני סעיף 10 " כולל KOH eluent solution עם יכולת שליטה בגרדיאנט ריכוזים"	מצ"ב האפליקציה שמתאימה למכרז שלכם. לפי האפליקציה לא משתמשים ב-KOH אלא בגרדיאנט ריכוזים אחר- האם זה בסדר?	ה eluent לא חייב להיות KOH כל עוד ניתן לבצע גרדיאנט ריכוזים להפרדה מלאה של האניונים המרכזיים כפי שמופיע ב סעיף 7.א. במכרז.
3	סעיף 7 ב' 1	נבקש להבהיר שהאחריות אינה כוללת מתכלים וריאגנטים או תקלות שמקורן בשימוש שלא לפי הוראות היצרן.	מקובל
4	סעיף 7 ב' 2	נבקש לשלב הדרכות מרחוק בתיאום עם המשתמשים.	לא מקובל ההדרכה צריכה להיות פיזית בגילת כפי שמופיע במכרז.
5	סעיף 7 ב' 2	הדרכות חוזרות, במידה והצוות יתחלף יהיו בתשלום.	מקובל
6	7. א. 15	פיתוח השיטות יבוצע על פי דפי אפליקציות של היצרן. נבקש להבהיר שנתמוך ונלווה את צוות המעבדה באופן מלא בפיתוח השיטות, אך על צוות המעבדה להכין את הדוגמאות וללמוד בעזרתנו לבדוק אותן בצורה עצמאית.	לא מקובל. הזוכה הוא זה שמפתח את האפליקציות (שלוש במספר) וזאת עד לסיום התקנת המכשיר.

מוטי ניר
מ"מ יו"ר הועדה

רחל ירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

שם המציע חותמת וחתימה