



29/09/22

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 223535 לאספקת רכש ציוד אספקה סטרילית

לחדרי הניתוח החדשים עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

1. במסמכי המכרז בוצעו השינויים הבאים :

1.1. עודכנה הצעת המחיר המציעים מתבקשים לבחון בקפידה את הצעת המחיר המעודכנת.

1.2. עודכן הסעיף הביטוחי בנספח ה' (הסכם).

1.3. מפרט טכני מכונת שטיפה לאנדוסקופים – לשונית 11 שורות 2 ו-13 עודכנו, כך שהדרישה לאפשרות חיטוי למתמרי TEE הינה בגדר רצוי. התווספה התייחסות בהתאמה באמות מידה.

1.4. מערכת לייצור ואספקה של מי RO עודכנה במפרט הטכני בלשונית 9 שורה 37.

1.5. מעקר מי חמצן – עודכנה לשונית 10 שורה 3 במפרט הטכני. המעקר צריך להיות בעל אפשרות לעיקור אנדוסקופים גמישים בתהליך שאושר ע"י יצרן האנדוסקופים המקובלים (pentex, olympus, storz).

2. מסמכי המכרז המעודכנים מפורסמים באתר מנהל הרכש ההמשלתי.

3. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	ג	5+6	אשכול ב'- האם ניתן להציע שולחנות ומכשירי להלחמה ללא ארון ייבוש?	הסעיף יוותר ללא שינוי - המציע נדרש להציע לכלל האשכול ללא יוצא מן הכלל
2	ג	5+6	מהם מאפייני עמדות האריזה? מידות? אביזרים נלווים?	ראה פרוט במסמך מפרט הטכני (לשונית מס' 5)
3	ג	3	אולטראסוניק- יש לנו מוצר חדש הכולל שתי אמבטיות כל אחת 2 קומות עם קומה מיוחדת למכשירי דה-וינצי, קומה למכשירי אנדו נוכל להביא להדגמה. כרגע בתהליך לאישור אמ"ר האם נוכל להציע?	האמבט האולטרסוני הועבר מאשכול א' לאשכול ג'
4	ב' חלק 2		האם ניתן להציע אשכול ב' חלקי – ללא ארון ייבוש?	ראה התייחסות במס"ד 1
5	מכונות שטיפה לכלי ניתוח(1)	שורה 19	נא לציין מיקום למדפסת צד נקי או מלוכלך ?	צד נקי

6	מכונה לשטיפת עגלות ומכשור (2)	שורה 13	נא לציין מידות של עגלה לחיטוי ברמה נמוכה	אורך עגלה : 82 ס"מ רוחב עגלה : 47 ס"מ גובה עגלה : 91 ס"מ
7	מכונת שטיפה לאנדוסקופים (11)	שורה 11	האם הכוונה לעגלת שינוע אנדוסקופים נפרדת ? במידה וכן, האם כולל קונטיינרים לשינוע ?	מדובר על עגלת שינוע נפרדת. מאפייני העגלה : 1. מקום לשינוע של לפחות 4 אנדוסקופים. 2. האנדוסקופים יונחו בתוך מגש עם מכסה 3. המגשים והמכסים יהיו עמידים לחיטוי ברמה גבוהה בטמפר' של 93 מעלות
8	ארון ייבוש למכשור (8)	שורה 7	נבקש לאשר ארון משולב עם 8 מדפים במקום 9 האם נדרש לספק את כל מחברי צנרת הנדרשים לחיבור חלולים ?	ניתן להגיש ארון עם 8 מדפים. נדרשים כל חיבורים הדרושים לייבוש של צנרת
9	ארון ייבוש אנדוסקופים (12)		האם נדרש קומפרסור פנימי או חיבור לתשתית בית החולים ?	ניתן להגיש מכונות עם וללא קומפרסור.
10		עמוד 2 סעיף 3	נא לפרט את היקף האחריות. חלקים ? פילטרים ? טיפולים ?	ראה נספח ה - הסכם, סעיף 17
11		עמוד 10 סעיף 11.2.2	בקשה ל2 מהנדסים : נבקש לשנות "2 טכנאים מוסמכים ומאושרים לעבודה ע"י היצרן"	ס"ק 11.2.2 עודכן לנוסח הבא : "למציע קיימת מחלקת שירות בישראל, הכוללת לכל הפחות חמישה [5] נותני שירותים מטעמו באזור המרכז, ובכללם לפחות 3 טכנאים שהוסמכו על ידי היצרן, כאשר כלל נותני השירותים הללו, הינם בעלי ניסיון מקצועי של 3 שנים לכל הפחות במתן שירות למכשור המוצע ע"י המציע _"

12		עמוד 11 סעיף 11.5.2	האם הכוונה למחלקה טכנית הממוקמת באזור המרכז או טכנאים ממוקמים באזור המרכז ?	ס"ק 11.5.2 עודכן לנוסח הבא: " למציע קיימת מחלקת שירות בישראל, הכוללת לכל הפחות שלושה [3] נותני שירותים באזור המרכז, ובכללם לפחות 3 טכנאים שהוסמכו על ידי היצרן, כאשר כלל נותני השירותים הללו הינם בעלי ניסיון מקצועי בתחום המכשור המוצע ע"י המציע של 3 שנים לכל הפחות." יובהר כי דרישה זו החוזרת על עצמה גם בתנאי סף אחרים מחייבת שנותני השירותים יהיו באזור המרכז ולא שמחלקת השירות תהיה באזור המרכז
13		עמוד 10 סעיף 11.2.1	נבקש לעדכן את התנאים לניסיון טכני של שנה ולהחריג את האולטרסוניק מהתנאים. האולטרסוניק של סטילקו מותקן מזה שנים רבות במספר רב של בתי חולים בישראל. הותקן ע"י המפיץ הקודם. חברתנו מכרה 4 יחידות בחודשים האחרונים יש לציין כי מדובר במערכת פשוטה מאוד מבחינה טכנית או לחילופין לשנות את הנוסח הכללי ל "ניסיון של 3 שנים למערכות מותקנות ופועלות בשוק הישראלי" מערכות השטיפה לציוד כירורגי ועגלות שאנו מציעים מותקנות ופועלות במספר רב של בתי חולים בארץ, רובם הותקנו ע"י המפיץ הקודם אך גם חברתנו הכניסה מספר מערכות בשנה האחרונה (איכילוב, העמק, השרון) <u>בית חולים איכילוב משתמש במערכות אותם אנו מציעים ואף רכש מאיתנו עוד 2 מערכות נוספות לפני מספר חודשים.</u> <u>לכן אבקש לשנות את הנוסח ל</u> "ניסיון של 3 שנים למערכות מותקנות ופועלות בשוק הישראלי"	ס"ק 11.2.1 עודכן לנוסח הבא: " על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקה ומתן שירות טכני לסוג המכשור המוצע על ידו, לשני בתי חולים לפחות, כאשר ניסיון זה נצבר במהלך חמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. "בית חולים" לעניין זה הינו בית חולים בישראל אשר יש בו 8 חדרי ניתוח לכל הפחות. "סוג המכשור" לעניין עמידה בתנאי סף זה משמעו סוג המכשור המוצע על ידי המציע על דגמיו השונים של יצרן המכשור."

14		עמוד 10 סעיף 11.3.1	נבקש להחריג את השולחנות מתנאי השירות הטכני. (לא מדובר במערכת טכנית) ארונות ייבוש ומלחם נבקש להתייחס לארונות ייבוש לצידוד כירורגי ואנדוסקופים תחת אותו ניסיון טכני. מדובר באותו יצרן וגם הארונות הינם זהים מבחינה טכנית, מלבד המבנה הפנימי של המדפים. לחברתנו ניסיון רב במתן שירות לארונות ייבוש. הארון ייבוש של STEELCO (אותו אנו מציעים) הותקן ע"י המפיץ הקודם ועובד במספר בתי חולים בישראל. יש לציין כי בית החולים איכילוב רכש מאינו ארונות אנדוסקופים עקב זכייתנו במכרז.	ס"ק 11.3.1 עודכן לנוסח הבא: "על המציע להיות בעל ניסיון של שנה לפחות באספקה ומתן שירות טכני לסוג המכשור המוצע על ידו לבית חולים אחד לפחות בישראל, כאשר ניסיון זה נצבר במהלך שלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. "ניסיון" לעניין עמידה בס"ק 11.3.1 משמעו ניסיון באספקה ומתן שירות טכני לסוג המכשור המוצע במכרז, זולת ארון ייבוש, אשר לגביו ייחשב במניין הניסיון הנדרש גם ניסיון באספקה ומתן שירות טכני לארון אנדוסקופים."
15		עמוד 11 סעיף 11.5.1	נבקש לעדכן ל 8 חדרי ניתוח במקום 12 "בית חולים" לעניין זה הינו בית חולים אשר יש בו 8 חדרי ניתוח לכל הפחות	ס"ק 11.5.1 עודכן לנוסח הבא: "המציע להיות בעל ניסיון שלוש שנים לפחות באספקה ומתן שירות טכני לסוג מכשור המוצע על ידו לשני בתי חולים לפחות, כאשר ניסיון נצבר במהלך חמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. "בית חולים" לעניין זה הינו בית חולים בישראל אשר יש בו 8 חדרי ניתוח לכל הפחות."

16	עמוד 10 סעיף 11.4.1	נבקש לאפשר לנו להציע את המעקרים של חברת סטילקו למרות שאנו לא עומדים בסעיף סף זה. (ניסיון של 5 שנים בשירות טכני) חברת Miele Steelco הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום העיקור. מעקרי הקיטור של החברה בגדלים השונים (24 עד 2000 ליטר) מותקנים בהצלחה במרכזים הרפואיים המובילים בעולם. חברת Miele Steelco נכנסה לתחום המעקרים בישראל רק לפני שנה בלבד ופועלת בנחישות ותחרותיות להחדרת מעקרי הקיטור בישראל. כיום יש לנו מעקר אחד בגודל 200 ליטר אשר עובד כבר שנה במרכז רפואי שערי צדק (אספקה סטרילית). המערכת והשירות הטכני שלנו הוכיחו את עצמם בשנה זאת והדגם אותו אנו מעוניינים להציע הוא מאותה סדרה. בנוסף, על מנת שלבית החולים יהיה ביטחון מלא בהחלטתו, אנו נציע את המעקרי קיטור בשיטה של "Sales and return" יאפשר לבית החולים להחזיר את המוצר ולקבל זיכוי מלא לכספו במידה של חוסר שביעות רצון בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י הגורם המקצועי של בית החולים ובהסכמת היצרן.		ס"ק 11.4.1 עודכן לנוסח הבא: "על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקה ומתן שירות טכני לסוג מכשור המוצע על ידו לשני בתי חולים לפחות, כאשר ניסיון זה נצבר במהלך חמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. "בית חולים" לעניין זה הינו בית חולים בישראל אשר יש בו 8 חדרי ניתוח לכל הפחות."
17	עמוד 46 סעיף 17.2.8	נא להגדיר את סוג התהליך שטיפה לציוד כירורגי. מהיר / סטנדרטי / אינטנסיבי		תכנית שטיפה סטנדרטית שעברה ואלידציה לפי ISO 15883 ומותאמת לשטיפה של מכשור פולשני (קריטי) עם לכלוך ויזואלי (דם, נוזלי גוף וכד').
18	עמוד 47 סעיף 17.2.9	האם מחזור שטיפה ציוד כירורגי מתייחס לכל הסעיפים ? ABCD		כן
19	עמוד 47 סעיף 17.2.9 F	נא לציין מידות עגלה לשטיפה		אורך עגלה: 82 ס"מ רוחב עגלה: 47 ס"מ גובה עגלה : 91 ס"מ*

20	נספח ה- הסכם ומוספיו	27.1	א. נבקש שהמילים: "ולטובת מדינת ישראל-משרד הבריאות, המרכז הרפואי תל-אביב, ע"ש סוראסקי" ימחקו. ב. נבקש שלאחר המילים: "והתנאים הנדרשים" יתווספו המילים: "בהתאם למפורט להלן". נבקש שהמילים: "לא יפחות מהמצוין" יוחלפו במילים: "יהיו בהתאם למצוין"	הסעיף יוותר ללא שינוי
21	נספח הסכם ומוספיו	27.1.1.1 / 27.1.1.2	א. נבקש שלאחר המילים: "אחריותו החוקית" יתווספו המילים: "של נותן השירותים". ב. נבקש שלאחר המילים: "כלפי עובדיו" יתווספו המילים: "של נותן השירותים". נבקש שלאחר המילים: "והשטחים" המוחזקים" יתווספו המילים: "על פי דיני מדינת ישראל". ג. נבקש שהמילים "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים: "בסך של" נבקש שהמילה: "שנה" תמחק.	א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה נדחית. ג. מחיקת המילה: "שנה" מקובלת.

א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה נדחית. ג. הבקשה נדחית. ד. הבקשה נדחית. ה. מקובל כי תבוא הסיפא לסעיף: "בתת גבול אחריות סביר שלא יפחת מסך של 400,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח." הבקשה נדחית.	א. נבקש שלאחר המילים: "אחריותו החוקית" יתווספו המילים: "של נותן השירותים". ב. נבקש שהמילים "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים: "בסך של" נבקש שהמילה: "שנה" תמחק. ג. נבקש שלאחר המילים: "CROSS "LIABILITY" יתווספו המילים: "לעניין עיסוקו של המבוטח". ד. נבקש שלאחר המילים: "ייחשב רכוש צד שלישי" יתווספו המילים: "בתת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח". ה. נבקש שלאחר המילים: "או פעלו בו יבוטל" יתווספו המילים: "בתת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח". נבקש שלאחר המילים: "מפריקה וטעינה" יתווספו המילים: "מכלי רכב". ו. נבקש שלאחר המילים: "מחדלי נותן השירותים" יתווספו המילים: "ואחריותו ובגין".	/ 27.1.2.1 /27.1.2.2 /27.1.2.3 /27.1.2.5 /27.1.2.6 /27.1.2.7	ה- נספח הסכם ומוספיו	22
אין שינוי בנוסח הסעיף אולם מובהר כי הספק רשאי לערוך את הביטוח במטבע דולרי ובלבד שגבולות האחריות לא יפחתו מהסכום השיקלי המומר לפי שער דולר יציג.	א. נבקש להחליף את סכום גבול האחריות הנדרש לסך של \$ 2,000,000 – בהתייחס לביטוח חבות מוצר	27.1.4.3	ה- נספח הסכם ומוספיו	23
אין שינוי בנוסח הסעיף אולם מובהר כי הספק רשאי לערוך את הביטוח במטבע דולרי ובלבד שגבולות האחריות לא יפחתו מהסכום השיקלי המומר לפי שער דולר יציג.	א. נבקש להחליף את סכום גבול האחריות הנדרש לסך של \$ 1,500,000 בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית	27.1.3.3	ה- נספח הסכם ומוספיו	24

25	נספח הסכם ומוספיו	ה-	27.1.3.4 27.4.4.3	א. נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל – מרמה ואי יושר עובדים ב. נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "בתת גבול אחריות בסך של \$ 25,000 – בהתייחס לכיסוי לאובדן מסמכים ג. יש למחוק את הדרישה לעיכוב/ שיהוי עקב מקרה ביטוח. אין כיסוי ביטוחי תחת הפוליסה.	ד. הבקשה נדחית. ה. מקובל כי לאחר המילים: "אבדן מסמכים" יבוא: "(בתת גבול אחריות סביר שלא יפחת מסך של 100,000 ₪ למקרה ולתקופה)" ו. הבקשה נדחית. יחד עם זאת מובהר כי עורך המכרז, לאחר הדגמה מצד הספק לשביעות רצון עורך המכרז, כי הספק לא הצליח לרכוש ביטוח הכולל הרחבה זו, למרות ניסיונותיו, רשאי לוותר לספק על עריכת הביטוח לאותה תקופת הביטוח.
26			27.1.5	א. נבקש להסיר את המילים: "ו/או מי מטעמו ו/או עבורו" בשורה הראשונה. ב. נבקש להסיר את המילים: "ו/או מי מטעמו" בשורה השלישית. ג. נבקש להוסיף את המילים: "למעט מלאי המבוטח בערכו" לאחר המילים: "בערך כינון". ד. נבקש להחליף את המילה: "המקובלים" במילה: "המבוטחים". ה. נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים: "על בסיס נזק ראשון".	ה. הבקשה נדחית. ו. הבקשה נדחית. אולם לאחר המילים: "בבמלו או או בחלקו" יבוא: "או שלערוך ביטוח למלאי שבחצרי המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי בערך שונה מערך כינון" ז. הבקשה נדחית. ח. הבקשה מקובלת.
27	נספח הסכם ומוספיו	ה-	27.1.6.2	א. נבקש שבמקום "60" ירשם: "30".	הבקשה נדחית.
28	נספח הסכם ומוספיו	ה-	27.1.6.7	א. נבקש שהמילים: "לא יפחתו מהמקובל על פי" יוחלפו במילים: "יהיו בהתאם לנוסח ו-".	הבקשה נדחית.
29	נספח הסכם ומוספיו	ה-	27.1.6.8	א. נבקש שלאחר המילים: "ככל שקיים" יתווספו המילים: "אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות נותן השירותים על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981"	הבקשה נדחית, אולם מובהר כי ביטול הסיגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש או מולל המקביל לו מקובלת ולא תהווה הפרה של הסכם.

30	נספח הסכם ומוספיו ה-	27.2	א. נבקש שבמקום המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" יוחלפו במילים: "ולתקופה של 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים".	הבקשה נדחית.
31	נספח הסכם ומוספיו ה-	27.3	א. נבקש להסיר את המילים: "לכל המאוחר שבעה ימים לפני". ב. נבקש שהפסקה השנייה תמחק. ככל שידוע הפסקה עברה לדיון למול המפקח על הביטוח לאור נוסח הפסקה.	ג. הבקשה נדחית. ד. הבקשה נדחית. למיטב ידיעת עורך המכרז רשות שוק ההון מכירה את נוסח הסעיף.
32	נספח הסכם ומוספיו ה-	27.4	א. נבקש להסיר את הסעיף הנ"ל. ישלח אישור ביטוח כמבוקש. הפוליסה כוללת מידע מסחרי.	הבקשה נדחית. תשומת לב כי ככל והפוליסות יתבקשו ספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.
33	נספח הסכם ומוספיו ה-	27.6	א. נבקש להסיר את המילים: "ותנאי הכיסוי"	הבקשה נדחית.
34	נספח הסכם ומוספיו ה-	27.8	א. נבקש שלאחר המילים: "הפרה יסודית של הסכם זה" יתווספו המילים: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור קיום ביטוחים במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ארבע עשר ימי עסקים (14) ממועד בקשת האישור".	מקובל כי תבוא הסיפא: "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 5 ימים בהצגת אישור ביטוח לאחר החידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו כשהם כוללים את התנאים הנדרשים לפי לסעיף זה, ותוך שמירה על הרצף הביטוחי.

35	מוסף ב' להסכם אישור עריכת ביטוחים	אישור קיום ביטוחים.	א. נוסח אישור הביטוח שצורף איננו הנוסח העדכני שנערך בהתאם לפיקוח וחוזר 2019-1-6, נבקש שהאישור יעודכן . בין היתר העמודה בדבר השתתפויות העצמיות, חלק פירוט הנכסים, והמלל בחלק ביטוח/שינוי הפוליסה. ב. נבקש כי תתווסף הבהרה כי כל נוסח אישור אחר המקובל על ידי המבטחת יאושר זאת היות וחלק מחברות הביטוח עבודות על פורמט ממוחשב. ג. נבקש שהאישור יכלול את הקודים המבוקשים מראש על מנת שיבדקו למול המבטחת ללא מלל בסמוך לקודים. ד. נבקש שבחלק פירוט השירותים יתווספו הקודים המבוקשים מראש.
36	נספח א	5	א. נבקש להוסיף כי המכשור יותקן לא יאוחר מ- 6 חודשים לאחר אספקתו וככל שלא יותקן יתחיל מניין תקופת האחריות.
37	נספח א	7	ב. בתקופת אינפלציה עולמית אותה אנו חווים נבקש לאפשר הגשת הצעה מדורגת להזמנות שיגיעו עד לתוקף ההצעה 8/3/2023 ולאחריה, כאשר להזמנות שיגיעו במהלך 2023, 2024 ולאחר מכן תהיה עלות לכל שנה נוספת.
38	נספח א	27	א. נבקש להגביל לתקופה בהתאם לסעיף 86.
39	נספח א	67	א. נבקש להבין מה פירוש המונח "תנאים, ללא חובת הנמקה". האם הכוונה רק לנושא המימון/תקציב או אחר?
40	נספח א	79	א. נבקש להוסיף "ובלבד שהספק לא הוציא הזמנה ליצרן".
41	נספח א	90	א. נבקש להגביל לתקופה בהתאם לסעיף 86.

42	נספח א	99	א. נבקש להוסיף ברישא של הסעיף לפני הסעיפים הקטנים "ובלבד שהספק לא הוציא הזמנה ליצרן".	הסעיף יוותר ללא שינוי
43	נספח ב (חלק 1)	12	א. נבקש להגביל לתקופה בהתאם לסעיף 86.	הסעיף יוותר ללא שינוי
44	נספח ב (חלק 2)	6	א. נבקש להוסיף כי המכשור יותקן לא יאוחר מ- 6 חודשים לאחר אספקתו וככל שלא יותקן יתחיל מניין תקופת האחריות.	הסעיף יוותר ללא שינוי
45	נספח ה	5.1	א. נבקש להוסיף כי המכשור יותקן לא יאוחר מ- 6 חודשים לאחר אספקתו וככל שלא יותקן יתחיל מניין תקופת האחריות.	הסעיף יוותר ללא שינוי
46	נספח ה	5.3	א. בתקופת אינפלציה עולמית אותה אנו חווים נבקש לאפשר הגשת הצעה מדורגת להזמנות שיגיעו עד לתוקף ההצעה 8/3/2023 ולאחריה, כאשר להזמנות שיגיעו במהלך 2023, 2024 ולאחר מכן תהיה עלות לכל שנה נוספת.	הסעיף יוותר ללא שינוי
47	נספח ה	9.11	א. נבקש לקבוע תקופה של 7 שנים ולא 10 שנים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
48	נספח ה	17.2	א. נבקש להוסיף כי המכשור יותקן לא יאוחר מ- 6 חודשים לאחר אספקתו וככל שלא יותקן יתחיל מניין תקופת האחריות.	הסעיף יוותר ללא שינוי
50	נספח ה	25.2	א. נבקש להוסיף לאחר המילים "ממעשה זדוני" את המילים "ו/או ברשלנות ו/או בשוגג ו/או בניגוד להוראות יצרן ו/או נזק מכל גורם חיצוני שאינו תלוי בספק".	הסעיף יוותר ללא שינוי
51	נספח ה	37.2	א. נבקש להוסיף שזכויות הספק לא ייפגעו.	הסעיף יותר ללא שינוי. יחד עם זאת יודגש כי מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד ממשלתי ועל כן כפוף לדיני המשפט המנהלי ודיני מכרזים ושומה עליו לנהוג בכל מכרזיו והתקשרויותיו בהגינות בתום לב ובדרך המקובלת.
52	נספח ה	44 על כל ס"ק	א. נבקש הדדי.	הסעיף יוותר ללא שינוי

53	כתב כמויות + נספח ג'		בכתב הכמויות אשכול א' 1.2 מצוין מערכת דטרנגטים 4 מכלים. ישנה סתירה עם הפרמטר הטכני בקובץ אקסל בתיאור : המערך יתאים למכונות מיצרנים שונים הדורשים דטרנגטים שונים [עד 6 משאבות שונות וצנרת מתאימה בהתאם]. בבקשה להבהיר הנושא. בד"כ 4 דטרנגטים שונים מספיקים לכל סוגי המכונות.	נדרשת שתהיה אפשרות לחיבור של לפחות 4 חומרים שונים. 4 לכל מכונה*
54	נספח טכני ג' + כתב כמויות אשכול א" מכונות שטיפה	מכונות שטיפה	במפרט הטכני מופיע דרישה לשטיפה של ציוד דה וינצ'י אך אין דרישה למעמד מתאים בכתב הכמויות. האם נדרש? באיזו כמות? והאם בנוסף או במקום הקיים.	כתב הכמויות תוקן ראה סעיף 1.8 ובמפרט הטכני לשונית 1 שורות 43-45
55	כנ"ל	כנ"ל	האם נדרש אישור רשמי של INTUITIVE יצרן ציוד רובוט דה וינצ'י למכונות השטיפה המוצעות	נוספה התייחסות במפרט הטכני לשונית 1 שורה 43 "המעמד נדרש לעמוד בהגדרות הוולידציה לשטיפת ציוד דה וינצ'י שהוגדרו ע"י חברת INTUITIVE "SURGICAL"
56	כנ"ל	כנ"ל	מכונות שטיפה – כמה סוגי דטרנגטים נדרש לתמוך במכונה, האם מספיק 2 ?	4 סוגי דטרנגטים לכל מכונה
57	כנ"ל	מכונות שטיפת עגלות	מכונות שטיפת עגלות – כמה סוגי דטרנגטים נדרש לתמוך במכונה, האם מספיק 2 ?	4 סוגי דטרנגטים לכל מכונה
58	כתב כמויות אשכול א' מכונות שטיפת עגלות	2.3	מכונות שטיפת עגלות – עגלות קונטיינרים, כתב כמויות מראה כמות 1 – נדרש 30 קונטיינרים לפי דרישות מהמכונה. האם נדרשת עגלה שנייה כדי להעמיד לשטיפה 30+ קונטיינרים במחזור יחיד?	בשלב זה נדרשת עגלה 1 במידה ויעלה צורך יבוצע רכש נוסף כחלק מהאפשרות להרחבת המכרז. מבקשים להבהיר כי הניקוד באמות המידה יהיה לפי כמות מקסימלית אפשרית במחזור שטיפה.
59	כתב כמויות אשכול ג' מעקרים	9.7	כתב כמויות סעיף 9.7 עגלות לאוטוקלאב כולל מעמדים תואמים כמות 20. כמות העגלות נראית רבה מידי בבקשה לפרט כמות עגלות נדרשת וכמות מעמדים התואמים לכמות העמסות (לדוגמא 8 העמסות = 8 מעמדים כאשר מעמד אחד גדול הינו מהווה עומס מלא למעקר או 16 מעמדים כאשר עומס מלא הוא ע"י חלוקה ל 2 מעמדים)	כתב הכמויות תוקן (ראה סעיף 9.7 ו-9.7.1) המפרט הטכני תוקן (ראה שורות 34 ו-35)
60	נספח טכני ג'	מעקרי קיטור	האם נדרש להוריד את טמפרטורת הקונדנס ל 60 מעלות ופחות לפני שפיכה לניקוז. או שצנרת הניקוז עמידה בפני 100 מעלות בניקוז המעקרים?.	אין צורך להוריד את טמפ' הקונדנס ל 60 מעלות. המים נשפכים לניקוז עשוי מצנרת יציקה ומתקררים בדרך.

61	מפרט טכני – נספח ג'	עמדות עבודה	מפרט טכני עמדות עבודה – בבקשה לאשר מגירה למקלדת ועכבר מתחת לשולחן ולא רק בזרוע	הבקשה נדחית. נדרש שהמקלדת והעכבר יהיה על השולחן. כאשר המקלדת נמצאת מתחת לשולחן זה אינו נוח מבחינת התפעול של העמדה
62	מפרט טכני – נספח ג'	ארונות ייבוש ציוד פלסטי	מפרט טכני ארונות ייבוש ציוד פלסטי (לא לאנדוסקופים) – "הארון יכלול תשתית לחיבור תוכנה בינלאומי, המאפשרת בקרה ואימות סימולטני של הפרמטרים בהתאם לדרישות משרד הבריאות והתקנים הרלבנטיים. למכונה צריך להיות חיבור לבקרה (מגע יבש) לתקשורת בין בקרת המכונה להעברת הנתונים ברשת המזמין." הדרישה הנ"ל נדרשת בד"כ עבור ארונות ייבוש לאנדוסקופים בלבד. בבקשה לבטל הדרישה מארונות ייבוש ציוד פלסטי	הסעיף עודכן במפרט הטכני. ניתן לספק ארונות ייבוש לצנרת גם ללא חיבור לתוכנה. (ראה שורה 9 בלשונית 8 של המפרט הטכני)
63	מפרט טכני – נספח ג'	מעקרי קיטור	מפרט טכני מעקרים – מבנה המעקר – בבקשה לאשר נפח תא המתאים ל STU 12 בעומק מלא (30X30X60) גם אם הינו קטן מ 900 ליטר	הסעיף עודכן- ראה שורה 4 בלשונית 9 במפרט הטכני
64	מפרט טכני – נספח ג'	מעקרי קיטור	מפרט טכני מעקרים – מבנה המעקר – פתיחה וסגירה של דלתות טעינה ופריקה בשיטת גליוטינה – בבקשה לשם הבהרה לשנות מגליוטינה ל "ורטיקלי" כלומר פתיחה מטה וסגירה כלפי מעלה גם מקובל	הסעיף עודכן, ראה שורה 6 במפרט הטכני לשונית 9.
65	שרטוט אוטוקאד		העמודים הקטנים הרבים המסומנים בתוך הקירות המתוכננים להיבנות כבר נראה שרובם כבר קיימים בשטח. מיקומם מגביל מאד את היכולת לעשות שינויים בתכנון. נא לאשר שאפשר לעשות שינויים בתכנון אשר מתחשבים בכך כי העמודים יוסרו / יוצבו אחרת ועל ידי בית החולים (ולא יהיה על המציע לבצע עבודה כלשהי בנוגע לעמודים)	לא ניתן לבצע שינוי במיקום העמודים.
66	חוברת המכרז – הוראות הגשה	9.1 עמ' 8	חוברת המכרז – הוראות הגשה – סעיף 9.1: "יש לצרף את הצעת המחיר קובץ דיגיטלי בנוסף קובץ אקסל פתוח של נספח ב'2. " – בבקשה לשלוח קובץ אקסל בפורמט פתוח שיהיה אחיד לכולם.	קובץ אקסל יועלה למסמכי המכרז באתר מנהל הרכש הממשלתי
67	חוברת המכרז – ניקוד טכני	סעיף 6 עמ' 30 "יעילות"	ניקוד טכני למעקרי קיטור ("יעילות"): בבקשה לציין עומק ה STU האם מדובר בעומק מלא 27-30 ס"מ? הדבר משפיע על כמות ה STU בעומס מלא.	STU= 600x300x270

68			בבקשה לאשר בהתאם לנדון בסיוור ספקים כי: א. מסועים פריקה ו/או טעינה אוטומטית הן למכונות השטיפה והן למעקרים ב. מים מטופלים RO יסופקו ע"י בית החולים, המציע לא יידרש לטפל במים המסופקים ג. ניתן להציע מחולל קיטור חשמלי מובנה בתוך המעקרים במקום מחולל קיטור נקי מרכזי	א. מעקרים - מסועי פריקה. מכונות שטיפה - מסוע טעינה ופריקה ב. האחריות למערכת לשיפור המים הינה של ספק האוטוקלאבים. ראה נספח ב' (חלק 2) סעיף 9.11 ג. דרישות המכרז עודכנו. נדרש מחולל קיטור חשמלי מובנה בתוך המעקר ולא מחולל קיטור מרכזי כפי שהוצג בהתחלה- ראה לעניין זה התייחסות במפרט טכני לשונית 9 שורה 3. סעיף 9.5 בכתב הכמויות בוטל
69			בבקשה לתת פירוט של מבנה ה PIT כפי שנאמר בסיוור המציעים כי ייתכן ויהיו מגבלות בגובה ה PIT ו/או קורה שתעבור במרכז. לחילופין בבקשה לאשר שניתן לקבל PIT מפולס כולו עם ניקוזים כנדרש בעומק של 15 ס"מ	קיימות קורות שנמצאות באזור שבו מתוכנן הפיט ולכן לא ניתן לפלס את כולו בעומק של 15 ס"מ. למסמכי המכרז צורף שרטוט של הפיט עם המגבלות הקיימות
70			האם יש אספקה של מי צילר למכונות השטיפה ולמעקרי הקיטור? בבקשה לתת נתוני ספיקה וטמפרטורה	ככל וקיים צורך באספקה של מי צילר על הספק להעביר זאת בדרישות התשתית של המכונה עם נתוני הטמפר' והספיקה ובית החולים ידאג לאספקתם
71	חוברת המכרז – תנאי סף לי אשכולות		תנאי סף בכל האשכולות בבקשה לאשר הקלות בתנאי הסף של כל הבקשות מטה ד. התקנה אחת לפחות בארץ בבית חולים ו/או בתעשייה (במקום שני התקנות ובבתי חולים) ההתקנות הינן מאותו יצרן (לא בהכרח אותו מודל המוצע) ה. התקנות בבתי החולים לא בהכרח באספקה סטרילית	ראה נוסח תנאי הסף המעודכן ביחס לסעיפים 1.2-11.5

72	תנאי סף	11.2.2	האם מבוקש מהנדס שירות או מהנדס בעל תואר אקדמי Engineer? מבוקש לאשר לחברתנו להגיש מהנדסי שירות המוגדרים טכנאי שירות בעלי הסמכה מטעם יצרן המערכת.	ס"ק 11.2.2 עודכן לנוסח הבא: " למציע קיימת מחלקת שירות בישראל, הכוללת לכל הפחות חמישה [5] נותני שירותים מטעמו באזור המרכז, ובכללם לפחות 3 טכנאים שהוסמכו על ידי היצרן, כאשר כלל נותני השירותים הללו, הינם בעלי ניסיון מקצועי של 3 שנים לכל הפחות במתן שירות למכשור המוצע ע"י המציע"
73	תנאי סף מעקר מי חמצן	11.4.1	מבוקש לאפשר לשייך למציע את הניסיון של היצרן עבור מעקר מי חמצן.	הסעיף יותר ללא שינוי
74	תנאי סף	11.4.2	האם מבוקש מהנדס שירות או מהנדס בעל תואר אקדמי Engineer? מבוקש לאשר לחברתנו להגיש מהנדסי שירות המוגדרים טכנאי שירות בעלי הסמכה מטעם יצרן המערכת.	ראה סעיף 11.4 המעודכן
75	כללי אישור הגורם המקצועי	5 + 26	מבוקש לאשר כי לא נדרש אישור של הגורם המקצועי כי המכשור המוצע כשיר לשימוש מרת"א	הסעיף יותר ללא שינוי
76	נספח א' - תנאי המכרז	51 - 52	מבוקש כי כל מידע שהינו בגדר סוד/מסחרי עבור המציע לא ייחשף בפני צדדים שלישיים ו/או מציעים אחרים במכרז.	הסעיף יותר ללא שינוי. זכות העיון היא בכפוף להוראות תקנות חובת מכרזים, תשנ"ג-1993 ובהתאם למנגנון הקבוע בסעיפים 104-109 לתנאי המכרז
77	נספח א' - כללי אשכול א' אזור שטיפה	42.1.5	מבוקש לאפשר הגשת מכונות שטיפה בהתאם לדרישת אשכול א' ללא הגשת אמבטיות אולטראסוניות. כך שמשקל מסך ניקוד אשכול א' יתייחס אל מכונת השטיפה בלבד - 100%	חלוקת האשכולות עודכנה והאמבט האולטראסוני הועבר לאשכול ג', ראה נספח ב' (חלק 2) כתב כמויות.
78	נספח א' - כללי אשכול ב' אזור הרכבה ואריזה	42.1.5	מבוקש לאפשר הגשת מכשיר להלחמת אריזות בהתאם לדרישת אשכול ב' ללא הגשת עמדות עבודה להרכבה ואריזה. כך שמשקל מסך ניקוד אשכול ב' יתייחס אל מכשיר להלחמת אריזות בלבד - 100%	הסעיף יותר ללא שינוי
79	נספח ב' - תנאים מיוחדים	6	מבוקש לאפשר האספקה בהתאם למלאי הזמין אצל הזוכה, אשר ייקבע במשותף עם הספק הזוכה מתוך התחשבות בנסיבות קיימות באותה עת ובצורכי הספק.	הסעיף יותר ללא שינוי

80	נספח ב' - תנאים מיוחדים	7	- מבוקש למחוק את הסעיף בהיותו לא סביר, אשר עלול להטיל על הספק הוצאות גבוהות. לחילופין, מבוקש שיינתן לספק מספיק זמן סביר מראש על מנת לאפשר את אספקת הטובין. - מבוקש לאחר המילה "הוצאות" להוסיף את המילה "סבירות" - מבוקש כי בכל מקרה לא יעלו הוצאות הספק על סך של 5% מגובה הטובין שזכה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
81	נספח ב' חלק 2 המשך (כתב כמויות)	1.13	1. מבוקש להסב תשומת ליבכם לכך כי יש הבדל בין תמחור של 5 ימים/6 ימים/7 ימים וכו... נבקש לשנות את התמחור ליום בודד או יומיים ולבטל את הדרישה לבקשתכם 5 ימים לפחות. 2. מבוקש לפרט מהו הסטנדרט הנדרש מבחינת: מלון, העברות, אש"ל וכו'.	הסעיף יוותר ללא שינוי
82	נספח ב' חלק 2 המשך (כתב כמויות)	2.6	1. מבוקש להסב תשומת ליבכם לכך כי יש הבדל בין תמחור של 5 ימים/6 ימים/7 ימים וכו... נבקש לשנות את התמחור ליום בודד או יומיים ולבטל את הדרישה לבקשתכם 5 ימים לפחות. 2. מבוקש לפרט מהו הסטנדרט הנדרש מבחינת: מלון, העברות, אש"ל וכו'.	הסעיף יוותר ללא שינוי

83	נספח ב' חלק 2 המשך (כתב כמויות)	9.10	1. מבוקש להסב תשומת ליבכם לכך כי יש הבדל בין תמחור של 5 ימים/6 ימים/7 ימים וכו... 2. מבוקש לשנות את התמחור ליום בודד או יומיים ולבטל את הדרישה לבקשתכם 5 ימים לפחות. 3. מבוקש לפרט מהו הסטנדרט הנדרש מבחינת: מלון, העברות, אש"ל וכו..	הסעיף ייותר ללא שינוי
84	נספח ב' חלק 2 המשך (כתב כמויות) אשכול ג' עיקור	9	מבוקש לאשר הגשת מעקר בנפח של 930 ליטרים	מאושר ובלבד שהוא יכול להכיל מינימום של 12 STU
85	נספח ב' חלק 2 המשך (כתב כמויות) חישוב עלות סבב מכונת שטיפה וחיטוי לכלי ניתוח באשכול א'	17.2.8	מבוקש להבהיר מה מחיר יחידה נדרשים עבור פרמטרים: A+D	הפרמטרים עודכנו סעיף A צריכת חשמל = 63.29 אג' לקוט"ש סעיף D צריכת מים – 12.3 ש לקוב ראה נספח ב' (חלק 2) סעיף 17.2.8 ו17.2.9
86	נספח ב' חלק 2 המשך (כתב כמויות) חישוב עלות סבב מכונת שטיפה וחיטוי לכלי ניתוח באשכול א'	17.2.9	1. מבוקש להבהיר מה מחיר יחידה נדרשים עבור פרמטרים: A+D 2. מה הכוונה עגלת אחות ומחן המידות הנדרשות?	ראה תשובה במס"ד 85
87	נספח ה' - הסכם	7.4	מבוקש להבהיר כי במקרה של החלפת נציג תינתן על כך הודעה מראש ובכתב לספק	הסעיף ייותר ללא שינוי
88	נספח ה' - הסכם	10.2	מאחר ומדובר בדרישה שאינה סבירה, לבקש מהספק דרישה זו. מבוקש לבטל את השורה ולציין כי באחריות בית החולים לשפר על חשבונו את איכות המים	האחריות למערכת לשיפור המים הינה של ספק האוטוקלאבים. ראה נספח ב' (חלק 2) סעיף 9.11
89	נספח ה' - הסכם	11.6	מבוקש לשנות מועד אספקה עד 120 ימים ממועד קבלת ההזמנה	הסעיף ייותר ללא שינוי
90	נספח ה' - הסכם	15.1.4	מבוקש להוסיף לאחר המילים: "הספק יישא" את המילים: "על פי דין".	הסעיף ייותר ללא שינוי
91	נספח ה' - הסכם	16.5	מבוקש לאפשר לקיים הדרכה בארץ ע"י גורם מוסמך מטעם היצרן.	הסעיף ייותר ללא שינוי

92	נספח ה' - הסכם	17.4	1. מבוקש להבהיר כי השירות אינו כולל, תיקון תקלות הנובעות משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן, שבר, נזק, חבלה, נפילה או תקלות שנגרמו ע"י גורם חיצוני (רשת חשמל, פגיעת ברק, הצפה, גניבה, וכו') או ע"י גורם טכני שלא הוסמך ע"י היצרן. מקרים כאלו יידונו עם הלקוח באופן ספציפי והתיקון יבוצע לאחר סיכום התנאים לביצוע. 2. מבוקש להבהיר כי רק שדרוגי תוכנה שהוגדרו על ידי היצרן כשדרוגי חובה (mandatory FCO) יינתנו ללא תשלום נוסף.	הסעיף יוותר ללא שינוי
93	נספח ה' - הסכם	17.6	מבוקש להבהיר כי הספק יבצע רק שדרוגים המוגדרים כ Safety או Mandatory. שדרוגים אחרים יוצרו לביה"ח בתשלום נוסף.	הסעיף יוותר ללא שינוי
94	נספח ה' - הסכם	18.2.1	מבוקש לעדכן את שעות השירות: שירות ומענה טלפוני יסופק בין השעות 08:00 – 17:00 בימים א'-ה'. ההסכם אינו כולל שירות בימי שישי, שבת וחג. קריאות שירות בימי שישי, שבת וחג במקרי השבתה של ציוד מציל חיים בלבד, ייענו בתשלום תחת תעריפי החברה לשעות מיוחדות. זמן היענות יהיה עד 6 שעות עבודה מקבלת הקריאה במוקד השירות של מדטכניקה בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ועד 17:00, קריאות שירות שיתקבלו לאחר השעה 12:00 יענו ביום העבודה למחרת. מעבר לשעות הפעילות המוגדרות מדטכניקה תעשה כמיטב יכולתה לספק שירות תמורת תשלום תחת תעריפי החברה לשעות מיוחדות.	הסעיף יוותר ללא שינוי
95	נספח ה' - הסכם	23.3	מבוקש למחוק את השורה האחרונה בסעיף: "בהינתן ולא יוארך תוקף הערבות....על פי כל דין". ולהבהיר כי במקרה בו לא תוארך הערבות מרת"א תהא רשאית לבטל את ההסכם, אולם לא לחלט את הערבות.	הסעיף יוותר ללא שינוי

96	נספח ה' - הסכם	23.4	מבוקש למחוק את המילים: "ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר הספק תנאי מתנאי ההסכם" וכן שתינתן לספק לפני החילוט האפשרות לתקן את ההפרה מספיק זמן מראש וכן זכות טיעון.	סעיף 23.4 יעודכן לנוסח הבא: "מרת"א יהא רשאי לממש את הערבות, כולה או חלקה, בכפוף לעריכת שימוע, בכל עת בה יפר הספק תנאי מתנאי ההסכם, וכן יהא רשאי לעכב בידי, או לזקוף, לפי שיקול דעתו, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של הספק כלפיו, אף אם לא הגיע מועד פירעונו."
97	נספח ה' - הסכם	25.1	מבוקש להוסיף בסוף המשפט את המילים הבאות: "ו/או בנסיבות שאינן תלויות בספק כגון שרפות, הצפות וכיו"ב"	הסעיף יוותר ללא שינוי
98	נספח ה' - הסכם	25.2	1. מבוקש להוסיף לאחר המילה "זדוני" את המילים הבאות: "ו/או ממחדל" 2. מבוקש להוסיף לאחר המילה "מטעמו" את המילים הבאות: "ו/או כתוצאה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק".	סעיף 25.2 יעודכן לנוסח הבא: "מוסכם בין הצדדים כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הספק לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק אשר ינבעו כתוצאה ממעשה זדוני של מרת"א או מי מטעמו ו/או כתוצאה ממעשה של מרת"א או מי מטעמו שלא בהתאם להוראות היצרן"
99	נספח ה' - הסכם	26.1	1. מבוקש למחוק בשורה הראשונה את המילה "לבדו" 2. מבוקש להבהיר כי בנוסף לאמור הספק לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שמקורם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים שלישיים ו/או כתוצאה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק. 3. מבוקש למחוק את המילים "ו/או הפסד ו/או אובדן".	ראה תשובה במס"ד 98

100	נספח ה' - הסכם	26.2	1. מבוקש למחוק את המילים "בהתאם לקבוע בהסכם זה ו/או" 2. מבוקש למחוק את המילים "לפצות ו/או". 3. מבוקש להבהיר כי חובת השיפוי או הפיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות בלבד את מרת"א בגין סכומים שמרת"א תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שמרת"א יודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, יאפשר לספק להתגונן מפניה וישתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור. 4. מבוקש בשורה האחרונה להוסיף לאחר המילים "ושכר טרחת עורך דין" את המילה "סבירים".	הסעיף יוותר ללא שינוי
101	נספח ה' - הסכם	26.3	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבאות "אלא אם כן הנזק או האובדן נגרמו בזדון או רשלנות על ידי מרת"א ו/או מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים"	הסעיף יוותר ללא שינוי
102	נספח ה' - הסכם	26.5	1. בשורה הראשונה לאחר המילה "נזק" מבוקש להוסיף את המילה "מוכח" 2. מבוקש כי בטרם הקיזוז תינתן לספק הודעה מראש וזכות טיעון וכי הקיזוז יהיה בגין סכומים מוכחים.	הסעיף יוותר ללא שינוי
103	נספח ה' - הסכם	27	מבוקש לאחר המילים: "לבצע ולקיים" להוסיף את המילים: "בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו" וכן למחוק את המילים: "לטובתו...סוראסקי"	הסעיף יוותר ללא שינוי
104	נספח ה' - הסכם	27.1.1 ביטוח חבות מעבידים	מבוקש להחליף את המילה: "החוקית" במילים: "ע"פ פקודת הנזיקין [נוסח חדש] וחוק האחריות למוצרים פגומים התש"ס 1980"	אין שינוי בנוסח סעיף 27.1.1.1
105	נספח ה' - הסכם	27.1.2 ביטוח חבות מעבידים	מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" וכן את המילה: "(שנה)"	אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה הראשונה נדחית. המילה: "שנה" לא מופיעה בסעיף האמור.
106	נספח ה' - הסכם	27.2.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" וכן את המילה: "(שנה)"	אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה הראשונה נדחית. המילה: "שנה" לא מופיעה בסעיף האמור.

107	נספח ה' – הסכם	27.3 ביטוח חבות מוצר	מבוקש להוסיף "משולב עם אחריות מקצועית"	אין שינוי בנוסח הסעיף אולם מובהר כי עריכת ביטוח משולב כאמור תהיה מקובלת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (1) גבולות האחריות של כל פרק (חבות מוצר / אחריות מקצועית) – יהיו נפרדים, או סכומם יהיה הסכום המצטבר שהתבקש במכרז לעניין ביטוחים אלו. (2) פרק חבות המוצר לא יפחת מנוסח "ביט".
108	נספח ה' – הסכם	27.3.1 ביטוח חבות מוצר	מבוקש למחוק את המילים: "יכלול כיסוי גם לחבותו של היצרן...ההיקפי" וכן למחוק את הפסקה "כחלופה...כולל מדינת ישראל"	הבקשה נדחית.
109	נספח ה' – הסכם	27.3.3 ביטוח חבות מוצר	מבוקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" וכן את המילה: "(שנה)"	אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה הראשונה נדחית. המילה: "שנה" לא מופיעה בסעיף האמור.
110	נספח ה' – הסכם	27.4 ביטוח אחריות מקצועית	מבוקש להוסיף את המילים: "משולב עם חבות מוצר"	אין שינוי בנוסח הסעיף אולם מובהר כי עריכת ביטוח משולב כאמור תהיה מקובלת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (1) גבולות האחריות של כל פרק (חבות מוצר / אחריות מקצועית) – יהיו נפרדים, או סכומם יהיה הסכום המצטבר שהתבקש במכרז לעניין ביטוחים אלו. (2) פרק חבות המוצר לא יפחת מנוסח "ביט".
111	נספח ה' – הסכם	27.4.3 ביטוח אחריות מקצועית	מבקש למחוק את המילים: "לא יפחת מ" וכן את המילה: "(שנה)"	אין שינוי בנוסח הסעיף. הבקשה הראשונה נדחית. המילה: "שנה" לא מופיעה בסעיף האמור
112	נספח ה' – הסכם	27.4.4.2 ביטוח אחריות מקצועית	מבוקש למחוק את הסעיף	הבקשה נדחית.
113	נספח ה' – הסכם	27.5.1.1 כללי	מבוקש להוסיף בסיפא "קוד 304"	הבקשה נדחית.
114	נספח ה' – הסכם	27.5.1.2 כללי	מבוקש להחליף את המילה: "צמצום" במילים: "שינוי לרעה" וכן להחליף 60 ב – 30	אין שינוי בנוסח הסעיף. תשומת הלב כי המילים: "שינוי לרעה" כבר קיימות בו.
115	נספח ה' – הסכם	27.5.1.7 כללי	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים: "או כל נוסח מקביל לך"	אין שינוי בנוסח הסעיף. תשומת הלב כי מלל מקביל קיים בו.
116	נספח ה' – הסכם	27.5.3 כללי	מבוקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "לעניין ביטוח חבות מצור וביטוח אחריות מקצועית, למשך שלוש שנים נוספות מתום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.

117	נספח ה' – הסכם	27.5.4 כללי	מבוקש למחוק את הסעיף	הבקשה נדחית.
118	נספח ה' – הסכם	27.5.5 כללי	מבוקש למחוק את המילים : "ועליו לבחון...בהתאם לכך".	הבקשה נדחית.
119	נספח ה' – הסכם	27.5.6 כללי	מבוקש למחוק את המילים : "ועל פי החוזה"	הבקשה נדחית.
120	נספח ה' – הסכם	27.5.7 כללי	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים : "אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תחשב כהפרה יסודית ככל וניתנה לספק התראה של 15 יום להמצאת אישור ביטוח והמציאו כנדרש"	מקובל כי תבוא הסיפא : "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 5 ימים בהצגת אישור ביטוח לאחר החידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו כשהם כוללים את התנאים הנדרשים לפי לסעיף זה, ותוך שמירה על הרצף הביטוחי"
121	מוסף ב' להסכם – אישור ביטוחים		אישור הביטוח ריק מתוכן. מבוקש למלא את גבולות האחריות והקודים הנדרשים.	מוסף ב' – נמחק. דרישות הביטוח מפורטות בהסכם במלואן על הספק באמצעות סוכן או יועץ מטעמו ליישמן בביטוחיו כנדרש. לבקשת ספק שיזכה תועבר לו דוגמה של אישור ביטוח על מנת שיוכל לוודא מראש כי האישור שהוצג לפי תנאי הפוליסות שנערכו והותאמו כנדרש בהסכם מגלם את כל המידע שניתן להציג במסגרתו לפי הוראות הרגולציה ופוליסות שהותאמו לפי המכרז.
122	נספח ה' - הסכם	31	מבוקש להבהיר – הן ביחס לסעיף זה והן ביחס לנספח הסודיות – כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם - המידע הוא נחלת הכלל ו/או מעצם טבעו ו/או מכח הדין אינו חסוי ; מידע שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ; מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו טרם ההתקשרות ; מידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת.	הסעיף יותר ללא שינוי
123	נספח ה' - הסכם	33.1	מבוקש כי בגין איחור באספקה עקב נסיבות שאינן תלויות בספק כגון כח עליון, מלחמות, מגפות, שביתות במשק או בנמלים וכיו"ב לא יוטלו על הספק הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף זה	הסעיף יותר ללא שינוי. יודגש כי פרשנות סעיף פיצוי מוסכם תהא בתום לב ובדרך המקובלת
124	נספח ה' - הסכם	33.4	מבוקש כי בטרם הקיזוז של הפיצויים המוסכמים תינתן לספק זכות שימוע וכי מנגנון הפיצויים יופעל לאחר הפעלת שיקול דעת ומתן נימוקים.	הסעיף יותר ללא שינוי

125	נספח ה' - הסכם	34	מבוקש כי תינתן לספק זכות טיעון קודם להחלטה לבטל את ההסכם	סעיף 34.1 יעודכן לנוסח הבא: "הפר הספק הפרה יסודית של הסכם זה, מרת"א יהיה רשאי להפסיק את החוזה עם הספק, בכפוף לעריכת שימוע וכן למתן התראה בכתב של 7 ימים מראש (להלן: "הודעת הביטול")....."
126	נספח ה' - הסכם	34.1	מבוקש לשנות מ- 7 ימים מראש ל- 30 ימים מראש.	ראה מס"ד 125
127	נספח ה' - הסכם	34.1.1	מבוקש כי תינתן לספק הזדמנות לתקן את ההפרה היסודית טרם ביטול המכרז	ראה מס"ד 125
128	נספח ה' - הסכם	35.1	מבוקש להוסיף לאחר המילה "וישאל" את המילים "על פי דין" וכן למחוק את המילה "הבלעדית"	הסעיף יוותר ללא שינוי
129	נספח ה' - הסכם	36.1	מבוקש להבהיר כי רק שינויים מהותיים בספק שיש בהם להשפיע על ביצוע החוזה ידווחו למרת"א.	הסעיף יוותר ללא שינוי
130	נספח ה' - הסכם	37.2	מבוקש כי מרת"א יעדכן מראש ובכתב את הספק אודות כל המחאה, שעבוד, משכון, הסבה של ההסכם – בחלקו או במלואו.	הסעיף יוותר ללא שינוי
131	נספח ה' - הסכם	39	מבוקש להבהיר כי לפני קיזוז/עיקוב כאמור בסעיף זה תינתן לספק זכות טיעון ואפשרות להתגונן.	הסעיף יוותר ללא שינוי
132	נספח אישור ביטוחים		האישור ביטוח ריק מתוכן, ללא קודים וגבולות אחריות. ככל וישנן דרישות ביטוח מבוקש לציין מפורשות מהן.	קודי ביטוח יומצאו למציע הזוכה
133	נספח ז' תשקיף משתתף	1.7.1.2	האם מבוקש מהנדס שירות או מהנדס בעל תואר אקדמי Engineer? מבוקש לאשר לחברתנו להגיש מהנדסי שירות המוגדרים טכנאי שירות בעלי הסמכה מטעם יצרן המערכת.	ראה תנאי הסף המעודכנים וכן נספח ז' המעודכן
134	נספח ז' תשקיף משתתף	1.7.1.3	מאחר ומדובר בנתונים אישיים ומאחר והיצרן מבקש לשמור על פרטיותם של אנשי הקשר, נבקש לאפשר להגיש את פרטי בית החולים ללא פרטיו האישיים של איש הקשר מטעמו.	המסמך יוותר ללא שינוי
135	נספח א - תנאי מכרז פומבי מס 223535	סעיף 11.5.2 תנאי סף (עמוד 8)	חברתנו נמצאת כרגע בתהליך הכשרה של נותן שירות/טכנאי נוסף	תנאי הסף צריכים להתקיים במציע עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז אלא אם צוין במסמכי המכרז אחרת

136	נספח א - תנאי מכרז פומבי מס 223535	סעיף 16 אופן הגשת ההצעה (עמוד 11)	ליצרון ישנם מספר דגמים לארון היבוש, במהלך סיור הקבלנים נאמר ע"י נציג מרת"א שיתכן ויחליטו על ארון רגיל ולא ארון דו צדדי להחלטת מרת"א יש השלכות על הניקוד/מחיר - 1. כמות אנדוסקופים שונה 2. מחיר רכישה 3. עלויות תחזוקה נא אישורכם לתת הצעה מחיר "שונה" עם מפרט נוסף בכדי שתינתן למרת"א אפשרות בחירה. ליצרון ישנם מספר דגמים למכונת השטיפה PT וניתן להציע 2 יחידות מכונות חד תאיות ואו מכונה דו תאית	סעיף 16 יותר ללא שינוי. יש להגיש הצעה על ארון ייבוש דו צדדי
137	נספח א - תנאי מכרז פומבי מס 223535	סעיף 42.1 פירוט אמות מידה (עמוד 14)	הניקוד הינו פר אשכול, בסעיף 42.1 ניתנת אפשרות למרתנא לנקד פר אשכול או פר פריט - האם ניתן להגיש הצעה רק על חלק מפריטים באשכול במידה לדוגמא פריט אחד לא רלוונטי, לא נמכר ע"י היצרן, לא עומד בתנאי סף, יש בעיה עם המידות וכו.....	המציע יכול להציע הצעה לחלק מהאשכולות או לכל האשכולות. ככל והמציע הגיש הצעתו לאשכול, כלשהו, חובה עליו להגיש הצעה ביחס לכלל הפריטים באשכול וככל ולא יעשה כן הצעתו תפסל. יחד עם זאת, בהתייחס לאשכול ג' יוכל המציע להגיש הצעתו גם לפריט בודד.
138	נספח א - תנאי מכרז פומבי מס 223535	סעיף 42 אמות מידה (עמוד 21)	לפי מה נקבע כמות המכשירים הניתנים לשטיפה במקביל עם תעלות, האם הכוונה לאנדוסקופ עם תעלות ל אנדוסקופ א.א.ג. / ציטוסקופ, ברונוסקופ , גסטרוסקופ, קולונוסקופ , EUS, ERCP - נדרש לעשות הבחנה ולתת ניקוד שונה מכיוון שההתייחסות של משרד הבריאות שונה - יש מספר תעלות שונה בכל דיסציפלינה..... נדרש לקחת בחשבון שעבור 3/4 מכשירים נדרש להמתין זמן רב עד שיצטברו	כמות המכשירים שניתן לשטוף בפעולה עצמה משפיעה גם על התפוקה וגם מהווה חסכון כספי. קיימות מכונות שיכולות לנקות מספר מכשירים במקביל. איננו יודעים מה כמות המכשירים שכל מכונה יכולה לבצע ולכן המציע צריך לציין זאת ובהתאם לזה יינתן הניקוד
139	נספח א - תנאי מכרז פומבי מס 223535	סעיף 42 אמות מידה (עמוד 21)	לפי מה נקבע כמות המכשירים הניתנים לשטיפה במקביל בלי תעלות הכוונה לאנדוסקופ א.א.ג. / ציטוסקופ, ברונוסקופ נדרש לקחת בחשבון שעבור 2/3/4 מכשירים נדרש להמתין זמן רב לפני השטיפה עד שיצטברו למה אין ניקוד חלקי על אפשרות ל 2/3 אנדוסקופים כפי שיש במכשירים עם תעלות	חלוקת הניקוד עודכנה
140	נספח א - תנאי מכרז פומבי מס 223535	סעיף 42 אמות מידה (עמוד 22)	בסיור קבלנים נאמר ע"י נציג מרתא שיתכן וידרש ארון רגיל ולא דו צדדי העניין משפיע משמעותית על הניקוד עקב כמות עמדות אחסון (8/9/10) נבקש להגיש 2 הצעות שונות שיבחנו בנפרד לפי הצרכים הספציפיים של מרת"א	ראה מס"ד 136

141	נספח א - תנאי מכרז פומבי מס 223535	סעיף 81 בחירת הצעה (עמוד 26)	מה אבן הבוחן לקבלת החלטה לגבי פריט בודד או פר אשכול, במידה ופריט אחד לא מיוצר/מסופק האם ניתן להגיש הצעה חלקית, על איזה פריט באשכול לא ניתן לוותר והינו הכרחי לקבלת ציון	המציע יכול להציע הצעה לחלק מהאשכולות או לכל האשכולות. ככל והמציע הגיש הצעתו לאשכול, כלשהו, חובה עליו להגיש הצעה ביחס לכלל הפריטים באשכול וככל ולא יעשה כן הצעתו תפסל. יחד עם זאת, בהתייחס לאשכול ג' יוכל המציע להגיש הצעתו גם לפריט בודד.
142	נספח ב חלק2 - הצעת מחיר+ תנאים מיוחדים מכרז פומבי מס 223535	סעיף 6 הצעת מחיר + תנאים מיוחדים (עמוד 41)	הכוונה באחריות מלאה 36 חודשים הינה אחריות יצרן כולל ההרכבה והטמעה או חוזה שירות הכולל בנוסף פתרון תקלות, קריאות, טיפולים שוטפים, בלאי, חלפים וכו'...	אחריות מלאה הכול כולל הכול (כולל החלפים עצמם, החלפת רכיבים וכד')
143	נספח ב חלק2 - כתב כמויות	סעיף 17.2.10 חישוב עלויות סבב(עמוד 47)	נדרשת הגדרה ספציפית איזה מכשיר/יצרן/דגם האם יש תעלת עבודה מה נפח הפעילות לצורך החישוב האם מדובר ב 20% מסך הפעולות האורולוגיות 50% או 100% מכמות הפעולות סוג המכשיר משפיע ישירות על כמות האנדוסקופים בסבב	לא ניתן לקבוע מה נפח הפעילות המדויק שיהיה לפעולות האנדוסקופיות בחדרי הניתוח שמוקמים. למסמכי המכרז תצורף טבלה עם סוגי המכשירים הקיימים בחדרי הניתוח
144	נספח ב חלק2 - כתב כמויות	סעיף 17.2.10 חישוב עלויות סבב(עמוד 47)	נדרשת הגדרה ספציפית איזה מכשיר/יצרן/דגם (גסטרו/קולונו/ERCP/EUS) מה נפח הפעילות הצפוי ? לצורך החישוב האם מדובר ב 10% מסך פעולות הגסטרו 50% או 100% מכמות הפעולות	למסמכי המכרז תצורף טבלה עם סוגי המכשירים הקיימים בחדרי הניתוח
145	נספח ה הסכם ומוספיו	סעיף 9.4 הצהרות והתחייבויות הספק (עמוד 54)	אין התייחסות מספקת לתשתיות שיינתנו לפי מרת"א טמפ/לחץ.... מתי נדרש מהספק להעביר את המידע הנדרש..	על הספק להגיד מה דרישות המים החמים לטמפ' ולחץ המים הנדרשים ובית החולים ידאג לאספקתם.
146	נספח ה הסכם ומוספיו	סעיף 10 התחייבות מרתא (עמוד 57)	אין התייחסות מספקת לתשתיות שיינתנו לפי מרתא מים חמים האם הספק נדרש לדוד חשמלי או בית החולים מספק טמפרטורה מתאימה למכונות	ראה מס"ד 144
147	נספח ה הסכם ומוספיו	סעיף 11.12 (עמוד 58)	מכונת שטיפה מקבלת אך ורק תמיסות (ניקוי/חיתוי) המסופקת ע"י החברה לא תינתן ולידציה לניקיון האנדוסקופים, אחריות ואו שירות במידה ויהיה שימוש בתמיסות שלא סופקו ע"י הספק	התייחסות זו לא תכלול את המכונות של האנדוסקופים הסעיף עודכן
148	נספח ה הסכם ומוספיו	סעיף 16 הדרכה ותמיכה (עמוד 60)	מהנדסי מרת"א עברו הכשרה בעבר. במידה ויידרש יעברו רק ריענון. לטכנאי החברה בארץ יש הסמכה ל TRAIN THE TRAINER ויכולים לבצע הכשרות. חלק מהקורסים וההסמכות מבוצעים עדן ב TEAMS להוסיף : במידה וההשתלמות תערך בחוו"ל עלות הטיסה והשהייה תהיה על חשבון מרתא.	סעיף זה אינו כולל את מכונת האנדוסקופים. (והוא אינו מופיע בהצעת המחיר)

149	נספח ה הסכם ומוספיו	סעיף 18 שעות עבודה (עמוד 61)	יש להוריד "כל ימות השנה 24 שעות ביממה." להחליף בימי עבודה (א-ו) ושעות עבודה מקובלות	נושא זמינות השירות הוא ביסוד ההתקשרות. ניתן לתת טלפון של תורן שיהיה כאשר מוקד השירות לא פעיל.
150	הצעת מחיר	התייחסות למחברים/צינורות	נדרש לקבל את מגוון המכשירים מראש בכדי לתת הערכה של כמות המחברים/צינורות הנדרשים להפעלה או לחלופין לקבוע כמות מקסימלית של צינורות/אנדוסקופים נדרשים, תמחור של רכישה עתידית של צינורות/מחברים לאנדוסקופים חדשים.....כמות מחברים שנתית לדוגמא מרת"א זכאי ל 8-12 צינורות בראיה שנתית...	למסמכי המכרז תצורף רשימת המכשירים הקיימים בבית החולים
151		42.1.5 – סעיף 10 למפרט הטכני	במדדי האיכות מצאתם לנכון לדרג 3 מדדים חיצוניים שאינן מהמאפיינים העסקיים והאיכותיים שמגדירים איכות עיקור בפלזמה. מדוע לא נלקחו מדדים איכותיים כמו: 1. בטיחות המפעיל 2. יכולת לשדרוג עתידית מבחינת תוכנה וחומרה 3. חוות דעת משתמשים 4. מאפייני שירות (מספר טכנאים, ותק ונסיון שלהם, מכשיר חילופי במידת הצורך, מלאי חלקי חילוף) 5. התייחסות לשלושת התוכניות העיקריות והשכיחות ביותר בשימוש במכשיר 6. יכולת קטילה וגטטיבי 7. בדיקת Leak test במכשיר (כפי שנלקחו באשכולות/פריטים האחרים במכרז לדוג').	המפרט הטכני ואמות המידה של המכונות הוגדרו על בסיס הצרכים המקצועיים של מרת"א בהתאם לאופי השימוש של כל מכונה. הסעיף יוותר ללא שינוי
152		42.1.5 – סעיף 10 למפרט הטכני – סעיף 1	מדוע הגדרתם ציון איכות של 33.3% לזמן מחזור קצר, שמהווה אחוז קטן מסך פעילות שימוש בעיקור בפלזמה ומוגבל בתכולה, בלי להתייחס לתכולה ולמגבלות של תוכנית קצרה (ולידציה למעטפה כפולה במקרים מסוימים, קוטר מוגבל לחלולים) ומדוע התוכניות האחרות, שמהוות את הפעילות העיקרית של האס"מ, לא נלקחה בחשבון?	ראה התשובה במס"ד 151

153		42.1.5 – סעיף 10 למפרט הטכני	סעיפי המפרט הטכני באקסל אינם מקבלים ביטוי בסעיף 10 למפרט הטכני בקובץ המכרז (עמ' 20), מדוע אין ציון איכות בהתאם לסעיפים המצוינים באקסל?	אחד מתנאי הסף הינו התחייבות המציע לעמידה מלאה במפרט הטכני, אולם זה בבחינת דרישת המינימום. אמות המידה תכליתן לתגמל בניקוד איכות הצעה גבוה יותר עבור מציע שהצעתו עומדת בדרישות שהינן מעבר לדרישות המינימום כפי שהללו מנוסחות בתנאי הסף
154	שאלות כלליות		מה גובה התקרה? האם למכונות השטיפה תקרה גבוהה יותר?	גובה בטון לבטון הינו 2.70, לאחר הנמכות הגובה יהיה 2.40 ניתן להגיע לשטח ולהשלים מדידה ולבדוק התאמות נדרשות מול הקבלן
155	שאלות כלליות		האם מתוכנן "פיט" למכונה לשטיפת עגלות?	מצורף למסמכי המכרז שרטוט של מגבלות הגבהים של הפיט
156	שאלות כלליות		מה השטח שהוגדר למכונות השטיפה + החזרת מעמדים?	ניתן לראות ב-DWG את מיקומים שהוגדרו מסיום מכונת השטיפה הגדולה ועד לקיר בצד השמאלי של החדר
157	שאלות כלליות		עמדות של כיורים והכנה באזור השטיפה לא נכללו במכרז. האם נדרש?	פריטים אלה אינם חלק מהמכרז והם ירכשו בנפרד
158	שאלות כלליות		האם ניתן להוסיף מחוללי קיטור לחימום מים עבור מכונות שטיפה למכשור כירורגי ולמכונת שטיפת עגלות? חימום בקיטור יקצר את התהליכים בצורה משמעותית ויתרום להגדלת התפוקה ללא צורך במספר רב של מכונות.	אספקה של קיטור עבור מכונות השטיפה היא בעייתית ולכן המכונה נדרשת לעבוד בצורה חשמלית. במידה ולחברה יש אפשרות להציב מחולל קיטור עצמאי למכונה היא רשאית להגיש הצעה תואמת.
159			האם ניתן לבצע שינויים בתוכנית האדריכלית?	כל מה שאינו דורש הזזה של עמודים ניתן להציע ותיבחן האפשרות לשנות

160	נספח א'	תנאי סף סעיף 11.2.1	מכיוון שהמכשור המוצע על ידינו, מתעדכן בגרסאות ודגמים חדשים, אנו מציעים את הדגמים החדשים ביותר. חברתנו מספקת שרות טכני מעל 15 שנים בתחום מכונות השטיפה. אי לכך נבקש לשנות את הסעיף כדלקמן: " על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקה ומתן שירות טכני לתחום המכשור המוצע על ידו.	ס"ק 11.2.1 עודכן לנוסח הבא: "המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקה ומתן שירות טכני לסוג המכשור המוצע על ידו, לשני בתי חולים לפחות, כאשר ניסיון זה נצבר במהלך חמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. "בית חולים" לעניין זה הינו בית חולים בישראל אשר יש בו 8 חדרי ניתוח לכל הפחות. "סוג המכשור" לעניין עמידה בתנאי סף זה משמעו סוג המכשור המוצע על ידי המציע על דגמיו השונים של יצרן המכשור."
161	נספח א'	תנאי סף סעיף 11.4.1	מכיוון שהמכשור המוצע על ידינו, מתעדכן בגרסאות ודגמים חדשים, אנו מציעים את הדגמים החדשים ביותר. חברתנו מספקת שרות טכני למערכות סטריליזציה מעל 20 שנה. אי לכך נבקש לשנות את הסעיף כדלקמן: " על המציע להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באספקה ומתן שירות טכני לתחום המכשור המוצע על ידו."	ראה סעיף 11.4 המעודכן
162	נספח א'	תנאי סף סעיף 11.3.1	מכיוון שהמכשור המוצע על ידינו, מתעדכן בגרסאות ודגמים חדשים, אנו מציעים את הדגמים החדשים ביותר. חברתנו מספקת שרות טכני מעל 10 שנים בתחום ריהוט וציוד לאספקה סטרילית. אי לכך נבקש לשנות את הסעיף כדלקמן: " על המציע להיות בעל ניסיון של שנה אחת לפחות באספקה ומתן שירות טכני לתחום הציוד המוצע על ידו.	ס"ק 11.3.1 עודכן לנוסח הבא: "על המציע להיות בעל ניסיון של שנה לפחות באספקה ומתן שירות טכני לסוג המכשור המוצע על ידו לבית חולים אחד לפחות בישראל, כאשר ניסיון זה נצבר במהלך שלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. "ניסיון" לעניין עמידה בס"ק 11.3.1 משמעו ניסיון באספקה ומתן שירות טכני לסוג המכשור המוצע במכרז, זולת ארון ייבוש, אשר לגביו ייחשב במניין הניסיון הנדרש גם ניסיון באספקה ומתן שירות טכני לארון אנדוסקופים.

ס"ק 11.5.1 עודכן לנוסח הבא: "על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקה ומתן שירות טכני לסוג המכשור המוצע על ידו המציע, לשני בתי חולים לפחות, כאשר ניסיון זה נצבר במהלך חמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז."	חברתנו מספקת ונותנת שרות טכני למכונות שטיפה מסוגים שונים של היצרנים המובילים בעולם מעל 15 שנים. מערכת לשטיפת אנדוסקופים שאנו מציעים התמודדה לפני שנתיים במכרז בבית חולים איכילוב כאשר עמדה בכל הקריטריונים הטכניים הנדרשים. המערכת המוצעת על ידינו מותקנת בבתי חולים במערב אירופה (אנגליה, צרפת, ספרד, איטליה ועוד) אי לכך נבקש לשנות סעיף זה כדלקמן: על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקה ומתן שירות טכני לתחום המכשור המוצע על ידו.	תנאי סף סעיף 11.5.1	נספח א'	163
---	---	--------------------------------	----------------	------------

164	נספח א'	סעיף 42.1.5 סעיף 1 סעיף 3	אמות מידה לציון האיכות : אשכול א' – מכונות שטיפה וחיטוי : ממשק משתמש : - יש חשיבות לאבחנה מהירה באיזה שלב המכונה נמצאת בכל רגע בתהליך. נבקש להוסיף ניקוד נוסף על חיווי ויזואלי ברור שנעזר באמצעים נוספים) צבעים, תאורה וכד) <u>חו"ד משתמשים :</u> א. טיב המוצר, תקלות ואיכות - מכונות השטיפה הן המנוע המרכזי של האספקה הסטרילית וכל תקלה או השבתה עלולה להשפיע על זמן החזרת הציוד לחדרי הניתוח. איכות המוצר, עמידות ואמינות לאורך שנים בהיקפי עבודה גבוהים הינם גורם משמעותי ולכן נבקש לנקד סעיף זה בערך גבוה יותר. ב. לא ברור מה הקריטריון שמנוקד עבור תהליך ייבוש – אורך התהליך? ג. אין ציון לטכנולוגיה שתורמת משמעותית ליעילות השטיפה – התאמת מהירות המשאבה ועוצמת השטיפה לפי סוג התהליכים : מהירות ועוצמה גבוהה למכשור כירורגי ואורתופדי, ומהירות ועוצמה נמוכה יותר ומותאמת לציוד עדין, אופטיקת עיניים וכד'. ממטרות עם זוויות רחבות דיזות נוספות במעמדים להבטחת כיסוי שטיפה מלא. ד. נוחות בהפעלה – בנוסף לתפעול פשוט ונוח דרך מערכת בקרה ידידותית, קיימים גורמים נוספים כגון : מעמדים (סלסלות) שנוחים להטענה מכל צד ללא הפרעה ומתאימים לרשתות בגדלים שונים לא סטנדרטים כמו ערכות מיוחדות לאורתופדיה.
-----	---------	--	--

ראה עדכון נספח א' סעיף
42.1.5 - פירוט אמות
המידה לציון האיכות

הסעיף יוותר ללא שינוי	אמות מידה לציון האיכות : אשכול א' – מכוונות שטיפה וחיטוי : ניצול מקום: לדעתנו, ההתייחסות צריכה להיות לפי תפוקת המכוונות ביום עבודה (מקסימום תפוקה במינימום זמן ובמינימום שטח), ולא לפי מספר המכוונות. אם יש אפשרות לספק מכונה שהתפוקה שלה כפולה מתפוקה של מכונה מקבילה- בית החולים חוסד השקעה כספית נוספת, שרות למערכת נוספת, ומקום בשטח הנתון. לדוגמא: הספק של 225 רשתות ב 10 שעות עבודה בכל מכונה = 675 רשתות ב 3 מכוונות ו 900 רשתות ב 4 מכוונות. <u>אי לכך, נבקש לתת ניקוד לפי תפוקה ליום עבודה.</u>	סעיף 42.1.5 סעיף 4	165
זמן השטיפה מתייחס לזמן המחזור כולו כולל כל מה שנדרש מרגע ההפעלה ועד לסיום מחזור השטיפה	אמות מידה לציון האיכות : אשכול א' – מכוונות שטיפה וחיטוי : הספק מכונה- הליך שטיפה מהיר. על פי סעיף 12 בנספח הטכני : "המכונה תוזן ממים מטופלים ללא חימום מוקדם ולכן תסופק עם גופי חימום פנימיים לצורך עבודתה השוטפת". אי לכך, נבקש שזמן הליך השטיפה המהיר הינו ללא שימוש בחימום מוקדם.	סעיף 42.1.5 סעיף 5	166

ראה עדכון נספח א' סעיף 42.1.5 - פירוט אמות המידה לציון האיכות	הספק מכונה- כמות רשתות לתהליך: א. על פי הידוע לנו, אין מעמד של 21 רשתות DIN. ב. הדרישה במכרז היא ל 15-18 רשתות DIN. לא ברור מדוע הניקוד לדרישה בסיסית של 15 רשתות הוא 0%. יש לקחת בחשבון, כי מתקן של 18 רשתות אינו בר שימוש כי המרווח בין הקומות מצומצם מאוד ובפועל מאפשר לשים אך ורק ציוד קטן ולא ציוד כירורגי סטנדרטי. בפועל, השימוש הנפוץ ביותר הינו במעמד של 4 קומות המאפשר להעמיס רשתות בגובה של 7.5 ס"מ ויותר. נבקש לבטל את הקריטריון הזה.			167
ראה עדכון נספח א' סעיף 42.1.5 - פירוט אמות המידה לציון האיכות	<u>אמות מידה לציון האיכות:</u> אשכול א' – מכונה לשטיפת עגלות וציוד ניתוחי תפוקה של מחזור שטיפה. מצוינת כמות של 81-89 רשתות בתהליך. נראית כמות בלתי סבירה על פי הידוע לנו. כל כמות אמורה להיות מגובה בתהליך מאושר על ידי היצרן (וולידציה). נבקש לשנות את הקריטריון לפי סטנדרט של 60 רשתות בתהליך ואת הניקוד בהתאם.	סעיף 42.1.5 סעיף 2	נספח א'	168
שימו לב שמדובר בעגלות אחות שהן קטנות יחסית. כמות כזאת בהחלט יכולה להיות סבירה כל עוד מנצלים נכון את נפח המכונה	<u>אמות מידה לציון האיכות:</u> אשכול א' – מכונה לשטיפת עגלות וציוד ניתוחי. כמות עגלות בתהליך. – האם העגלות פתוחות או סגורות? כמות של 8 עגלות במכונה שטיפה נראית בלתי סבירה במידות הקיימות. נבקש לשנות קריטריון זה.	סעיף 42.1.5 סעיף 2	נספח א'	169

170	נספח א'	סעיף 42.1.5 סעיף 1	אמות מידה לציון האיכות: אשכול א' – אמבט אולטרסוני כמות הדיזות : הכמות הנדרשת במפרט הינה 12 דיזות. הניקוד באיכות עבור 12 דיזות הוא 0.0% 12 דיזות הינו הסטנדרט ביחידות של 20 ליטר – 40 ליטר. אין מקום ליותר מזה כדי לתפעל נכון את המערכת. אי לכך נבקש לשנות את הניקוד ל 3%.	ראה עדכון נספח א' סעיף 42.1.5
171	נספח א	סעיף 42.1.5 אשכול ג'- עיקור	סעיף 3- איכות המוצר נבקש להכניס לקריטריון האיכות יתרון לטכנולוגיות שתורמות לנוחות בהפעלה, בקיצור תהליך העיקור. סעיף 4: ניצול מקום. לדעתנו, ההתייחסות צריכה להיות לפי תפוקת המכונות ביום עבודה (מקסימום תפוקה במינימום זמן ובמינימום שטח), ולא לפי מספר המכונות. במידה ותפוקת המעקר היא 18 STU ו 31 מעקרים נותנים 54 STU כל 50 דק, התפוקה גבוהה יותר מ 4 מעקרים עם תפוקה של 12STU ובסה"כ 48 STU באותו זמן. סעיף 5: זמן תהליך עיקור- זמן תהליך עיקור משתנה לפי סוג הציד (קונטיינרים, עטיפות SMS. נבקש להכניס בקריטריון זמן תהליך כולל ייבוש הן לקונטיינרים והן לעטיפות SMS שהופכות להיות חלק משמעותי במחלקות אספקה סטריילית.	סעיף 4 : ראה עדכון נספח א' סעיף 42.1.5 סעיף 5 : הסעיף מתייחס למחזור המאתגר ביותר שמשלב קונטיינרים, בדי SMS, וחבילות כביסה.

ראה עדכון נספח א' סעיף 42.1.5 - פירוט אמות המידה לציון האיכות	<u>מעקר מי חמצן</u> <u>סעיף 1: זמני מחזור עיקור.</u> נבקש לציין שחלק בלתי נפרד מתהליך הינו שלב הכנה והיפטרות משאריות לחות. <u>שלב זה מונע נפילות הליכים.</u> מקדים של הכנה כדי נבקש לכלול אותו כחלק מזמן התהליך הסטנדרטי (ולא כאופציה). <u>סעיף 2: תפוקה:</u> החשיבות היא בנפח האפקטיבי של התא ולא בנפח הכללי. יכול להיות תא של 150 ליטר ברוטו ונפח אפקטיבי פחות מ100 ליטר. ב. התפוקה נמדדת בכמות הציוד שניתן להכניס לכל מחזור גם בק"ג וגם במספר מכשירים חלולים. התפוקה שווה ל: <u>מקסימום ציוד במינימום זמן מחזור.</u> אי לכך נבקש לשנות את הקריטריונים כדלקמן: א. משקל העמסה בק"ג לכל סוג מחזור. ב. מספר חלולים במחזור המותאם לחלולים. ג. אפשרות לשילוב ציוד קשיח עם ציוד גמיש בתהליך. למשל: 1 אנדוסקופ גמיש + אופטיקות וציוד קשיח אחר. <u>כללי:</u> 1. לא ניתן ניקוד לתאימות המערכת לאנדוסקופים גמישים ומותנה באישורי יצרנים. ללא אישורי יצרנים של המכשירים האנדוסקופים ומכשירים עדינים ויקרים אחרים, אין אחריות של יצרן הציוד במקרה של נזק. <u>נבקש להוסיף דרישה זו כתנאי סף</u> 2. לעומק התא יש חשיבות בהכנסת קונטיינרים וציוד ארוך. נבקש לציין קריטריון זה.	סעיף 42.1.5 אשכול ג'- עיקור	נספח א	172
--	--	---	---------------	------------

מפרט טכני	סעיף 15 סעיף 12 סעיף 29	מפרט טכני א' מכוונת שטיפה וחיטוי: סעיף 3 א': חימום מים חשמלי. אנו מציעים לבחון אפשרות להתקין מחוללי קיטור כדי לספק קיטור למכוונת השטיפה. עם חימום קיטור, תהליך השטיפה קצר ב 10 דקות לפחות. כל מכונה יכולה להפיק 32 מחזורי שטיפה ב 16 שעות עבודה. <u>נבקש לציין אם ניתן להציע אופציה זו.</u> א. על פי המפרט המכונה צריכה לכלול תהליך ומעמד לציוד רובוטי (דה ווינצ'י). - לתהליך שטיפה של ציוד זה נדרש אישור וולידציה של יצרן הציוד Intuitive surgical. <u>נבקש להוסיף זאת כדרישת סף.</u> ב. מצוין כי המכונה תסופק עם גופי חימום פנימיים וללא חימום מוקדם. בסעיף 17 מצוין כי יש להכליל את כלל האביזרים לצורך שטיפה במהירות גבוהה כולל מיכל חימום מקדים.?? לפי הנתונים בשטח, הגובה נמוך ואינו מאפשר מתקן לחימום מהיר כחלק מן המכונה. מתקן כזה דורש טיפול בנפרד. <u>נבקש לתת יתרון למערכת שנותנת הספק מהיר של פחות מ40 דקות ללא חימום מקדים.</u> ג. <u>מערכת שאיבה לחומרים..</u> 1. במערכות עם טכנולוגיה חדשה, המשאבות מותקנות בנפרד מן המכוונות ומאפשרות עבודה במרחק של עד 30 מ'. המפעיל יכול לראות את הנתונים גם על גבי מסכי המכונה וגם על גבי מסכים נוספים שיחוברו לפי רצון המשתמש. טכנולוגיה זו מייתרת את הצורך במערכת מינון מרכזית <u>ומסופקת ללא עלות נוספת.</u> אין מניעה להשתמש בדטרונטים מסוגים שונים עד 5 משאבות חומר לכל מכונה. 2. מצוין שהמערכת הינה מערכת מקורית של יצרן מכוונת השטיפה. – המערכת הנדרשת צריכה לעבוד עם מכוונות שטיפה מיצרנים שונים, עם דטרונטים מיצרנים שונים. אין קשר בין יצרן מכוונת השטיפה לבין מערכת המינון. חלק ממערכות המינון	נדרש במפרט הטכני חימום מים חשמלי הואיל ולא קיימת הספקה של קיטור. יחד עם זאת ניתנת בידי המציע האפשרות להתקין מחוללי קיטור כדי לספק קיטור למכוונת השטיפה אולם יוטעם כי לא יוקצה לטובת כך מקום נוסף וכי התחזוקה המלאה והשוטפת של מחולל הקיטור היא באחריותו של המציע בלבד (ראה התייחסות במפרט הטכני לשונית 2 שורה 4). ניתן להציע מערכת אחרת ובפרט שהמערכת תעבוד כך שהחומרים יהיו באזור ייעודי נפרד שהוגדר לא חומרים ולא בתוך או בסמוך למכונה במידה וליצרן אין מערכת שאיבה ייעודית משלו ניתן להציע מערכת אחרת ובתנאי שהיא מאושרת לשימוש על ידי היצרן של המכונה. ראה עדכון במפרט טכני לשונית 1 שורה 29
-----------	--	--	---

174	מפרט טכני	סעיף 3 א. סעיף 14	מפרט טכני אשכול א מכונה לשטיפת עגלות ומכשור: <u>חימום מים</u>: נבקש לציין אם ניתן להציע הוספת מחוללי קיטור לחימום המים. חימום בקיטור יקצר משמעותית את זמן התהליכים. כמו כן, משפיע פיזית על מידות המכונה. מכונה עם גופים חשמליים לחימום ומכלים, רחבה ב20 סמ. <u>הספק המכונה</u>. בסעיף ד' נדרש 70 סלסלות של מכשור כירורגי. נבקש לשנות ל 60 – מספר רשתות סטנדרטי ומקובל.	נדרש במפרט הטכני חימום מים חשמלי הואיל ולא קיימת הספקה של קיטור. יחד עם זאת ניתנת בידי המציע האפשרות להתקין מחוללי קיטור כדי לספק קיטור למכונות השטיפה אולם יוטעם כי לא יוקצה לטובת כך מקום נוסף וכי התחזוקה המלאה והשוטפת של מחולל הקיטור היא באחריותו של המציע בלבד (ראה התייחסות במפרט הטכני לשונית 2 שורה 4).
175	מפרט טכני		מפרט טכני אשכול א' אמבט אולטרסוני אינטגרלי <u>סעיף 5:</u> א. הדרישה הינה לאמבט אינטגרלי עם שולחן העבודה. נא לציין האם לכלול שולחן עבודה, כיורים וכד'! אם כן לפי איזה מפרט? ב. מערכות האולטרסוניק האינטגרליות הינן בדרך כלל מערכות שנותנות מענה בסיסי ללא חיבור לדיוזות, ללא מילוי אוטומטי ופונקציות אחרות שקיימות במערכות עצמאיות. כמו כן, במידה ויש תקלה או צורך בשרות של המערכת, אין צורך להשבית את שטח העבודה כולו. אנו ממליצים להתקין מערכת אולטרסונית מתקדמת ואמינה שכוללת בתוכה את כל הדרישות הטכניות ואף יותר. נוכל לתכנן ולשלב אותה כחלק מתוך שולחנות העבודה.	סעיף 5: א. לא נדרש להציע כיורים ב. קיימות מערכות אינטגרליות עם דיוזות. אנו מעוניינים במערכת אינטגרלית

176	מפרט טכני	אשכול ג	מעקר מי חמצן : סעיף 5 : נפח המכשיר. א. נא לציין נפח תא מכשיר אפקטיבי. נא לציין גודל תא נטו להכנסת ציוד. אם קיימת מגבלה של הטענה (לדוגמא לא להצמיד ציוד לדפנות התא). ב. נבקש להוסיף לנתונים הטכניים פירוט של משקל מקסימלי של ציוד לכל סוג מחזור. ג. נבקש להוסיף את מספר החלולים שניתן להכניס לתהליך.	המפרט הטכני ואמות המידה של המכונות הוגדרו על בסיס הצרכים המקצועיים של מרת"א בהתאם לאופי השימוש של כל מכונה. הסעיף יוותר ללא שינוי
177	נספח ב'	סעיף 1.6 סעיף 1.11	כתב כמויות מעמדים בעלי 5 מפלסי עבודה. – על פי ניסיונו בבתי חולים אחרים, השימוש הרב ביותר הינו במעמדים בעלי 4 מפלסים המתאימים לרשתות גבוהות יותר של 7.5 סמ ומעלה. אי לכך אנחנו ממליצים לשנות ולחלק דרישה זו בין כמות של מעמדים של 4 מפלסים ו 5 מפלסים. מה הכוונה במעמד "חניה"? העגלות משמשות גם כמעמדים למתקנים.	אנו צריכים גם מעמדים בעלי 5 קומות מעמד ה"חניה" הינו מסוע לא חשמלי קבוע שניתן להעביר אליו את מעמדי השטיפה כאשר הם אינם בשימוש
178	נספח ב'	17.1	סעיף 2.4 : מה הכוונה ב 12 מעמדי שטיפה? סלסלות לעגלה אוניברסלית?	מעמדים עבור שטיפה של ציוד פלסטיק. שמונחים על העגלה הגדולה שנכנסת למכונות השטיפה. ניתן להגיע לאס"ם הקיים ולראות דוגמה. עודכן מפרט טכני לשונית 2 שורות 21,22
179	נספח ב	17.1	סעיף 9.7 – 20 עגלות? האם כולל מעמדי טעינה לציוד?	כתב הכמויות תוקן (ראה סעיף 9.7 ו-9.7.1) המפרט הטכני תוקן (ראה שורות 34 ו-35 לשונית 9)
180	נספח ב	17.2.8	חישוב עלות סבב מכונת שטיפה: בכדי לחשב עלות למחזור שטיפה יש לקבל נתונים נוספים: מה עלות KW חשמל? מה עלות קו"ב מים?	הפרמטרים עודכנו סעיף A צריכת חשמל = 63.29 אג' לקוט"ש סעיף D צריכת מים – 12.3 ש לקוב ראה נספח ב' (חלק 2) סעיף 17.2.8 ו-17.21.
181	נספח ב	17.2.9	חישוב עלות סבב מכונת שטיפה: בכדי לחשב עלות למחזור שטיפה יש לקבל נתונים נוספים: מה עלות KW חשמל? מה עלות קו"ב מים?	ראה התשובה במס"ד 180

182	א	15	אופן הגשת ההצעה : מכיוון שיש לחברתנו מספר אלטרנטיבות שמתאימות לפרויקט זה, נבקש להציע את האלטרנטיבות הרלוונטיות הן למכונות שטיפה, והן לאוטוקלבים.	כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. כמו כן, לא תותר הגשת הצעה משותפת. כמו כן, ניתן להגיש הצעות חליפיות, אך לא יהיו מחירי הצעה דיפרנציאליים, וככל ויהיו מרת"א יסקלל את ניקוד ההצעה לפי הצעת המחיר הזולה ביותר מבין ההצעות החליפיות וזו תחייב את המציע הזוכה
183	טכני אשכול ג' אוטוקלב קיטור	סעיף 6	פתיחת דלתות : נדרש גילויטינה. אנו מציעים גם דגם עם קיבולת גבוהה יותר אשר אופן פתיחת הדלת הינה הורזנטלית . נבקש לאשר דלתות פתיחה הורזנטלית	הסעיף תוקן, ראה שורה 6 לשונית 9 במפרט הטכני
184	סעיף 42.1.5 אשכול ג'- עיקור		איכות המוצר : נבקש להוסיף יתרון וניקוד לטכנולוגיות שמקצרות זמני עבודה כגון : Autostart – הפעלה מראש של המערכת לביצוע בדיקות (leak test וכד) Bowie dick מובנה שחוסך בזמן ובעלויות שוטפות	המפרט הטכני ואמות המידה של המכונות הוגדרו על בסיס הצרכים המקצועיים של מרת"א בהתאם לאופי השימוש של כל מכונה. הסעיף יוותר ללא שינוי
185	נספח ב'	1.8	מבוקשים מעמדים בעלי 2 מפלסים המיועדים גם לאנדוסקופיה גמישה, גם לציד נשימתי וגם לציד רובוטי . בדרך כלל לכל ציוד יש מעמד ייעודי לו . נדרשת הבהרה .	כתב הכמויות תוקן ראה סעיף 1.8 ובמפרט הטכני לשונית 1 שורות 43-45
186	נספח ב'	1.11	מה הכוונה למעמד "חנייה" .	מעמד ה"חנייה" אינו מסוע לא חשמלי קבוע שניתן להעביר אליו את מעמדי השטיפה כאשר הם אינם בשימוש
187	נספח ב'	1.1	נדרש מסוע אוטומטי לפריקה או טעינה? האם כוונתכם גם וגם?	נדרש גם סה"כ 3 טעינה ו-3 פריקה
188	עמוד 45	9.5	נדרשת יחידת מחולל אחת לאספקת קיטור ל 4 האוטוקלבים. זה לא נכון ולא רצוי היות ובמקרה של תקלה כל האוטוקלבים יושבתו. האוטוקלבים של טוטנאור כוללים מחולל קיטור אינטגרלי לכל מכשיר . כך שבמקרה של תקלה במחולל אחד לא יושבתו כל האוטוקלבים. האם מקובל?	דרישות המכרז עודכנו כך שנדרש מחולל מובנה לכל אוטוקלאב ראה מפרט טכני לשונית 9 שורה 1
189	עמוד 45	סעיף 12 אשכול ד'	האם ניתן להציע רק ארון ייבוש לאנדוסקופים גמישים?	לא ניתן להציע רק ארון ייבוש לאנדוסקופים גמישים? מרת"א מעוניין שתהיה אחידות תקשורת בכל נושא התייעוד התהליך וקשר בין מכונת השטיפה לארון הייבוש
190	עמוד 46+47		נדרש להציג עלות לתהליך שטיפה כולל מים וחשמל. בכדי לתת למענה לבקשתכם אנו זקוקים לעלויות של ביה"ח למים ולחשמל.	ראה המענה במס"ד 180

191	עמוד 48	1.1	האם הכוונה שמכונות השטיפה יכללו תהליך אולטרסוניק? במכונות קיימים מעמדים עם יציאות לניקוי כלים חלולים. האם מספק. שילוב אולטרסוני מייקר, מיותר ואינו פופולרי.	שילוב אולטרסוני במכונות השטיפה אינו נדרש. אנו מבקשים שמכונות שמשלבות יכולת שטיפה אולטרסונית יוכנס רכיב זה כאופציה (יש לשים לב כי זה אינו נחשב כחלק משכלול הציון)
192	עמוד 49	סעיף 1	נדרשות הצעות מחיר בשקלים או במט"ח אשר יומרו לשער מטבע ביום ההגשה. מבוקש להמיר את שער המט"ח במועד אספקת הצידוד.	השוואת ההצעות תעשה ע"פ הצעת המציע במועד הצעתו. ככל והמציע הציע הצעת מחיר במט"ח, שער ההמרה הינו השער היציג במועד הגשת ההצעות. לעניין תשלום התמורה למציע הזוכה, ככל והמציע הזוכה הגיש הצעתו במט"ח שער ההמרה הינו השער היציג במועד הפקת החשבונית תשלום
193	עמוד 55 , עמוד 57	סעיף 9.5 + סעיף 10.1.2	"איכות המים המטופלים אשר מספק ביה"ח כוללים מוליכות 30 מיקרוסימנס. במקרה של אי התאמה נדרש הספק לשפר את איכות המים." תקן איכות מים לייצור קיטור ולשלב החיטוי במכונות שטיפה, הוא בין 3-15 מיקרוסימנס. אי לכך, וודאי שיש צורך בשיפור איכות המים. טוטנאור אינה יצרנית של מערכת אוסמוזה לטיפול במים, מעבר לכך, גם לא ידוע עדיין איזה ציוד ייבחר על ידי ביה"ח לרכישה, לכן ספיקות וכמויות מים לא ידועות עדיין, אי לכך, לא ניתן כלל לתמחר זאת. בקשתנו היא כי לאחר בחירת הספקים לציוד ואיסוף כל הנתונים הנדרשים בכדי לאפיין כזו מערכת, ביה"ח ייקח זאת על אחריותו.	מניסיון העבר שיש למרת"א פעמים רבות קיימות תלונות בנוגע לאיכות המים שמועברים לאוטוקלאב. לאור כך הוחלט שספק האוטוקלאב יהיה אחראי על כך וידאג לעשות את ההתאמות הנדרשות כדי להבטיח שהכול יהיה כנדרש ויעמוד בדרישות של יצרן המעקרים וכן בדרישות של מכונות השטיפה
194	עמוד 57	סעיף 11.6	נדרש זמן אספקה של 90 יום ממועד קבלת ההזמנה, כולל קנסות על איחור. הזמן המבוקש אינו ראלי. טוטנאור כיצרנית אוטוקלבים יכולה לעמוד בדרישה אך עבור הצידוד הנוסף מייבוא, זמן זה אינו סביר. מבוקש זמן אספקה של 150 יום.	הסעיף ייותר ללא שינוי
195	בנספח הכולל מפרט טכני מבוקש, נדרשת מערכת דטרגנטים מרכזית מקורית של היצרן		אבקש לבטל את ההתניה שהמערכת תהיה מקורית של היצרן. טוטנאור התקינה מס מערכות מרכזיות לדטרגנטים בישראל, הכוללים מכלולים שמקורם מספקים מקומיים, אשר עובדות מצוין, אמינות והחשוב ביותר, השרות זמין לחלפים ולתמיכה.	המפרט הטכני עודכן ראה לשונית 1 שורה 29

196	מכונות השטיפה זקוקות לפינוי האדים במהלך השטיפה והייבוש	האם לביה"ח קיימת מערכת יניקה שיחברו ליציאה מהמכונות? אם לא, אז מומלץ לדרוש מכונות שיכללו מעבה אדים.	המכונות יחברו ליניקה. על המציע להעביר את הדרישות לחיבור ואת המידע בנוגע לפליטות
197	במפרט הטכני קיימת דרישה לטעינה רצפתית של העגלות במכונת השטיפה.	בכדי לאפשר זאת, יש לוודא שניתן לחצוב ברצפת האתר לפחות 15 ס"מ. אבקש לאשר שניתן. אם לא, החלופה היא טעינה עם רמפות ייעודיות אשר יהיה צורך לתמחר ולהציג בשרטוט כיצד ייראו בשטח.	קיימות מגבלות של קורות שנמצאות באזור שבו ממוקם הפיט. למסמכי המכרז צורף שרטוט של אזור הפיט. במידה ולא ניתן לשים את המכונה כתוצאה מהמגבלות הקיימות הצוות ההנדסי של בית החולים ידאג להגבהה של הרצפה כך שלא יהיה צורך ברמפה. במידה ומסיבה כזו או אחרת זה לא יתאפשר יבוצע תכנון ותמחר נפרד של הרמפה.
198	עבור מכונת העגלות הוגדרה בקשה להציע עגלת קונטיינרים, עגלת כלים כירורגיים ועגלת קערות	היצרן אשר טוטנאור מייצגת, BELIMED, יכול להציע גם עגלה אוניברסלית שמתאימה לכל הציווד, לטעינה משולבת והרבה יותר מתאימה ונוחה לשימוש	ניתן להגיש הצעה גם לעגלה כזאת כחלופה אפשרית והתאמתה תיבדק במסגרת בדיקת מסמכי המכרז
199	שרטוט האתר	השטח המוקצה לאוטוקלבים צר מאוד בכדי להכיל 4 מכשירים מבוקשים, ניתן להתקנה, אך צר למרווחי השרות מומלצים. בשרטוט, בקצוות של המכשירים הקיצוניים, מצויים מעברים עם משטר דלתות אינטרלוק מצד נקי לסטרילי והפוך. מדוע צריך 2 מעברים כאלה. אותו מעבר יכול לשמש לכל הצרכים. בכדי לרווח את המרחק בין האוטוקלבים נשמח לביטול אחד מהמעברים. אודה להתייחסותכם.	האתר מתוכנן כך כדי לאפשר מעבר נוח בין אזור הטעינה לפריקה התכנון יוותר ללא שינוי
200	כתב כמויות	סעיף 1.11	לא

**בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים**