



27/10/22

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 22033 אספקת מערכות משולבות
אוטומציה כולל ריאגנטים, כיילים, בקרים, מתכלים וכל
השירותים הנלווים לביצוע בדיקות כימיה ובדיקות
אימנוכימיה, וכן עבודות שדרוג ובינוי המעבדה הקיימת
בתנאי תכנון ביצוע

(Design Build – DB/ Full Turnkey project)

וכן בינוי מעבדה מיקרוביולוגית

עבור המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

- תשובות לשאלות הבהרה

מס'ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
1.	כללי		נבקש לקבל קובץ LIS שבועי.	הפרמטרים של העומסים במעבדה נותחו ונמסרו נתוני עומסי עבודה (עמוד 58-59). נותחו ונמסרו מספרי הבדיקות ברמה שנתית (עמוד 48). יש לציין שניתוח הנתונים וגזירת משמעויות מהנתונים הגולמיים הוא מורכב ומצריך הבנה באשר לתהליכי העבודה הקיימים במעבדה בטיפול במבחנות שונות וזמני הרישום של התחנות השונות במערכת ה-LIS. אנו משוכנעים שהעברנו במסגרת הליך ההבהרות את הנתונים המיטביים לצורך חישוב צרכי המערכת. עם זאת, נמסרו נתוני ה-LIS לכל שנת 2019. מתוך נתונים אלה ניתן לגזור שבוע עבודה. יחסי העומסים בין שנת 2019 לשנת 2022 נמסרו אף הם
2.	פרק א' - תנאי המכרז	6	מהם הוראות ונהלי מרת"א המפורטים בסעיף	נוהלי עבודה ימסרו למציע הזוכה. ככל ומציע מבקש לראות את הנהלים הוא מתבקש להגיע למשרדי מרת"א בתיאום מראש עם יחידת מכרזים

3.	פרק א' - תנאי המכרז	עמוד 8 סעיף 12.4	נבקש לאפשר התחלת עבודה עם המכשירים לפני חיבורם לליין האוטומציה, במידה ויהיו מוכנים קודם.	יוחלט בהתאם ל ATP שיוצג בסקר 3. יש קושי גדול לעבוד בכמויות של איכילוב ללא ליין אוטומציה למשך זמן של יותר משבועיים. ככלל, יידרש תיקוף תפעולי בנוסף לתיקוף האנליטי, שלא ישפיע על ה- TAT של הבדיקות לדיווח
4.	פרק א' - תנאי המכרז	14.1.2	הניסיון הרלוונטי לעבודות מהסוג המתואר במכרז הוא ניסיון בעבודה בבתי חולים (מערכות ייעודיות לבתי חולים) ואין משמעות מהותית לניסיון בבניית מעבדות. נבקש לתקן את דרישות הניסיון של הקבלן עבודות הבינוי, כך שניסיון של לפחות 5 שנים בביצוע עבודות בבתי חולים יספק, ולהוריד את הדרישה לניסיון בבניית מעבדות.	ככל ונותן השירותים בחר להתקשר עם קבלן ראשי, נותן השירותים מחויב להתקשר עם קבלן ראשי, אשר הינו קבלן בעל ניסיון בבינוי מעבדות במוסדות רפואיים, ואשר ביצע בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בינוי של 3 מעבדות בהיקף 200 מ"ר כ"א במוסדות רפואיים או לחלופין ביצע בינוי של 2 מעבדות במוסדות רפואיים, בהיקף דומה לזה המבוקש במכרז ו או ביצע לפחות 3 פרויקטים בבתי חולים כללים בעלי מורכבות טכנולוגית זהה (כגון ח"נ/חדרי צנתורים/טיפול נמרץ/חדר מיון וכיוצא באלו) ובהיקף שלא יקטן מ 200 מ"ר כל אחד
5.	פרק א' (נספח') - תנאי המכרז	14.3	הסעיף מציין פרק זמן של 7 ימים קבלת ההודעה של מרת"א להציג הסכם עם קבלן ראשי. מדובר בעבודת בינוי בעלות נפח רב שחלק מהפרטים המהותיים להתקשרות כזו יתבררו רק לאחר הודעת מרת"א על הזוכה (לרבות תוצרי עבודה של יועצים). על כן, מתבקש להעניק פרק זמן נוסף שלא יפחת מ- 30 ימי עבודה להצגת הסכם כאמור.	ס"ק 14.3 יעודכן לנוסח הבא : "מציע הזוכה מתחייב להציג, תוך 30 ימי עבודה ממועד שיידרש לכך, וללא דיחוי, בפני מרת"א את חוזה מדף , 3210 החתום שיחתום עם קבלן המשנה מטעמו וכן כל הסכם אחר שיחתום עם קבלני משנה או גורמים אחרים הקשורים לביצוע העבודות. "
6.	פרק א' (נספח א') - תנאי המכרז	14.3	קיימת הפניה לחוזה מדף 3210 -שצריך להיחתם בין המציע לקבלן. מתבקשת הבהרה לפיה, ככל שהוטלו חיובים על המציע כלפי הקבלן לפי הסכם 3210 אשר מקורם בהוראה של מרת"א (לדוגמא : עיכוב של העבודות חייב פיצוי לקבלן) חיובים אלו יחולו על מרת"א, (ביחסים שבין מרת"א והמציע).	החיובים של מרת"א כלפי המציע הזוכה הם אלה המפורטים במסמכי המכרז בלבד

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>בסעיף 29.1 לתנאי מהמכרז נכתב שהצעות המציעים תעמודנה בתוקף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות (עם אפשרות הארכה) ואילו תוקף הערבות היא עד ליום 22.6.23 - למעלה מחודש לאחר סיום תוקף מתן ההצעות. נבקש לעדכן את טופס הערבות</p>	<p>21.16</p>	<p>פרק א' (נספח א')- תנאי המכרז</p>	<p>.7</p>
<p>הסעיפים יוותרו ללא שינוי</p>	<p>נבקש כי הסעיף יכלול את האפשרות כי ככל שהסכם בין היצרן למציע בוטל או לתקופה קצרה מתקופת ההתקשרות נשוא המכרז (ולא חודש) – היצרן או מי מטעמו יכנס בנעליו של המציע לצורך קיום התחייבויותיו על פי ההתקשרות נשואת המכרז בהתאם להצהרת היצרן בנספח יא' (עם השינויים המבוקשים) כנהוג במכרזים דומים (חלק מהיצרנים הזרים כפופים לחוקי הגבלים עסקים / תחרות אשר אינם מתירים הסכמי הפצה בלעדיים העולים על 5 שנים)</p>	<p>21.3 21.4</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.8</p>
<p>תנאי סף 21.5 לתנאי המכרז יעודכן לנוסח הבא: "הן בהתייחס למכשור והן בהתייחס לריאגנטים - קיום אישור אמ"ר בר תוקף, המבוסס על תקן FDA ו/או CE העומד בתנאי הנחיית משרד הבריאות להמשך שיווק ושימוש בציוד רפואי (אמ"ר), שרישומו בפנקס הציוד הרפואי טרם חודש או לחלופין קיים אישור הגשת אמ"ר למכשור וריאגנטים עם CE-IVD/FDA"</p>	<p>מבוקש לאשר אישור הגשת אמ"ר למכשור וריאגנטים עם CE-IVD/FDA</p>	<p>21.5</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.9</p>

<p>הבקשה נדחית. הניסיון המבוקש חייב להיות של המציע עצמו ולא של מי מאנשי צוותו, כאשר לעניין ניסיון אנשי הצוות יוחד תנאי סף נפרד המופיע בסעיף 21.8</p> <p>כמו כן, יובהר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, המציע יכול להסתמך על ניסיונו בלבד, והוא אינו יכול להסתמך על ניסיונו של כל תאגיד משפטי שאינו המציע, ובכלל זה ניסיון היצרן, ו/או קבוצת חברות ו/או חברת אם ו/או חברת אחות ו/או חברת בת.</p> <p>תנאי סף 21.6 יעודכן לנוסח הבא: ”</p> <p>21.6. למציע קיים ניסיון של אחד (1) מהקריטריונים שלהלן לכל הפחות:</p> <p>21.6.1 למציע ניסיון של שישה 6 חודשים לפחות, בתפעול המכשור נשוא הצעתו במכרז, כאשר ניסיון זה נצבר במוסד/ות רפואיים בישראל.</p> <p>21.6.2 למציע קיים ניסיון של שישה חודשים לפחות, בתפעול מאבחנים אנליטיים נשואי הצעתו במכרז ומערכות אוטומציה בעלות סדר גודל דומה לנדרש במכרז, כאשר ניסיון זה נצבר במוסד/ות רפואיים בישראל.</p> <p>” מכשור”: לעניין תנאי סף זה משמעו מערכת אוטומציה ומאבחנים אנליטיים לביצוע בדיקות כימיה ובדיקות אימונוכימיה כפי המוגדר בנספח ב'1 - מפרט השירותים (SOW) למסמכי המכרז.</p> <p>” מוסד רפואי”: לעניין תנאי סף זה, משמעו מוסד שהינו ביה"ח ממשלתי ציבורי או פרטי בישראל או מוסד שהינו קופת חולים בישראל.”</p>	<p>נבקש לשנות את הנוסח ולהבהיר כי הניסיון הנדרש בסעיף זה יכול להיות ניסיון של המציע או מי מאנשי הצוות העומדים לרשותו, או, לחילופין, במקרה שבו המציע הוא חלק מקבוצת חברות של היצרן יחשב הניסיון של מי מחברות הקבוצה, לרבות ניסיון שנרכש במוסדות רפואיים מחוץ לישראל, כניסיון מספק של המציע.</p>	<p>21.6</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.10</p>
--	--	-------------	----------------------------	------------

<p>המציע יוכל להגיש הצעות חלופיות ביחס לתצורת העבודה/ תכנון הקו ובלבד שהן עונות על כלל תנאי המכרז. ככל והמציע בחר להגיש הצעות חלופיות יובהר כי הצעת המחיר המחייבת מבחינת מרת"א היא הצעת המחיר הזולה מבין ההצעות החלופיות שהגיש וזו תשמש כהצעת המחיר המחייבת בהשוואת סך ההצעות שהוגשו במכרז, וככל והמציע יזכה, כהצעת המחיר המחייבת לעניין ההתקשרות בין הצדדים</p>	<p>מבקשים להציע יותר מאפשרות אחת לתצורת העבודה/ תכנון הקו</p>	<p>27.1</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.11</p>
<p>הסעיף יותר ללא שינוי. יחד עם זאת, יוטעם כי מרת"א מהווה יחידת סמך במשרד ממשלתי וככזה, כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ולדיני מכרזים, ובכללם חובת ההגינות וקיום מכרזיו והתקשרויותו בתום לב ובדרך המקובלת</p>	<p>נבקש כי הארכת תוקף ההצעה מעבר ל- 6 חודשים תיעשה בהסכמת שני הצדדים ובתיאום עם המציע מאחר ואנו נשענים על הצעות מקבלני משנה ובינוי .</p>	<p>29.2</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.12</p>
<p>הטבלה מפורטת במסמכי המכרז</p>	<p>מבקשים לקבל את הטבלה בפורמט אקסל או וורד, להגשת מענה להצעה. כמו כן באילו עמודות למלא את תשובותינו?</p>	<p>31.2</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.13</p>

<p>המציע יציג בהצעה את מספר הקיווטות למודול כימיה ולמודול אימונוכימיה בנפרד, ומספר המודולים לכל סוג. החישוב יתבצע ע"י מרת"א בהתאם לנתונים שבהצעה להלן דוגמא לשקלול הסעיף:</p> <p>$\frac{(T_{\text{הצעה}} \times 100)}{T_{\text{max}}} = P$</p> <p><u>מודול כימיה</u> הצעה 1 – 300 קיווטות כמות מודולי כימיה 2 הצעה 2 – 270 קיווטות כמות מודולי כימיה 3</p> <p><u>מודול אימונו</u> הצעה 1 – 100 קיווטות כמות מודולי אימונו 3</p> <p>הצעה 2 – 90 קיווטות כמות מודולי אימונו 3</p> <p>$T_{\text{max}} = 270 \times 3 + 300 \times 2 = 1080$</p> <p>$\frac{((600 + 300) \times 100)}{1080} = 83.33$</p> <p>בדוגמא זו: הצעה 2 תקבל 100 הצעה 1 תקבל 83.33</p>	<p>ביחס לטבלת איכות ההצעה. מדד יישום בדיקות במקביל: הנוסחה בעמודה של אופן הניקוד של המדד האבסולוטי או היחסי אינה ברורה. אנא הבהירו את הנוסחה</p>	<p>31.2</p>	<p>פרק א' (נספח א') - תנאי המכרז</p>	<p>.14</p>
<p>יובהר כי הדגמת השירות, ככל ותידרש, לגבי קו אוטומציה מלא- תתאפשר גם באתרים מחוץ לישראל.</p> <p>ככל והדגמת השירות תתאפשר רק בחו"ל יובהר כי עלויות הנסיעה והשהייה בחו"ל לא יחולו על המציע</p> <p>עוד יובהר כי ביחס למאבחנים - הדגמתם, בהינתן ותידרש, תתבצע בישראל בלבד</p>	<p>מתבקשת אפשרות להציג את המערכות גם באתרים מחוץ לישראל.</p>	<p>38.5</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.15</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש להוסיף כי במקרה של הפסקת התקשרות עם הזוכה כאמור, מרת"א ישלם למציע את הסכום שהושקע על ידו בגין מתן השירותים עד למועד הפסקת העבודה.</p>	<p>40.9</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>.16</p>

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש לבטל סעיף זה.</p>	<p>סעיף 31.2 תחת טבלה תחת כותר "תפעול אוטומטי"</p>	<p>פרק א' - תנאי המכרז</p>	<p>17.</p>
<p>העבודות ככל הנראה לא יתבצע במקביל והעבודות תתבצעה בהתאם ליכולת של בית החולים להקצות אתרים לעבודה. על המציע להביא לכדי חשבון כי העבודות תהיינה בשלביות והאתרים לעבודה ימסרו ברצף אך כתלות בשלביות שתסוכם עם המציע הזוכה</p>	<p>נבקש לוודא כי ניתן לבצע את עבודות הבינוי במעבדה הביוכימית והמיקרוביולוגית במקביל</p>	<p>3</p>	<p>פרק ב נספח ב'1</p>	<p>18.</p>
<p>לוח הזמנים הינו טנטטיבי. קיימת חשיבות לעמידה בלוח הזמנים הכולל. יחד עם המציע הזוכה יתוכננו לוחות זמנים מפורטים באופן שיאפשר רציפות תפקודית של המעבדות. תכנון לוח הזמנים ומחויבות המציע הזוכה הינה עבודה רציפה ובהתאם ללוח הזמנים שיאושר ע"י מרת"א</p>	<p>לטובת עמידה בלוח הזמנים הנדרש באבני הדרך- נבקש להגדיר אזור זמני להקמת המעבדות השונות, בהיעדר אזור שכזה העבודות תתרכזנה באותו האזור (מה שיצריך יותר זמן), לפיכך נבקש כי סיום עבודות הבניה באנדוכימיה (מס"ד 6) יהיה בשבוע 28 לאחר חתימה על הסכם במקום 19.</p>	<p>3</p>	<p>פרק ב נספח ב'1</p>	<p>19.</p>
<p>לוח הזמנים הינו טנטטיבי. קיימת חשיבות לעמידה בלוח הזמנים הכולל. יחד עם המציע הזוכה יתוכננו לוחות זמנים מפורטים באופן שיאפשר רציפות תפקודית של המעבדות. תכנון לוח הזמנים ומחויבות המציע הזוכה הינה עבודה רציפה ובהתאם ללוח הזמנים שיאושר ע"י מרת"א</p>	<p>טבלה 2- סעיפים 5-14- ע"מ לשמור על רציפות תפעולית נדרש ששלב הבינוי והתקנת מערכת האוטומציה יהיו מדורגים. נבקש להוסיף לכל סעיף שהסעיף יתעדכן לפי תכנית ההתקנות כל עוד תשמר עמידה על לוח זמנים של 50 שבועות.</p>	<p>3</p>	<p>פרק ב נספח ב'1</p>	<p>20.</p>
<p>הבקשה מקובלת</p>	<p>נבקש כי יוגדר מנהל פרויקט ייעודי מטעם המזמין אשר יהיה אחראי על ממשקי העבודה בתוך בית החולים ויעבוד בתיאום מול מנהל הפרויקט מטעם נותן השירות על מנת לוודא כי תתקיים רציפות ביצועית בכל תהליכי הבינוי בפרויקט.</p>	<p>3</p>	<p>פרק ב נספח ב'1 פרק א</p>	<p>21.</p>

<p>פרק הזמן בשלב זה הינו ללא שינוי. ככל ויידרש פרק זמן ארוך יותר כתוצאה מדרישות מרת"א על שמירה על רציפות תפקודית הדבר יסוכם בכתב בזמן הביצוע מול הספק, ובלבד שהדבר אינו נובע מאילוצי הספק אלא מדרישות נקודתיות של מרת"א</p>	<p>נבקש להאריך את משך הזמן המוגדר לשלבים המפורטים בין סקר 4 לסקר 5 (כולל). מתוך סיורי הספקים שבוצעו ומצב התשתיות הקיים כיום באתר עולה, כי נדרש חלון זמן ארוך יותר מ-23 שבועות לביצוע כלל העבודות הנדרשות, תוך התחשבות בשמירה על רצף תפקוד המעבדות השונות.</p>	<p>3</p>	<p>פרק ב נספח ב'1 פרק א</p>	<p>.22</p>
<p>סעיף 1.21 רישא בפרק ב' נספח ב' יעודכן לנוסח הבא: "פנל הבדיקות אותו ניתן לבצע במכשירים המוצעים חייב לכלול לפחות את הבדיקות המפורטות בטבלאות מספר 4,5 לפרק ב נספח ב'1 מפרט השירותים..."</p>	<p>היות ויש להציע מכשירים כימיה ואימונוכימיה וכל אחד מהם מבצע את הבדיקות בהתאמה לתחום שלו, בהתאם לפאנל הרלוונטי אליו, בעמוד 48 נבקש לעדכן את המשפט כדלקמן: "פנל הבדיקות אותו ניתן לבצע בכל אחד מהמכשירים המוצעים חייב לכלול לפחות את הבדיקות המפורטות בטבלאות מספר 4,5 לפרק ב נספח ב'1.."</p>	<p>1.2.1+1.1.4.4</p>	<p>פרק ב נספח ב'1</p>	<p>.23</p>
<p>הכוונה היא שלמעבדה תהיה יכולת גיבוי שלא תפחת מ 2 יחידות לרכיב. לגבי צנטריפוגה –מבוקש 3 יחידות</p>	<p>נבקש הבהרה לגבי כוונתכם ב: "הערות – יכולת גיבוי"</p>	<p>עמוד 46 סעיף 1.1.4.4 טבלה 3 הציוד הנדרש למערכת</p>	<p>פרק ב נספח ב'1</p>	<p>.24</p>
<p>חלה חובה להגיש את כלל מסמכי המכרז בקובץ קשיח בהתאם לכללים המפורטים בתנאי המכרז</p>	<p>מבקשים לספק את המידע הבא רק בקובץ אלקטרוני ולא בעותק קשיח - למען איכות הסביבה. בקרת איכות חיצונית / MSDS / עלוני מידע לבדיקות</p>	<p>1.2.3 + 1.2.4</p>	<p>פרק ב'- מאפייני המערכת (ב'1 מפרט שירותים, פרק ב')</p>	<p>.25</p>
<p>הבקשה נדחית. דרושות שתי הבדיקות</p>	<p>Methamphetamine – הינו נגזרת של Amphetamines. N מבקשים להציע במכרז רק את הקיט ל- Amphetamines</p>	<p>טבלה 4</p>	<p>פרק ב'- מאפייני המערכת (ב'1 מפרט שירותים, פרק ב')</p>	<p>.26</p>
<p>תותר הגשת טבלה של פרוטוקול שטיפות כהוכחה להיעדר carry over</p>	<p>תחום כימיה - מבקשים להגיש טבלה של פרוטוקול שטיפות כהוכחה להיעדר carry over</p>	<p>1.4.19</p>	<p>פרק ב'- מאפייני המערכת (ב'1 מפרט שירותים, פרק ב')</p>	<p>.27</p>

מקובל כי הצהרת הספק על שימוש בטיפים חד פעמיים תספיק בהוכחה להעדר carry over	תחום אימונו - מבקשים שהצהרת הספק על שימוש בטיפים חד פעמיים תספיק בהוכחה להעדר carry over	1.4.19	פרק ב' - מאפייני המערכת (ב'1 מפרט שירותים, פרק ב')	.28
המציע מתבקש להציע תוכנה עם יכולות קבלה וניתוח נתונים הרחבה ביותר, ללא מגבלה של מכשור מסוים	נבקש לדעת מהם המכשירים הנוספים מהם נתבקש לקבל מידע ולנתח אותו	1.6.2.12	פרק ב' - מאפייני המערכת (ב'1 מפרט שירותים, פרק ב')	.29
השאלה כללית מידי מכדי לתת תשובה כדבעי. למשל גלוקוז - 3 פעמים ביממה. TSH - פעם אחת ביממה.	נבקש לדעת כמה בדיקות QC נעשות במהלך משמרת אחת	עמוד 65 סעיף 1.6.4	פרק ב נספח ב'1	.30
במסגרת דרישות הצגת מצגת למציע נדרש המציע, להציג <u>תכנית מעבר עקרונית</u> בהתאם לדרישות לנספח יד, סעיף 7.3.5, למסמכי המכרז	נבקש להבהיר כי הדרישה לתוכנית המעבר תחול לאחר הזכייה ולא כחלק מהמענה למכרז	1.3.3	פרק ג' - נספח ג'	.31
<u>תכנית המעבר הסופית</u> תוצג עי המציע הזוכה בהתאם לסעיף 1.3.3 נספח ג' בהתאם למועדים המפורטים בסקר 3 בטבלת אבני הדרך	מרת"א מתבקש לאשר אפשרות לבחירת יועצים נוספים מלבד אלו שמופיעים בסעיף 2.3 ובעלי ניסיון בבתי חולים, לחילופין מתבקש מרת"א לקבוע תעריף מקסימלי לשכר טרחה ליועצים שנקבעו.	2.3	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	.32
כל שנדרש הוא כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישום רלוונטי ברשם הקבלנים ובעלי ניסיון מוכח בביצוע מערכות במעבדות כדוגמת המעבדה נשואת מכרז זה ו/או חדרי ניתוח ו/או מחלקות טיפול נמרץ בבתי חולים ציבוריים ואין כל דרישה כי הללו יהיו בהכרח קבלנים שעבדו במרת"א	מתבקשת הבהרה כי לא קיימת חובה להתקשר עם קבלני "קבלני הבית" של מרת"א או קבלנים אחרים העובדים או עבדו במרת"א, בתנאי שהקבלנים איתם מתקשרים עומדים בדרישות הסעיף.	2.4.6	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	.33

<p>5 שבועות מהווים פרק זמן מספק להגשת תכנון ראשוני</p>	<p>לאור האמור בסעיף זה מובהר כי התהליכים הללו יוכלו להתרחש רק לאחר הודעת הזכייה לספק. לאור זאת נבקש כי בטבלת אבני הדרך בסעיף 15 להסכם (פרק ד) יעד של 5 שבועות להגשת תוכניות המיקום ותוכנית ההתקנות תוך כדי שימור רציפות תפעולית יידחה בפרק זמן סביר על מנת לאפשר למגוון היועצים השונים האמונים לפתח תוכניות אלו (מבלי לגרוע באמור לעיל, כגון יועץ בטיחות יועץ אדריכל, מעצבים וכו') זמן נאות לביצוע העבודה ברמה הגבוהה ביותר האפשרית.</p>	<p>3.1.1</p>	<p>פרק ג' - נספח ג'</p>	<p>.34</p>
<p>מספר השילוחיות הנשלחות במערכת הפניאומטית היא 85 לשעה בשעת המקסימום.</p>	<p>מבקשים לקבל את מספר המבחנות ליום הנשלחות דרך המערכת הפניאומטית וכן את כמות המבחנות המגיעות בשעה</p>	<p>3.4 - מערכת פניאומטית</p>	<p>פרק ג' - נספח ג'</p>	<p>.35</p>
<p>דגימות מתקבלות היום מ-8 מרכזיות אולם זה לא צריך להיות מספר המרכזיות במערכת המתוכננת. יש להביא לכדי חשבון כי המערכת המתוכננת נדרשת לעמוד בעומסים לפי התכנון של הספק הנוכחי של איכילוב.</p>	<p>מכמה מרכזיות מקבלים כיום דגימות?</p>	<p>3.4 - מערכת פניאומטית</p>	<p>פרק ג' - נספח ג'</p>	<p>.36</p>
<p>מקובל, ובלבד שהמציע מסוגל להתממשק באופן מלא למערכות מרת"א והמערכות שיוצגו ע"י היצרן תידרשנה להיות מוצגות ע"י המציע במסגרת מצגת המציע(נספח יד' למסמכי המכרז). ככל ומסיבה כלשהי מרת"א לא יאשר את המערכת על המציע לתקן זאת בשלב הגשת ההצעה</p>	<p>מרת"א מתבקש לאשר יישום אוטומציה של עמדת פריקה של עמדת אוטומטית מתוצרן יצרן אחר (שאיינו Sumetzberger) בתנאי שספק המציע יבצע התממשקות מלאה עם כלל מרכיבי המערכת הפנאומטית הקיימת ו/או התאמתה ושדרוגה בהתאם לצורך.</p>	<p>3.4.6</p>	<p>פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות</p>	<p>.37</p>

<p>מקובל ובלבד שהמזיע מסוגל להתממשק באופן מלא למערכות מרת"א והמערכות שיוצגו ע"י היצרן תידרשנה להיות מוצגות ע"י המזיע במסגרת מצגת המזיע(נספח יד' למסמכי המכרז). ככל ומסיבה כלשהי מרת"א לא יאשר את המערכת על המזיע לתקן זאת בשלב הגשת ההצעה</p>	<p>נבקש לחדד ולהבהיר את הנוסח בסעיף זה כך שיאפשר למזיעים יישום אוטומציה של עמדת פריקה אוטומטית מתוצרת כל יצרן אחר (שאינו Sumetzberger) וזאת בכפוף להתחייבות המזיעים לשדרוג והתאמת המערכת הפנאומטית באופן שיאפשר התממשקות ואינטגרציה מלאה עם כלל מרכיבי המערכת הקיימת</p>	<p>3.4.6</p>	<p>פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות</p>	<p>.38</p>
<p>הסעיף יישאר ללא שינוי. המזיע מחויב להתקין מערכת פריקה אוטומטית שתתחבר למערכת האוטומציה</p>	<p>נבקש לעדכן כי מערכת הפריקה האוטומטית המבוקשת על ידי מרת"א תחובר למערכת האוטומציה האימונוכימית כל עוד הדבר מתאפשר על ידי יצרן מערכת הפריקה ויצרן מערכת הטילים.</p>	<p>3.4.6</p>	<p>פרק ג' - נספח ג'</p>	<p>.39</p>
<p>כל הנדרש לצורך ביצוע עבודה תקינה ובהתאם לתיאום מראש מול מרת"א</p>	<p>נבקש לדעת האם בהעברת התשתיות ניתן לחרוג לקומות אחרות למעלה או למטה כדי להתחבר לתשתיות קיימות.</p>	<p>3.10</p>	<p>פרק ג' - נספח ג'</p>	<p>.40</p>
<p>סעיף 3.10.8 לפרק ג' - נספח ג' ימחק</p>	<p>לעניין מנחת הרחפנים נבקש כי האדריכל והקונסטרוקטור של מרת"א יוסיפו את מיקומו, גודלו ומאפייניו לתוכנית הכתמים על מנת שקבלנים יוכלו להעריך משמעויות ביצוע ולתמחר.</p>	<p>3.10.8</p>	<p>פרק ג' - נספח ג'</p>	<p>.41</p>
<p>סעיף 3.10.8 לפרק ג' - נספח ג' ימחק</p>	<p>מבוקש להוריד סעיף זה בשל קושי בתמחורו בשלב זה, בו אין וודאות למיקום ולזמן הקמת המנחת. וכפועל יוצא מכך, להעריך את דרישות הבינוי כמו יציקת בטון בגובה, הגנה על חלונות וכו'. לחילופין, מבוקש להגדיר את אזור המנחת ולהציגו בתוכניות ובסיוור הקבלנים. יש לציין שחברות, שעוסקות בתחום וערכו פיילוטים מאוד ראשוניים, הדגישו בפנינו שבשלב זה הפעילות הנדונה לא ניתנת ליישום בשנים הקרובות.</p>	<p>3.10.8</p>	<p>פרק ג'- מפרט העבודות</p>	<p>.42</p>

43.	פרק ג'- מפרט העבודות	3.10.2 מערכת המים המטופלים שעוברת לאחריית המציע	מבקשים לקבל את פרטי החברה, של מי הבעלות על המערכת (ביה"ח או החברה)	הבעלות על המערכת היא של ביה"ח. התחנה תעבור לאחריותו של הספק הזוכה אשר יתאים אותה לצרכיו, יתפעל ויתחזק אותה באופן שוטף
44.	פרק ג'- מפרט העבודות	מים וגזים	המעבדה האנדו כימית אינה מחייבת צנרת נירוסטה. מבוקש להוריד חיוב צנרת נירוסטה מהדרישה לקומת המעבדות	מים מטופלים בביה"ח מולכים אך ורק בצנרת נירוסטה לפי נהלי ביה"ח
45.	פרק ג'- מפרט העבודות	מים וגזים	איפה יהיה ניתן למקם את מערכת האוויר החדוס, אם ניתן אנא ציינו על גבי תוכנית	חדר מכונות צריך להיות בשטח שהוקצע לפרויקט. מאחר וחלק מהתכנון הוא גם שלביות הפרויקט, יש לבדוק באיזה שלב הכרחי לבנות חדר מכונות, להקצות מקום למזג את החדר ולבודד אותו מרעש וויברציות ולדאוג לנגישות אנשי אחזקה לטיפול והחלפה לפי צורך
46.	פרק ג'- מפרט העבודות	מערכת פניאומטית	כמה עמדות חדשות נדרשות ומהו מיקומן בכל המעבדות הנדרשות ובכל השלבים	נדרשות 3 עמדות פריקה. על הדבר להיעשות בתיאום עם הספק. 3 העמדות האוטומטיות צריכות לתחבר לקו האוטומציה. בנוסף, 2 תחנות רגילות שימוקמו במעבדה כחלק מתכנון המעבדה המפורט.
47.	פרק ג'- מפרט העבודות	קונסטרוקציה	מה תוואי הכנסת ציוד קונסטרוקציה כבד לאזור בין המבנים	הדבר הובהר בסיור קבלנים
48.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	נבקש לקבל תכניות בחתך של המבנה	אין תוכניות בחתך של המבנה
49.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	נבקש לקבל תכניות של קונסטרוקציה הקומות במבנה	המסמכים פתוחים לעיון במשרדי מרת"א בתיאום עם יחידת מכרזים
50.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	נבקש לקבל תכניות אדריכליות של הקומות במבנה	התוכניות מצורפות בזאת
51.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	מתבקשת הבהרה האם נדרש להתקין ציילר חדש או שמא ניתן להתחבר לציילרים קיימים	הסוללות ביט"אות יחוברו לצנרת המים הקרים של מערכת המיזוג הראשית של בית החולים. ככל שנדרש, ובכפוף לאישור מרת"א מראש, ניתן יהיה להוסיף ליט"אות גם סוללות קירור מבוססות גז שיחוברו למערכות VRF.

52.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	מתבקשת הבהרה היכן יהיה שטח ההתארגנות לביצוע העבודות	שטח התארגנות יהיה על הדופן המזרחית של בניין סוראסקי, על שטח הקרקע
53.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	נבקש לקבל אישורי קונסטרוקטור למשקלים הנדרשים בקומות	כאשר יוגשו המשקלים של המכשור מושא ההצעה, קונסטרוקטור מטעם מרת"א יאשרם. ככל הנראה, על פי ניסיון מרת"א, אין צפי לבעיות קונסטרוקטיביות להצבת המכשור
54.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	מתבקשת הבהרה האם נדרש להחליף את כל היט"אות הקיימות בקומה מינוס אחד (-1)	באחריות הקבלן למזג את השטחים הנדרשים בהתאם למפרט מיזוג האוויר המצורף. למען הסר ספק, אין צורך בהחלפת יטא"ות אשר אינן משרתות את שטח המעבדה הייעודית
55.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	מתבקשת הבהרה האם נדרש להחליף את מרכזיית המערכת הפנאומטית שבקומה מינוס 3 (-3), לרבות קו פניאומטי מקומה זו ועד לקומת המעבדות.	לא קיימת דרישה להחלפת מרכזיית המערכת הפנאומטית שבקומה מינוס 3 (-3), לרבות קו פניאומטי מקומה זו ועד לקומת המעבדות, ובלבד והמערכת תעבוד בצורה תקינה
56.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	מתבקש פירוט מיקום יציאת פליטות ממנדף כימיים	הפליטה תהא מעל גג קומה 4. מרת"א, ביחד עם המציע הזוכה, יסמן את נתיב עליית הפליטה
57.	פרק ג', נספח ג' מפרט עבודות	כללי	מתבקשת הבהרה האם נדרש UPS חדש	לא נדרש
58.	מפרט בינוי	תקרות שמיים מוארים	1. אילו מסדרונות בדיוק נדרש? 2. מהם הספק והדגם המועדפים של מרת"א?	הדגם הנדרש הינו דגם שאינו יקר מידי. לא SKY FACTORY
59.	פרק ג' - נספח ד'	תוכנית כתמים	מבקשים לקבל הבהרה לגבי מיקום המערכת הפנאומטית לפי השרטוט בתוכנית כתמים	מצורפת תכנית כתמים מעודכנת כולל הדגשה של נושא הפנאומטיקה. יש תחנה בעמדת הסניטרים. תחנות נוספות ימוקמו ע"י החברות בהתאם למיקום הקווים וסל הקליטה של הדגימות מהמערכת הפנאומטית. בתכנית גם סומן האזור בו נדרשת השלמת הרצפה
60.	פרק ג' - נספח ד'	תוכנית כתמים	איזה שטח בתוכנית כתמים מיועד לחיבור מכשירי ההמטולוגיה והקרישה	ניתן להציע את החיבור למכשירי הקרישה והספירה תוך שימוש במיקום שלהם היום, לרבות שבירת קירות על מנת להכניס לייך אוטומטי לחדרים אלו (במגבלות ההנדסיות)

61.	פרק ג', נספח ד' (תכנית כתמים)	כללי	נבקש לקבל פירוט של מהלך העתקות של כל פונקציה קיימת באזור המתוכנן למעבדה המיקרוביולוגית ווירולוגית (צבע כחול בתכנית הכתמים)	הדבר יסוכם עם המציע הזוכה
62.	פרק ג', נספח ד' (תכנית כתמים)	כללי	מה הכוונה לפונקציה שנקראת "אינטרקום" בחדר מספר 3 בתכנית הכתמים (אזור כחול)?	מדובר בטעות סופר. הכוונה היא אינטרלוק
63.	פרק ג', נספח ד' (תכנית כתמים)	כללי	מהי הפונקציה הנמצאת בחדר מס' 4 באזור הירוק בתכנית הכתמים?	מבואה לחדר A4 כולל תת לחץ
64.	פרק ג', נספח ד' (תכנית כתמים)	כללי	נבקש לפרסם את נהלי העבודה בתחום הבינוי במרת"א, בייחוד בהקשר של תיאום בין הקבלן למרת"א ביחס לחיבורים של מערכות, וכן מה קורה במקרה ומרת"א לא עומד במועדים שנקבעו.	נוהלי עבודה ימסרו למציע הזוכה. ככל ומציע מבקש לראות הנהלים הוא מתבקש להגיע למשרדי מרת"א בתיאום מראש עם יחידת מכרזים
65.	פרק ג', נספח ד' (תכנית כתמים)	כללי	נבקש לפרסם את נהלי העבודה בתחום הבינוי במרת"א, בייחוד בהקשר של תיאום בין הקבלן למרת"א ביחס לחיבורים של מערכות, וכן מה קורה במקרה ומרת"א לא עומד במועדים שנקבעו.	נוהלי עבודה ימסרו למציע הזוכה. ככל ומציע מבקש לראות הנהלים הוא מתבקש להגיע למשרדי מרת"א בתיאום מראש
66.	פרק ג', נספח ד' (תכנית כתמים)	כללי	נבקש לפרסם את נהלי העבודה בתחום הבינוי במרת"א, בייחוד בהקשר של תיאום בין הקבלן למרת"א ביחס לחיבורים של מערכות, וכן מה קורה במקרה ומרת"א לא עומד במועדים שנקבעו.	נוהלי עבודה ימסרו למציע הזוכה. ככל ומציע מבקש לראות הנהלים הוא מתבקש להגיע למשרדי מרת"א בתיאום מראש
67.	פרק ג' - נספח ג'	מוסף ג'12	מבקשים לקבל עותק של מוסף ג' 12 - קובץ נהלי מרת"א (לא נמצא במסמכי המכרז)	נוהלי עבודה ימסרו למציע הזוכה. ככל ומציע מבקש לראות הנהלים הוא מתבקש להגיע למשרדי מרת"א בתיאום מראש
68.	פרק ה' - נספח יד'	7.3.5 + 7.3.6	אגף ה': על מנת לייצר מקום לשלביות ורצף, האם לכל המעבדות באגף ה', נכון להיום, יש לאן לעבור על מנת שיהיה ניתן להיכנס לעבודות הבינוי שם?	מעבדת המטולוגיה לא תעבור. מרפאת נויירולוגיה יכולה לעבור. משרדי אגף המעבדות יכולים לעבור
69.	פרק ה' - נספח יד'	7.3.5 + 7.3.6	אגף ו': האם יש מקום מחוץ לפרויקט אליו ניתן לנייד חלק מהמשתמשים הנוכחיים, על מנת לייצר מקום ל"משחקיות" ולשלביות הפרויקט?	אין מקום מחוץ לפרויקט אליו ניתן לנייד חלק מהמשתמשים הנוכחיים

<p>יש למלא את נספח באופן מלא. המצאת אישור ISO אינה מהווה תחליף לכך</p>	<p>כיוון ששאלון הספקים תואם לדרישות אישור ISO 27001, מבקשים לספק אישור עדכני של חברתנו כמענה לנספח זה</p>	<p>נספח כ"ג</p>	<p>פרק ה'</p>	<p>.70</p>
<p>מובהר כי הראיות הנדרשות לסעיפי הנספח יתבקשו רק במידה ותתקיים בקרה/בדיקה למציע הזוכה ולא במעמד הגשת ההצעה במכרז</p>	<p>נבקש לוודא כי הראיות הנדרשות לסעיפי הנספח יתבקשו רק במידה ותתקיים בקרה/בדיקה חיצונית לזוכה ולא במעמד הגשת המכרז.</p>	<p>נספח כ"ג</p>	<p>פרק ה'</p>	<p>.71</p>

<p>הסעיף יעודכן לנוסח הבא :</p> <p>"מרת"א שומר לעצמו את הזכות להזמין סוגי בדיקות נוספות שאינן מופיעות במפרט השירותים, אולם מעצם טיבן וטבען משתייכות לקבוצות הבדיקות המבוקשות במכרז, וזאת בשיעור של עד 20% מהיקף סוגי הבדיקות המבוקשות במכרז. תעריף לא יהא גבוה מ"תעריף מחיר מופחת" בהתאם להגדרתו במכרז, בהתאמה למשפחת הבדיקות אליה משתייכת הבדיקה שהתווספה.</p> <p>"מרת"א שומר לעצמו את הזכות להזמין סוגי בדיקות נוספות שאינן מופיעות במפרט השירותים, אולם מעצם טיבן וטבען משתייכות לקבוצות הבדיקות המבוקשות במכרז, וזאת בשיעור של עד 20% מהיקף סוגי הבדיקות המבוקשות במכרז. תעריף לא יהא גבוה מ"תעריף מחיר מופחת" בהתאם להגדרתו במכרז, בהתאמה למשפחת הבדיקות אליה משתייכת הבדיקה שהתווספה.</p> <p>המחיר יעודכן לפי "תעריף מחיר מופחת"</p>	<p>לפי הוראות הסעיף, מרת"א שומר לעצמו את הזכות להזמין סוגי בדיקות נוספות שאינן מופיעות במפרט השירותים, אולם מעצם טיבן וטבען משתייכות לקבוצות הבדיקות המבוקשות במכרז, וזאת בשיעור של עד 20% מהיקף סוגי הבדיקות המבוקשות במכרז. תעריף לא יהא גבוה מ"תעריף מחיר מופחת" בהתאם להגדרתו במכרז, בהתאמה למשפחת הבדיקות אליה משתייכת הבדיקה שהתווספה.</p> <p>נבקש לציין כי המנגנון המתואר לעיל לוקה בחסר ותנאי אי הוודאות באשר לתמחור הבדיקות הנוספות גדולים מאוד, מה שאינו תואם את כללי הבסיס בדיני מכרזים, כל שכן שעה שאנו מצויים בשלב בו על המציעים לשקלל להצעתם את כלל הנתונים אשר עורך המכרז מביא לפנייהם.</p> <p>נבקש לפיכך להחליף את מנגנון התמחור הנ"ל למנגנון ברור וודאי.</p> <p>לחילופין, ומבלי לגרוע מהאמור, נבקש לעדכן כך שהמחיר של הבדיקות הנוספות לאורך תקופת ההתקשרות הראשונה יהיה לפי תעריף מחיר לתוצאה מדווחת (בהתאם למחירי הבדיקות מאותה המשפחה) ורק לאחר תקופת ההסכם, קרי 84 חודשים, לפי "תעריף מחיר מופחת".</p>	<p>12.5</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.72</p>
---	--	-------------	------------------------	------------

הבקשה מקובלת	טבלה 2- סעיפים 14-5- ע"מ לשמור על רציפות תפעולית נדרש ששלבי הבינוי והתקנת מערכת האוטומציה יהיו מדורגים. נבקש להוסיף לכל סעיף שהסעיף יתעדכן לפי תכנית ההתקנות כל עוד תשמר עמידה על לוח זמנים של 50 שבועות.	15	נספח ו' - ההסכם	.73
הסעיף יוותר ללא שינוי	נותן השירותים אינו אחראי על פגמים או ליקויים אשר נגרמו על ידי עובדי מרת"א למערכות, עבודות או מתכלים.	27.1	נספח ו' - ההסכם	.74
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש לסייג את הסעיף כך שיובהר שלא יחול במקרה שהגורם הוא מעשה ו/או מחדל של מרת"א	27.1	נספח ו' - ההסכם	.75
הסעיף יוותר ללא שינוי	מתבקש להוסיף כי אחריות נותן השירותים לנזקים המפורטים בסעיף 27.1 לא תחול כאשר הנזק נגרם בעקבות מעשה ואו מחדל של מרת"א. לחילופין, נבקש כי אחריות נותן השירותים לנזקים המפורטים בסעיף 27.1 לא תחול כאשר הנזק נגרם בעקבות רשלנות חמורה של מרת"א	27.1	נספח ו' - ההסכם	.76
הסעיף יוותר ללא שינוי	מתבקש להגביל את הנזק לנזק שמרת"א יהיה זכאי לפיצוי בגינו ל ישיר בלבד. כמו כן, מבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שהנזק, הפסד או הוצאה לא נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל רשלניים של מרת"א ו/או מי מטעמו"	27.2	נספח ו' - ההסכם	.77
הסעיף יוותר ללא שינוי	מתבקש להוסיף בסוף הסעיף "למעט אם המגרעת, הליקוי או הפגם האמורים נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלניים של מרת"א ו/או מי מטעמו". לחילופין, נבקש הוסיף בסוף הסעיף "למעט אם המגרעת, הליקוי או הפגם האמורים נגרמו כתוצאה מרשלנות חמורה של מרת"א ו/או מי מטעמו"	28.2	נספח ו' - ההסכם	.78

<p>הסעיף יעודכן לנוסח הבא : "בהינתן ויצרן המערכת והציוד אשר סופקו ע"י נותן השירותים, השיק מערכת עדכנית חדישה או ציוד חדש, וככל ועומדת לחלוף תקופת ההתקשרות הראשונה, רשאי מרת"א במסגרת בחינת אפשרות מימוש תקופות התקשרות נוספות, לקיים עם נותן השירותים משא ומתן לעסקת חליפין (IN Trade) (על חשבוננו וללא כל תוספת עלות, במסגרתה ידאג להתקנה, הטמעה והפעלת המערכת החדשה ו/או הציוד החדש יתבצעו ללא כל הפרעה לפעילות השוטפת של המכשירים וביצוע הבדיקות השונות ויעמוד בכל דרישות הקבלה וולידציה לרבות ATP יוטעם כי אין בקיום משא ומתן כגון זה כדי לחייב את נותן השירותים בשדרוג המערכת והציוד כאמור לעיל"</p>	<p>מבוקש לעדכן את הסעיף, כך שכל עסקת שדרוג/חליפין תעמוד לבחינה ומשא ומתן בין נותן השירותים ובין מרת"א ולא תחייב את נותן השירותים מראש, היות ולא ניתן לשקלל בשלב זה עלויות של מהלך שדרוג עתידי שכזה.</p>	<p>31</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.79</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>הגבלת האחריות של מקבל השירותים, כך שנטל האחריות על גבו של הזוכה במכרז כבד מהנטל המוטל עליו על פי דין, אינה מקובלת בהתקשרויות מסחריות בין צדדים בתעשייה. מתבקש להוסיף לאחר המילה זדוני "ו/או מעשה או מחדל רשלניים". לחילופין, נבקש לשנות את סטנדרט האחריות של מרת"א על לאחריות חמורה.</p>	<p>38.2</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.80</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש להוסיף לאחר המילה "זדוני" את המילים "או רשלני".</p>	<p>38.2</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.81</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מבוקש, כי נותן השירותים יהא אחראי ע"פ דין, לנזק ישיר, אשר לא נגרם ע"י צד ג' בזדון, ו/או בשל כח עליון, ו/או בנסיבות בהן לא יכל לצפות את הנזק ולהתגונן מפניו.</p>	<p>40.1</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.82</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>מתבקש להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילה "אחראי" את המילים "על פי דין". אחרי המילים מעשה ואו מחדל את המילה "רשלניים".</p>	<p>41.1</p>	<p>נספח ו' - ההסכם</p>	<p>.83</p>

הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבחין לעניין זה בין עובדי מרת"א ובין מרת"א עצמו. ויתור כלפי מרת"א על כל עילת תביעה הינה גורפת מידי ומעמידה לכאורה את נותן השירותים ללא סעד משפטי אפשרי. יש לאזן את הסעיף בהשמטת מרת"א או לחילופין, הבהרה כי הנ"ל לא יחול במקרה של מעשה ו/או מחדל רשלניים של מרת"א ו/או זדון. לחילופי חילופין, נבקש לשנות את סטנדרט האחריות של מרת"א לאחריות חמורה.	43.3	נספח ו' - ההסכם	.84
הסעיף יוותר ללא שינוי	הסעיף אינו מקובל נבקש למחוק אותו.	43.3	נספח ו' - ההסכם	.85
סעיף 44.1 רישא לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא: "סך המערכות והציוד מושאי מכרז זה, אשר יסופקו ע"י נותן השירותים, יוותרו בבעלות נותן השירותים במהלך כל תקופת ההסכם ונותן השירותים יישא באופן בלבדי באחריות המלאה בגינם, על כל המשתמע מכך זולת במקרה בו נגרם להם נזק בזדון ע"י מרת"א ו/או מי מטעמם..."	נבקש להוסיף לאחר המילים "על כל המשתמע מכך" את המילים "למעט במקרה בו נגרם להם נזק בזדון ע"י מרת"א ו/או מי מטעמם, אזי תיקונם יהא ע"ח מרת"א."	44.1	נספח ו' - ההסכם	.86
סעיף 44.1 רישא לנספח ו' יעודכן לנוסח הבא: "סך המערכות והציוד מושאי מכרז זה, אשר יסופקו ע"י נותן השירותים, יוותרו בבעלות נותן השירותים במהלך כל תקופת ההסכם ונותן השירותים יישא באופן בלבדי באחריות המלאה בגינם, על כל המשתמע מכך זולת במקרה בו נגרם להם נזק בזדון ע"י מרת"א ו/או מי מטעמם..."	נבקש להוסיף "למעט במקרה בו נגרם נזק בזדון, ע"י מרת"א ו/או מי מטעם מרת"א."	44.6	נספח ו' - ההסכם	.87
הסעיף יוותר ללא שינוי	נותן השירותים ישלם למרת"א פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך 3000 ש"ח לכל יום איחור. - נבקש להוריד את גובה הפיצוי ל- 500 ש"ח ליום	51	נספח ו' - ההסכם	.88

הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש כי ההפחתה המקסימלית בגין חריגה בהספק המערכת בהתאם לטבלה 7 בפרק ב-החל מסקר 6-לא תעלה על 20% מהתעריף הנקוב לאותה בדיקה (לדוגמה: הפחתה של 20% לעלות של 80% מערך הבדיקה).	51	נספח ו' - ההסכם	.89
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להוריד את גובה הפיצוי 250 ש"ח לשכל שעת איחור במקרה בו נותן השירותים לא עמד בזמני תיקון תקלות באיחור של מעל 12 שעות.	51	נספח ו' - ההסכם	.90
במידה שיחוברו בעתיד מכשירים נוספים לקו האוטומציה שאינם באחריות הזוכה במכרז, שמשמעותם עלייה של יותר מ 10% בכמות הדגימות (המיועדות למכשור שאינו באחריות הזוכה מתוך כמות הדגימות המיועדות למכשור שבאחריות הזוכה) על המערכת בזמן השיא, דרישות ה TAT לאותו זמן ביום, יוארכו בשיעור זהה לאחוז הדגימות שנוספו למערכת באותו זמן. לדוגמה, אם ה TAT לבדיקה שבאחריות הזוכה היא 40 דקות, וכמות הבדיקות שבאחריות הזוכה הן 400 לשעה בשעת השיא. וכמות הדגימות שנוספו הן 50 לאותה שעה ה TAT הנדרש יהפוך להיות : $45=40*450/400$ דקות	בהתייחס ל"כל חריגה בהספק הנדרש פר בדיקה מדווחת" במידה ויחובר לקו האוטומציה מכשיר שאינו באחריות הזוכה במכרז, ייתכן מצב שמכשיר זה יגרום לעיכוב של הספק המערכת כולה וקבלת תוצאות מהמאבחנים האימונו-כימיים בפרט. מבקשים לסייג את מדידת ההספקים והחריגות במקרה כזה ולא לכלול בחישוב הפחתת התמורה	51.1	נספח ו' - ההסכם	.91
	לתקן את המילה ל- מיקרוביולוגית	עמוד 188 טבלה	נספח ח'	.92

<p>ס"ק 10.1 רישא יעודכן לנוסח הבא :</p> <p>"אספקת המערכת, הציוד, ביצוע העבודות ומתן השירותים, ישולמו על בסיס מנגנון "תוצאה מדווחת", כאשר המציע הזוכה יספק לבית החולים את כל הפרויקט וכלל הדרישות המפורטות וכל העלויות המוזכרות בנספח ב'1 - מפרט השירותים למסמכי המכרז, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: אספקת המערכת, הציוד, ביצוע עבודות הבינוי (למעט בינוי מעבדה מיקרוביולוגית) מתן השירותים, העסקת היועצים. התשלום עבור ביצוע הפרויקט (למעט בינוי מעבדה מיקרו ביולוגית)....."</p>	<p>נבקש לתקן את המילה ביולוגית למילה מיקרוביולוגית במשפט : "למעט בינוי מעבדה ביולוגית מיקרוביולוגית"</p>	<p>10.1</p>	<p>נספח ח'2</p>	<p>.93</p>
<p>לא נדרשת חתימת ספק המשנה לריאגנטים. המציע מחויב מול מרת"א לכל הפרטים והביצועים של הריאגנטים מכל מקור שיגיעו</p>	<p>במקרה של ספק משנה המספק ריאגנטים, נבקש להבהיר אם נדרשת חתימה על נספח יא' של יצרן הריאגנטים של ספק המשנה ואם נדרשת - יש להבהיר היכן היות וספק המשנה אינו המציע</p>	<p>כולו</p>	<p>נספח יא'</p>	<p>.94</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש כי ההתייחסות בסעיף תהיה למערכות היצרן בלבד (מיכשור וציוד מתכלה) (ראו נוסח מוצע)</p> <p>We hereby declare that (Bidder) _____ is (Manufacturer) _____ representative in Israel and is authorized to offer, sell and license (Manufacturer) _____'s Systems & perishable inventory (the "System") and to make all other undertakings and obligations terms and conditions as specified at the Tender <u>with respect to the System.</u></p>	<p>2</p>	<p>נספח יא'</p>	<p>.95</p>

<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש כי ההתייחסות בסעיף תהיה למערכות היצרן בלבד (מכשור וציוד מתכלה) (ראו נוסח מוצע)</p> <p>We hereby confirm that all commitments of (Bidder) ___ <u>with respect to the System</u> according to the Tender, obligate (Manufacturer) ___ all of which subject to paragraph 4 henceforth.</p>	<p>3</p>	<p>נספח יא'</p>	<p>.96</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש כי ההתייחסות בסעיף תהיה למערכות היצרן בלבד (מכשור וציוד מתכלה) (ראו נוסח מוצע)</p> <p>(Manufacturer) ___ undertakes to support fully each of the System which may be installed in Tel Aviv Sourasky Medical Center if (Bidder) ___ becomes unable to fulfill part of his obligations according to the conditions of the Tender, & the contract and (Manufacturer) ___ will step into the shoes of (Bidder) ___, and will fulfill these obligations <u>with respect to the System</u>.</p>	<p>4</p>	<p>נספח יא'</p>	<p>.97</p>

<p>הסעיף ייותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש לסייג את הדרישה כך שתאפשר לערוך שינויים בהסכם בין היצרן למציע ככל שאינם משפיעים באופן מהותי על ההתקשרות נשוא ההסכם. כמו כן, יש לאפשר לייצרן לבטל או לסיים את ההתקשרות עם המציע וככל שנדרש להמשיך ולתמוך במערכת (מכישור וציוד מתכלה) במישרין או באמצעות מי מטעמו בהתאם לתנאי ההתקשרות נשואת המכרז. הדבר נהוג ונפוץ במכרזים דומים. לדוגמא במקרה של הפרת ההסכם בין היצרן למציע – לא ניתן למנוע מהיצרן או המציע לממש את זכותם החוזית לבטל את ההסכם ביניהם. (ראו נוסח מוצע)</p> <p>We hereby further confirm that in any <u>material</u> change in the legal and/or contractual relations and/or the terms of the agreement between (Bidder) _____ and (Manufacturer) <u>(including expiration or termination thereof)</u> _____ we will ensure the full continuity of the service <u>for the System</u> to the Tel Aviv Sourasky Medical Center according to the specifications of the Tender.</p>	<p>5</p>	<p>נספח יא'</p>	<p>.98</p>
<p>הסעיף ייותר ללא שינוי</p>	<p>מבקשים לאחד את פסקאות 4-5 לפסקה אחת כדלקמן: The manufacturer's agree to use our best endeavours to ensure continued compliance with the bidder's compliance with the bidder's obligations under the tender, either directly or through an alternative supplier/distributor.</p>	<p>סעיפים 4-5</p>	<p>נספח יא'</p>	<p>.99</p>

<p>הסעיף יישאר ללא שינוי ככל וקיימים מספר יצרנים לרכיבי המערכת המוצעת, על המציע לדאוג להחתמת כל אחד מהם על נספח יב' אחד</p>	<p>מבקשים לשנות את המילה יצרן בכותרת ל "יצרנים ו/או בעלי זכויות הפצה לישראל". כנ"ל בכל מקום שבו מופיע המילה יצרן בהצהרות השונות</p>	<p>התחייבות יצרן</p>	<p>נספח יב'</p>	<p>.100</p>
<p>ככל והייצור מבוצע על ידי חברת אם או חברה מסונפת כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 נדרשת התחייבות חברת האם על הנספח והתחייבות זו תהווה התחייבות כוללת ומלאה על כל המפורט בנספח</p>	<p>מאחר וחלק ממרכיבי המערכת מיוצרים ע"י קבלני משנה של סימנס, אנו מבקשים לשנות את הצהרת היצרן בנספח יב' כדלקמן: "We, [SHDP GmbH], together with its affiliated companies at the manufacturing sites listed in Annex ... , are manufacturers of the instruments, together with corresponding reagents and consumables, listed in Annex ...",</p>	<p>סעיפים 1-3</p>	<p>נספח יב'</p>	<p>.101</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי. ניתן להגיש נוסח באנגלית התואם במלואו לנוסח בעברית</p>	<p>נבקש למחוק את התחייבויות היצרן מנספח זה שכן הם זהות להצהרות והתחייבויות היצרן בנספח יא'. כמו כן, ככל שמדובר ביצרן זר, לא ניתן (ולא נהוג במדינות זרות) לספק חתימת עורך דין ישראלי המאשר כי ההצהרה נחתמה בהתאם לדין הישראלי.</p>	<p>סעיפים 1-3</p>	<p>נספח יב'</p>	<p>.102</p>
<p>הסעיף יוותר ללא שינוי ככל והייצור מבוצע על ידי חברת אם או חברה מסונפת כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 נדרשת התחייבות חברת האם על הנספח והתחייבות זו תהווה התחייבות כוללת ומלאה על כל המפורט בנספח</p>	<p>מתבקשת הבהרה כי במידה והמציע הינו חברה בקבוצת חברות היצרן, אין צורך במילוי וחתימה של הנספח על ידי המציע. לחילופין, מתבקשת הבהרה כיצד יש למלא את הנספח במקרה האמור.</p>	<p>סעיפים 1,2 בהתחייבות המציע והתחייבות היצרן</p>	<p>נספח יב'</p>	<p>.103</p>
<p>ככל וקיימים מספר יצרנים לרכיבי המערכת המוצעת, על המציע לדאוג להחתמת כל אחד מהם על נספח יב' אחד</p>	<p>במקרה של ספק משנה המספק ריאגנטים, נבקש להבהיר אם נדרשת חתימה על נספח יב' של ספק המשנה ויצרן הריאגנטים מטעמו ואם נדרש - היכן היא נדרשת (הספק אינו המציע).</p>	<p>כולו</p>	<p>נספח יב'</p>	<p>.104</p>

<p>105. "החבר במציע" – הכוונה למורשה חתימה מטעם המציע וכן מספר הזהות של אותו מורשה חתימה</p>	<p>לא ברורה ההתייחסות ל"החבר במציע" וכן לא ברור למה הכוונה בציון "מספרו" בשורה השנייה לתצהיר. במידה והתצהיר אמור להתייחס למציע, מתבקש להבהיר ולתקן את נוסח התצהיר בהתאם.</p>	<p>כולו</p>	<p>נספח יז'</p>	<p>105.</p>
<p>הנספח יוותר ללא שינוי</p>	<p>נבקש לקבל אישור לנוסח הבא אשר הינו הנוסח המקובל בחברתנו:</p>	<p>הנכון דוחות נכסים של חברתכם ליום לבקשתם וכראי החשבון של (להלן: "המציע") הרמ"ל לציין נלקטן 1. הדוחות הנכסיים המבוקשים המאוחדים של חברתכם ליום נחתמה בתאריך 2. הדוחות הנכסיים המבוקשים הנ"ל לכל הדוחות הנכסיים הקודמים של חברתכם שעברו לאחר מכן, שנסקרו על ידם, אינם סוללים הערה בדבר ספקות ממשיות לגבי המשך קיומה של חברתכם "נעסק ח", כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 570 של לשכת ר"ח בישראל, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולתם להמשיך ולהתקיים כ"נעסק ח". (*) לענין אישור זה, "נעסק ח" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) מספר 570 בדבר הנסקר הח"י של לשכת רא"י חשבון בישראל.</p>	<p>נספח כא'</p>	<p>106.</p>
<p>הנספח יוותר ללא שינוי</p>	<p>גריסה ינה ני"ל</p>	<p>נספח כב'</p>	<p>נספח כב'</p>	<p>107.</p>
<p>אין צורך בתוספת צילורים לביצוע הפרויקט</p>	<p>נמסר ע"י רפרנט המיזוג מהנדס אריה פישמן, כי אין צורך בתוספת צילורים לביצוע הפרויקט - מבקשים את אישורכם לנדון.</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>108.</p>
<p>מאושר כי בהינתן ותידרש החלפת היט"א הממוקמת בקומה 1, היט"א החדשה תמוקם במרכז האנרגיה</p>	<p>במידה ותידרש החלפת היט"א הממוקמת בקומה 1, היט"א החדשה תמוקם במרכז האנרגיה – מבקשים את אישורכם לנדון.</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>109.</p>
<p>המפוחים וה-BIBO ימוקמו על גג בניין סוראסקי</p>	<p>מבקשים פירוט, על איזה גג ימוקמו המפוחים וה-BIBO?</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>110.</p>
<p>מקובל כי יתאפשר העברת צנרת חיצונית לבניין ובלבד ומרת"א יתרשם כי זה הפתרון המיטבי בנסיבות העניין ויינתן לכך פתרון אדריכלי ע"י מרת"א</p>	<p>ישנם פירים להעברת צנרת מים, במידה ולא יתאימו לתכנון המפורט, באחריות ביה"ח לאשר העברת צנרת חיצונית לבניין – מבקשים את אישורכם לנדון.</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>111.</p>
<p>הבקשה מקובלת</p>	<p>מערכת מים - כרגע עוברים 2 צינורות (PIPE2), באגף ה' מקומה (1-), יש לתכנן 4 צינורות חם קר, במקום ה- 2 שיפורקו - מבקשים את אישורכם לנדון.</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>112.</p>
<p>מקובל כי יתאפשר העברת צנרת חיצונית לבניין ובלבד ומרת"א יתרשם כי זה הפתרון המיטבי בנסיבות העניין ויינתן לכך פתרון אדריכלי ע"י מרת"א</p>	<p>תעלות מיזוג האוויר - במידת הצורך ביה"ח יאשר העברת תעלות חיצונית לבניין – מבקשים את אישורכם לנדון.</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>סיור קבלנים</p>	<p>113.</p>

הבקשה מקובלת	לצורך העברת כבילת חשמל, עומד לרשות הזוכה פיר ורטיקלי שעולה ישירות מ (3-) - מקום הלוח הראשי - מבקשים את אישורכם לנדון.		סיור קבלנים	.114
הבקשה אינה מקובלת	במסגרת סיור הקבלנים ראינו כי מתוכננות עבודות משמעותיות נוספות בבניין. במידה ובשל עודף העברת תשתיות חדשות ייבנו פירים חדשים וכתולדה יתארך תוואי הצנרת, נבקש כי עלות הארכת הצנרת הנגזרת מהשינויים תשולם על ידי בית החולים לקבלן המבצע כחלק מסעיף תוספות.		סיור קבלנים	.115

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים