

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

21 בספטמבר 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0375
תיק: 1-1115A, 3017

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: ט.נ. ילדים/יח' כוויות –

חוו"ד לרכישת מכשור הנשמה נייד (טרנספורט) T1 תוצרת HAMILTON.

תכתובת מיום 16.9.22

בסימוכין קיימת בקשה לרכישת מכשיר הנשמה נייד מדגם T1 תוצרת HAMILTON, הכולל מרכיבי התוכנה הנדרשים לשימוש תינוקות ופגים במשקל מתחת ל- 3 ק"ג (Neonatal ventilation).

המכשיר נדרש עבור יחידת הכוויות במחלקת טיפול נמרץ ילדים אשר בשימושה השוטף מנשמים ניידים מהדגם הנ"ל.

בעבר נערכה בחינה מקיפה לדגמי מכשור מתוצרת היצרנים הרלוונטיים בתחום, אשר כללה התרשמות מעבודתם בפועל, ביניהם:

- א. דגם T1 מתוצרת HAMILTON
- ב. דגם VIVO-60 מתוצרת BREAS MEDICAL
- ג. דגם HT70 PLUS מתוצרת NEWPORT
- ד. דגמים ELISEE 150, ELISEE 350 מתוצרת RESMED
- ה. דגם MEDUMAT TRANSPORT מתוצרת WEINMANN
- ו. דגם FLIGHT 60T מתוצרת FLIGHT MEDICAL

הובהר כי הדגם היחיד המספק מענה לכל הדרישות המקצועיות בקטגוריית מנשם נייד לשימוש טרנספורט ביחידות טיפול נמרץ הינו הדגם T1 מתוצרת HAMILTON.

שביעות הרצון של הצוות הרפואי מדגם זה הינה טובה מאוד ולפיכך מומלץ לשמור על אחידות המכשור במח' ט.נ. ילדים, הן מהיבט ההתאמה האופטימלית לצרכים הקליניים, והן מהיבט בטיחות השימוש והמשך העבודה הסדירה של המחלקה.

אי לכך ובהתאם לזאת, יש לראות ביצרן HAMILTON באמצעות נציגותו המקומית חברת "בפקס", ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת חברת "בפקס" מס' Q2203222 במלואה (כוללת האופציה לטיפול בתינוקות ופגים בפריט מס' 2).

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

הערות למימוש:

- יש לכלול בהזמנה תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.
- על תקופת האחריות לכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל חלפים ועבודה), ע"פ הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת.

בברכה,
מיטל בלסטרלי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' איתי פסח
פרופ' גדעון פרת
גבי מרינה ליפשיץ
גבי אינה יופה-ויסמן
גבי ליאת ארושס