

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

20 בספטמבר 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0373
תיק: 1006, 1130-6

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרפ"ש

הנדון: אורולוגיה – חו"ד לרכישת מכשור משלים לסט אנדוסקופי לניתוחי HoLEP.

דוא"ל מיום 14.8.22

לאחרונה נרכש עבור המחלקה לאורולוגיה סט אנדוסקופי מתוצרת STORZ לשימוש עם מערכת לייזר בפרוצדורות Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP), לטיפול בהסרת חסימות בדרכי השתן כתוצאה מהיפרפלזיה שפירה של הערמונית (BPH).

בהתאם לסימוכין, יש צורך להשלים רכישה של מספר מרכיבים עבור המערכת האנדוסקופית הני"ל.

רצ"ב הצעת מחיר מס' 70976 לרכישת הפריטים הדרושים מתוצרת STORZ, אותה יש לממש במלואה. ההצעה כוללת:

- פריט 1 – יח' קצה לגירוד/ליקוט רקמה (Curette) עבור רזקטוסקופ בכמות 1 יח'.
- פריט 2 – אופטיקה לציטוסקופ בכמות של 2 יח'.
- פריט 3 – מארז סטריליזציה בכמות של 4 יח'.

היות ולא ניתן לחבר למערכת האנדוסקופית הקיימת מתוצרת STORZ מרכיבים מתוצרת יצרן אחר, ניתן לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה.

יש לדרוש עבור כל פריטי המכשור תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.

בברכה,
מיטל ביסטרין-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' זהר דותן
ד"ר אסף שבירו