

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

19 באוקטובר 2022  
מספרנו: הני"ר/2022-0392  
תיק: 6000, 1120

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

הנדון: ביה"ח השיקומי/פסיכיאטריה – חו"ד לרכישת מוניטור מודולרי נייד תוצרת PHILIPS.

רשימת הצטיידות 2022-ביה"ח השיקומי

בהתאם לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות של 1 יח.

מדובר במוניטור הכולל מודול רב-פרמטרי לניטור הפרמטרים SpO2, HR, TEMP, NIBP, ECG lead 12 וכן סטנד נייד, אביזרי חיבור, כבלים וסנסורים הנדרשים להפעלתו מלאה.

רצ"ב הצעת חברת "מדטכניקה" מס' 222503404 לרכישת הדגם MX450 מתוצרת PHILIPS, אותה יש לממש במלואה.

לציין כי מכשור הניטור במערך הפסיכיאטרי מבוסס על תוצרת PHILIPS וכי השמירה על האחידות בכל הקשור לתפעול המכשור ע"י הצוות הרפואי, שימוש בכבלים ובסנסורים, חיבור והחלפה של המודולים השונים בין המוניטורים ויכולת שדרוג המכשור ע"י חיבור מודולים נוספים בעתיד, הינה חיונית.

אי לכך, יש לראות ביצרן PHILIPS באמצעות נציגו ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להוראות היצרן.

בברכה,  
מיטל ביסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: גב' רוחמה פרידמן  
מר רון בן-אלי