

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	רכש
תאריך:	22.11.22

_____ **V** _____ **מדינת ישראל** **קרן מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רכש כיסא בדיקה גניקולוגי midmark

האם קיים הנושא זה מרכז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ **V** _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ **X** _____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	1773 (520036195)
ספק זה הינו:	_____ V ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	938,574 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות	שנתיים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

מצ"ב מכתב נלווה שנכתב ע"י הגורם המקצועי פרופ' בועז וייס

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם החותם:	תפקיד:	חתימה:
-----------	--------	--------

[רא1] עם הערות: שלום,

המיטה שנבחרה הוגדרה מתאימה לאחר הליך של בחינת והתנסות במספר דגמים שהוגדרו מתאימים ליחידת טיפול נמרץ.

בנוסף להתנסות הצוות שאל ובחן גם את שמיעות הרצון וחוות הדעת במרכזים רפואיים אחרים.

במיטה זו יש מענה להיבטים קריטיים של יחידת טיפול נמרץ: המיטה רחבה ונוחה לטיפול ולמטופל השוהה בה קיים רכיב שקילה מובנה

קיים מדף תחתון לציווד

ניתן להושיב מטופל במיטה הושבה בטוחה ובזווית אופטימלית קיימים מעצורים בכל גלגל, ניתן לנעול את כל ארבעת הגלגלים.

לא קיים מעצור אחורי המפריע להעברת מטופל

דפנות מיטה מאפשרות גישה בטוחה ובטיחות למטופל(ניתן לסגור את כל דופן המיטה למניעת נפילות) פתיחת דפנות הורדה קלה ורכה

לאור הפירוט הר"מ מיטה זו היחידה שמתאימה ליחידת ט.נ.א

[רא2] עם הערות: