

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

19 באוגוסט 2021
מספרנו: יש/2021-0345
תיק: 7010

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: סקר יילודים - חו"ד לרכישת מכשיר לביצוע בדיקות סקר יילודים

דוא"ל דר' אלמשנו מיום 19.8.2021

במעבדה המרכזית של סקר יילודים מבוצעות בדיקות אנדוקריניות לכל היילוד בארץ על מנת לאבחן:

- תת תריסיות מולדת (באמצעות TSH, T4)
- סגסוג יתר של בלוטת יתרת הכיליה (באמצעות 17OHP)

הבדיקות מבוצעות בפועל באמצעות אנלייזר (מעבד) דגם אוטודלפיה (AutoDelfia) תוצרת פרקין-אלמר (PE) המצוי בכמות 4 יח' במעבדה, כאשר 3 יח' משנת 2006 והנוספת משנת 2018. האנלייזר מחייב לצורך פעילותו שימוש במתכלים (פלטות) ותוכנה ייעודית.

לנוכח ההתבלות של המכשור הגורם לתקלות ולשיבושים בפעילות, מבקש דר' אלמשנו לבצע הליך הדרגתי להחלפת המכשור הישן.

החשיבות לרכישת מכשיר מהדגם הקיים בפועל נובע מטעמי אחידות במתכלים וביכולת אינטגרציה עם התוכנה הייעודית.

מומלץ, איפוא, לממש הצעת המחיר הרצ"ב, כאשר ניתן לראות את היצרן PE ונציגות המקומית גאמידור ספק בלעדי מהטעמים המפורטים לעיל.

ההזמנה תכלול תקופת אחריות של 24 חודשים מיום הקליטה בפועל במעבדה כמקובל במוסד. האחריות תכלול את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם להנחיות יצרן.

סעיף תקציבי לרכישה בהתאם לסימוכין.

בברכה,
דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתקים: דר' שלמה אלמשנו
דר' יורם שדמי