

22/11/2022

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם

חב' מדטכניקה (Midmark USA) בנושא כיסא בדיקה גניקולוגי/US

במכון הדימות למיילדות וגניקולוגיה (המרכז הרפואי ע"ש שיבא) מבוצעות בדיקות אולטרה-סאונד מורכבות לכלל הנשים:

- נשים הרות - סקירות מערכות מוקדמות ומאוחרות, שלילות מומים וביצוע פרוצדורות בהריון.
- נשים לא הריוניות - בדיקות סונר גניקולוגי (שגרת ו במחלות כגון אנדומטריוזיס ומחלות שאתיות)
- פריון - מעקבי סונר לברור וטיפול באי-פריון.

כל הבדיקות הנ"ל מבוצעות בשילוב של גישה בטנית בה האישה שוכבת פרקדן וגישה לדנית בה האישה שוכבת בתנוחת ליטוטומיה. מדובר בבדיקות ארוכות אשר לעיתים אורכות עד שעה ואף מעבר לכך. יש לציין כי מנעד ה-BMI של הנשים הנבדקות הינו רחב ביותר.

לשם כך נחוץ כיסא גניקולוגי אשר משמש כמיטה שטוחה (180 מעלות) המקל על ביצוע הבדיקה הבטנית והמשלב ארגומטריה טובה למטפל (רוחב מיטה ויכולת ברירת גובה וזווית) ובמקביל- יכולת מעבר (מהיר) לתנוחת ליטוטומיה לשם בדיקות לדניות ללא צורך בכיפוף המטפל או הפעלת כוח לשינוי מצב המיטה.

כמו כן, נחוץ כיסא אשר למרות משקלו מאפשר את הזזתו הקלה בחדר לשם ניקוי ולשם סידור החדר בחלופות שונות (סיבוב הכיסא במיוחד לטובת רופאים העובדים ביד הפוכה עקב נכות וכו')

כלאחר בחינה של מס' חלופות לטובת כיסא גינקולוגי בעל המאפיינים הנ"ל מצאתי
כי הכיסא מתוצרת חב' Midmark 627 ייחודי ומתאים ביותר לצרכי המכון בשל
הסיבות הבאות:

1. בסיס הכיסא בעל 4 גלגלים הנשלפים חשמלית מתחתית הבסיס וע"י כך
מאפשרים הזזתו לצורך ניקוי הרצפה/אזור הבדיקה
2. לכיסא מנגנון בטיחות אשר אינו מאפשר שימוש בכיסא בזמן שהגלגלים
בשימוש.
3. כושר נשיאת משקל מטופל/ת 225 ק"ג לפחות.
4. הכיסא בעל 2 מנועים חשמליים עם הפעלה אלקטרונית משלט חוטי,
(מנוע אחד לכיוון גובה הכיסא, מנוע שני לכיוון זווית משענת הגב)
5. יכולת להטיית אגן 5 מעלות לפחות
6. לכיסא מוטות נשלפים מגוף הכיסא להנחת עקבי המטופלת ב 3 זוויות שונות
לפחות אשר עוזר לנוחות הנבדקת.

בשל הסיבות המצויינות אבקש לראות בחב' מדטכניקה הנציג הבלעדי של חב'
Midmark ספק יחיד לנושא



בכבוד רב

פרופ' בועז ווייס

