

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

15 בדצמבר 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0459
תיק: 1-1237, 7013

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון פתולוגי – חו"ד לרכישת מכשיר לכיסוי סליידים.

א. ת. השבתה
ב. מכתב נימוק רכש מספק יחיד

המכשיר שבנדון מדגם COVERSLEPPER תוצרת DAKO (מס"ד 5077), נמצא תקול והוברר כי אין כדאיות כלכלית לתקנו. לפיכך הושבת (סימוכין א').

כנגדו נדרשת רכישה של מכשיר חדש לכיסוי סליידים.

נבחנו ע"י המעבדה דגמי מכשור מתוצרת שלושת היצרנים הרלוונטיים בתחום:

- חברת DAKO
- חברת LEICA
- חברת SAKURA

בהתאם למסקנות הבדיקה המובאות בסימוכין ב', הובהר מעל לכל ספק כי הדגם היחיד המתאים לפעילות המכון הפתולוגי הינו Tissue-Tek Film מתוצרת SAKURA. להדגיש כי דגם זה המבוסס טכנולוגיית פילם, הינו היחיד המאפשר סריקה יעילה ותקינה של הסליידים המכוסים במכשור הסריקה הדיגיטלי תוצרת PHILIPS המצוי בשימוש המכון.

לאור הני"ל, יש לראות ביצרן SAKURA ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם להצעת חברת "דובר מכשור רפואי" מס' 22A02136 הרצ"ב.

הערות:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה במעבדה ותחילת השימוש בפועל.
- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים, כולל כיוולים, ע"פ הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת. טיפול תקופתי אחרון יינתן ע"י נציג היצרן בסמוך לתום שנת האחריות השנייה.
- על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Manual Service) אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.
- על המציע להתחייב למתן הדרכה לצוות הטכני של ביה"ח ברמת טכנאי יצרן. **בתום ההדרכה הטכנית תסופק תעודת הסמכה רשמית.**

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' איריס ברשק
דר' כנרת רוזנבלט
דר' קמילה אביבי