

31/ס

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

דרישה מס 20206269

תל- השומר

אירית אברמוביץ-רוח
מנהל ספקים
פירוק רפואי שיבא

70013209

פניה לוועדת המכרזים בענין פטור ממכרז

1. לצורך רכישת בופר להמסת כדוריות דם אדומות , פנינו לחברת: אילקס ביוטק (31961) וקבלנו הצעתה בסך

149,000 ₪ כולל מעמ (127,350 ₪ ללא מע"מ).

2. הבקשה לשנתיים

29/11
מאיון כולל
ד"ר ח. שיבא
ד"ר ח. שיבא
ד"ר ח. שיבא

4. אנו מבקשים אישור לפטור ממכרז, בהתאם לנימוק ספק יחיד של הגורם המקצועי החתום ע"י

רם דולמן מנהל אגף המעבדות

חתימה

מדור ראגנטים

מירב פרץ

21/11/22

תפקיד

שם החותם על חו"ד

תאריך

פרטי- כל מס' 12299733

בתאריך: 21.12.22 דנה ועדת המכרזים בפניה והחליטה כדלקמן:-

וועדת המכרזים אישרה פטור

ממכרז ספק יחיד ע"פ תקנה 3 (13) א'

וזאת בהמשך לחו"ד הגורם המקצועי.

אושר טלפונית על ידי

חבר הוועדה

אירית אברמוביץ-רוח
מנהל ספקים
פירוק רפואי שיבא

פרופ' ברקנשטט חיים

לימור מרינה
מנהל ספקים
פירוק רפואי שיבא

גב' מרינה ליפשיץ

8.12.22

עו"ד עודד גורני

ד"ר לוי
מנהל ספקים
פירוק רפואי שיבא

מר דרי לוי



אגף מעבדות
סימול "ספד יחיד"

☐ ספק יחיד ואין בלתו.

☐ ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).

☐ רכישה במסגרת עסקת ראגנטיים עפ"י מכרז פומבי/סגור מ"צ _____

אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בבי"ח לסריט זה ומדוע חשובה האחידות).

☐ אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).

☐ אחר (פרט)

פִּירוּט הַנִּימוּקִים הַמַּקְצוּעִים:

פירוט הנימוקים המקצועיים:
מדובר בבופר להמסת כדוריות אדומות מדגימות דם ומח עצם שמתקבלות במעבדה לבדיקות FISH. קיימת חלופה של חברת בקטלאב אולם בבדיקה נמצא שהבופר של חברת איילקס מתאים ביותר לשימוש של יחידת FISH עבור כל הבדיקות המוצעות. רק עם בופר הנ"ל איכות התאים הנדרשים לבדיקה לא נפגעת הן מבחינת חיות והן מבחינת איכות הדנ"א

ד"ר דן דומניסני
מנהל המעבדה לחיסון
סוגי חיסון המורידים
המרכיב פוליסת חיסון
חתימת מנהל המעבדה

61281	המטולוגיה	13/11/2022
קוד מעבדה	שם המעבדה	תאריך

* לתשומת לב המשפחה: נא לציין בהצעת המזכיר המצ"ב את מק"ש תה"ש של כל אחד מהפריטים.

... להזמנת בימיקלים בלבד ...

אִישׁוּר הַנְהִלָּת אֲנִי מַעֲבֹדִים

☒ מאשר ☐ לא מאשר

תאריך: 27/4/22 פרטי המאשר:

F-LABS0005111-2-02