

הודעה במכרז 27-2022 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מכשיר PCR דו ראשי ליחידות  
משרד החקלאות

מיום 02/01/2023

עורך המכרז מבקש לעדכן מספר תנאים וסעיפים במסמכי המכרז:

1. תנאי הסף 4.3.1 ישונה באופן על פיו אין צורך להוכיח כי המכשיר מתוקן במעבדה שלה תקן ISO17025, אלא המכשיר מתוקן במעבדה שלה תקן ISO9001 ואו תקן ISO15189.
2. בעמ' עמוד 6 תחת סעיף 1.3 מהות הצורך- במקום:

"מעבדות המשרד מתוקף תפקידן ופעולתן השוטפת נדרשות להצטייד במכשיר לבצוע אבחון מולקולארי המבוסס על הגברת ומצות אמינו שונות על פי מפרט פרוטוקול האבחון."

יופיע:

- "מעבדות המשרד מתוקף תפקידן ופעולתן השוטפת נדרשות להצטייד במכשיר לבצוע אבחון מולקולארי המבוסס על הגברת חומצות גרעין שונות על פי מפרט פרוטוקול האבחון"
3. בעמוד 8 בדרישה ז- יש לשנות כך: "מהירות חימום וקירור של לא פחות מ 4 מעלות לשנייה" (במקום לא פחות מ-5.5. מעלות לשנייה).

כמו כן מודיע עורך המכרז על עדכון תאריכים כדלקמן:

מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים	9.1.2023 עד השעה 12:00
מועד מענה המשרד לשאלות ספקים	16.1.2023
מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבה דיגיטלית בלבד	31.1.2023 עד השעה 12:00

לתשומת לב המציעים כי ההגשה הנה באופן דיגיטלי לתיבת מכרזים מקוונת (הנחיות בחוברת המכרז)