

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

22 בדצמבר 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0472
תיק: 1001

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח כללי – חו"ד לרכישת ראש מצלמה (CAMERA HEAD) תוצרת STORZ.

ת. השבתה

המכשיר שבנדון דגם IMAGE 1 A3 (מס"ד QY775119-H) מתוצרת חברת STORZ נמצא תקול והובהר כי אין יכולת לתקנו היות ואינו נתמך עוד טכנית ע"י היצרן. לפיכך הושבת.

רצ"ב הצעת חברת "ברסלויער" מס' 124889 לרכישת הדגם IMAGE 1 S H3-Z בעסקת טרייד-אין, אשר הינו הדגם עדכני המחליף של היצרן STORZ.

הפריט הנ"ל הינו מרכיב במגדל אנדוסקופי מתוצרת STORZ ולכן יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק יחיד לרכישה זו. למען הסר ספק, לא ניתן לחבר למגדל הקיים מרכיבים שאינם מתוצרת אותו היצרן.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,
מיטל ביסטרין-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' דינה אורקין
גב' לירון דניאלי