

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

21 בדצמבר 2022
מספרנו: הני"ר/2022-0471
תיק: 1,1125-1, 5012-1

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: שבץ מוחי – חו"ד לרכישת מכשיר אולטרסאונד אקו תלת-ממדי.

א. דוא"ל מיום 26.10.22

ב. דוא"ל דר' דוד אוריון מיום 6.11.22

בהתאם לסימוכין א', נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח' עבור יחידת שבץ מוחי.

מדובר בדגם פרימיום EPIQ ELIT ADVANCED אשר הינו הגרסה החדשה והעדכנית בסדרת EPIQ של היצרן PHILIPS. בשימוש שבץ מוחי הדגם EPIQ 7 בכמות של 2 יח'.

הטכנולוגיה הנדרשת מחייבת לאפשר סקירה ובדיקה מפורטת ומתקדמת של זרימת דם מוחית, בדגש על זרימה טרנסקרניאלית, הקרוטיד ועורקי הצוואר, לצורך קבלת החלטות על אופן וגישת הטיפול הפולשני הנדרש בהיבט נירורכיורגי.

בהתאם לסימוכין ב', הובהרו יתרונותיו וייחודיות הדגם EPIQ ELIT ADVANCED, ביניהם:

- הדמיות דופלר טרנסקרניאלי (TCD) ואקו באיכות תלת-ממדית אופטימלית בטכנולוגיית X-MATRIX ו-X-PLAN, תוך שימוש במתמר מסוג 3D אלקטרוני ייחודי (דגם X5-1).

- הדמיה תלת-ממדית באיכות מיטבית לאבחון הקרוטיד ועורקי הצוואר באמצעות מתמר 3D אלקטרוני ייחודי מסוג ליניארי (דגם XL14-3).

כמו כן, הדגם כולל שני מתמרים דו-ממדים – מתמר ליניארי נוסף לבדיקות כלי דם מדגם L12-3 ERGO ומתמר בטני מעוגל (Convex) מדגם C5-1.

לציון כי הדגם EPIQ ELIT ADVANCED תומך בכל המתמרים הקיימים בדגם EPIQ 7 המשמשים בשבץ מוחי.

לנוכח הנימוקים המקצועיים המתוארים לעיל ולמען שמירה על אחידות המערכות, כולל תאימות לרכיבים קיימים ויכולת העברתם בין המכשירים לצורכי גיבוי והדרישות הקליניות, יש לראות ביצרן PHILIPS ספק בלעדי לרכישה זו.

יש לממש הרכישה באמצעות הצעת חברת "מדטכניקה" מס' 222502151 על כל סעיפיה. ההצעה כוללת ארבעת דגמי המתמרים המצוינים לעיל (פריטים 6-9).

הערות למימוש:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.

- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיוולים והחלפת חלפים), בהתאם להנחיות היצרן ובתנודות הנדרשת. טיפול תקופתי אחרון יינתן ע"י נציג ביצרן בסמוך לתום שנת האחריות השנייה.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

- על נציג היצרן להתחייב להציע, להתקין ולהפעיל את כל העדכונים ו/או השדרוגים של היצרן לגרסת התוכנה במהלך שתי שנות השימוש הראשונות בגרסה המוצעת.
- על היצרן להתחייב למתן הדרכה לצוות הטכני של ביה"ח ברמת טכנאי יצרן. בתום ההדרכה הטכנית תסופק ע"י נציג היצרן תעודת הסמכה רשמית.
- על ההזמנה לכלול ספרות הדרכה ושירות (Manual service) כמקבל במדיה דיגיטלית.

בברכה,
מיטל בלסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעת מחיר

העתקים : דר' דוד אוריון
גבי ליליה ברין