



16.01.23

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מוגבל מס' 223761 לאספקת מערכות ניווט לניתוחי א.ג.א

<u>מס"ד</u>	<u>הנספח</u>	<u>מספר הסעיף</u>	<u>שאלה</u>	<u>תשובת מרת"א</u>
1.	א'	4	האם האחריות של 36 חודשים על המערכת כוללת גם את כלי הניווט?	מערכת ניווט לניתוחי א.ג.א כוללת אחריות מלאה וכוללת למכשור על כל רכיביו ועבודות הקשורות בהפעלתו, לתקופה של 36 חודשים מיום קבלת המכשור והתקנתו לשביעות רצון מרת"א
2.	ב' (חלק 2 - תנאים מיוחדים)	6	היות והמכרז אינו מפרט את לוח"ז לאספקה נבקש שהגורם המקצועי יתאם זאת מראש עם החברה הזוכה בטרם תצא ההזמנה.	ראה סעיף 10.5 בנספח ה'
3.	ב' (חלק 2 - תנאים מיוחדים)	8	במידה ויצרן המערכת לא יוכל לספק את הציווד בשעת חירום נבקש לאשר אספקה של מערכת חילופית באופן זמני עד לחידוש האספקה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
4.	ב' (חלק 2 - תנאים מיוחדים)	12	נבקש שקיזוז דמי פיגורים ייעשה לאחר עדכון הלקוח מראש בכתב. אספקה של מערכת חילופית לא תיחשב כפיגור באספקה.	הסעיף יוותר על כנו. יחד עם זאת, מרת"א הינו יחידת סמך במשרד ממשלתי ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים ויקיים את מכרזיו והתקשרויותיו באופן המקובל ובתום לב והגינות.
5.	נספח ד'	1.6	אספקה של ספר שירות (Service Manual) תיעשה אך ורק אם הדבר מאושר ע"י יצרן המערכת.	הסעיף יוותר ללא שינוי
6.	נספח ד'	1.9	במידה ולא ניתן יהיה לספק את המערכות נבקש שהמכרז הרפואי ת"א יוציא מכרז חדש ולא ישית את פערי העלויות על הספק שלא יכול היה לספק את המערכת.	הסעיף יוותר ללא שינוי
7.	נספח ה' – הסכם ומוספיו	9.8	נבקש להחריג שעבור מחשב המערכת לא יינתנו 7 שנות התחייבות לאספקת חלקי חילוף לאחר תום ייצור המערכת לאור השינויים התכופים בטכנולוגיית	הסעיף יוותר ללא שינוי

	המעבדים בכלל והמחשבים בפרט. היצרן יוכל לאחר מסי שנים לשלוח הודעה מראש על מועד End Of Live			
הסעיף יוותר ללא שינוי	היות ומערכת ניווט אינה נחשבת לציוד מציל חיים נבקש לשנות את זמני השירות לקבלת קריאות לימי עבודה (ימים א-ה, לא כולל ערבי חג) בין השעות 17:00-8:00	17.1	נספח ה' – הסכם ומוספיו	8.
הסעיף יוותר ללא שינוי	במידה והספק ידאג להעמיד לרשות המרכז הרפואי ת"א מערכת גיבוי אזי זמן הטיפול בתקלה ייעצר עם הגעת המערכת החלופית.	17.2	נספח ה' – הסכם ומוספיו	9.
הסעיף יוותר ללא שינוי	במידה ותועמד לרשות המרכז הרפואי ת"א מערכת גיבוי בפרק זמן של עד 48 שעות אזי מועד תיקון התקלה יוכל להתארך כל עוד המערכת בשטח בית החולים.	18.3	נספח ה' – הסכם ומוספיו	10.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש לבטל את הסעיף הנ"ל הנוגע להחזרת המערכת תוך 12 חודשים במצב מערכת As is כנגד קבלת החזר מהספק בגובה מלוא התמורה שולמה בניכוי 15% אם הספק העמיד לרשות מרת"א מכשיר גיבוי חלופי בתקופת הגישור עד לפרסום המכרז.	20.2	נספח ה' – הסכם ומוספיו	11.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש לבטל את ערבות הביצוע בגובה 2.5% במידה ולמכרז תוגש רק הצעה אחת או שההצעות הנוספות אינן עומדות בתנאי הסף.	21.2	נספח ה' – הסכם ומוספיו	12.
הסעיף יוותר ללא שינוי	נבקש להבהיר שהעסקת קבלני משנה עבור אספקת המערכת אינה מתייחסת למתן שירותים טכניים הנוגעים להתקנה ושירות.	22.1	נספח ה' – הסכם ומוספיו	13.
הסעיף יוותר ללא שינוי	אחריות לנזקים לא תחול על הספק במידה ומרת"א לא השתמשו במערכת על פי הוראות היצרן הכוללת בין היתר: שמירה על תקינות המערכת וכלי הניווט, עבודה עם פרוטוקול סריקת CT / MRI עפ"י המלצות היצרן, שימוש במתכלים עפ"י הוראות היצרן ועוד.	24.1-24.5	נספח ה' – הסכם ומוספיו	14.
הסעיף יוותר ללא שינוי	במידה והספק יעסיק עובד מרת"א לשעבר (לאחר תקופת צינון כלשהי) כנותן תמיכה למרת"א בעניין המערכות אזי לא יחולו על זה יחס עובד ומעביד.	26.5-26.6	נספח ה' – הסכם ומוספיו	15.

16.	נספח ה' – הסכם ומוספיו	27.12	נבקש להבהיר שהדרישה להחזר כספי עודף תוך 2 ימי עסקים תהיה בכתב ומנומקת היטב.	הסעיף יוותר ללא שינוי
17.	נספח ה' – הסכם ומוספיו	31.1	נבקש להבהיר שבמידה והספק יעמיד לרשות מרת"א מערכת גיבוי חלופית עד אספקת המערכת / תיקון התקלה לא יחולו עליו כל הקנסות המפורטות בסעיף זה.	הסעיף יוותר ללא שינוי
18.	נספח ה' – הסכם ומוספיו	37	נבקש להבהיר שלגבי עיכבון וקיצוז סכומים או תשלומים הדבר ייעשה בשקיפות ועל פי עיקרון ההדדיות.	הסעיף יוותר על כנו. יחד עם זאת, מרת"א הינו יחידת סמך במשרד ממשלתי ועל כן כפוף לעקרונות המשפט המנהלי ודיני מכרזים ויקיים את מכרזיו והתקשרויותיו באופן המקובל ובתום לב והגינות.
19.	נספח ה' – הסכם ומוספיו	42	קבלת תיקונים והבהרות למכרז ייחשבו כשינוי בהסכם וויתור על הזכויות.	הסעיף יוותר ללא שינוי

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים