



19.01.23

לכבוד :

כלל המציעים :

**מכרז פומבי מוגבל מס' 223789 לאספקת מכשיר**  
**דיאטרמיה לחדרי ניתוח**

<u>מס'ד</u>	<u>הנספח</u>	<u>מספר</u> <u>הסעיף</u>	<u>שאלה</u>	<u>תשובת מרת"א</u>
1.	ג מפרט טכני	ה	האם ניתן להציע מכשירים עם שתי יציאות MONOPOLAR אך פנל שליטה אחד?	כן
2.	ג מפרט טכני	י	מה הכוונה בחיבור למערכות ארגון?	מדובר במערכת ארגון שמתחברת לדיאטרמיה של אותו יצרן
3.	ג מפרט טכני	יא	מה הכוונה באפשרות לעבודה עם מערכות אולטראסוניות?	יציאה מונופולרית של הדיאטרמיה המעבירה אנרגיה לחיבור ספציפי של המערכות האולטראסוניות

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים