

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

9 בפברואר 2022
מספרנו: הני"ר/2023-0038
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאו-דאודנסקופ תוצרת OLYMPUS.

דוא"ל מיום 31.10.22

אשרה רכישת המכשיר הנדון בכמות של 2 יח' עבור מכון גסטרו.

המכשור הדרוש הינו מדגם Q190V מתוצרת OLYMPUS המשוק בארץ ע"י חברת "מדטכניקה".

המכשיר הנ"ל מחייב התאמה למכשור המצוי בשימוש מכון גסטרו בכל חדרי הבדיקה. מאחר וכל המכשור האנדוסקופי במכון גסטרו מבוסס על פרוססורים, מקורות אור ווידאו-אנדוסקופים מתוצרת OLYMPUS, מחויב לרכוש את הנדרש גם עתה מתוצרת אולימפוס.

להדגיש כי לפרוססורים הקיימים במכון גסטרו לא ניתן לחבר וידאו-דאודנסקופ מתוצרת יצרן שאינו אולימפוס.

לאור הנ"ל יש לראות ביצרן אולימפוס באמצעות נציגו ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

רצ"ב הצעת מחיר מס' 222504263 אותה יש לממש בכמות 2 יח'.


על ההזמנה לכלול תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.

בברכה,
מיטל ביסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: דר' עידן לוי

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387