

משרד הקריאות
מצבדה מחולית לקריאות הציבור
שטחים חיצוניים

מס'	תיאור	שטח נטו [מ"ר]	כמות יחידות	סה"כ שטח נטו [מ"ר]	הערות
1	חדר חיצוני לגנרטור	12.0	1	12.0	
2	חדר קומפרסור + מיכל מים למערכת אוסמוזה	10.0	1	10.0	צמוד לבניין ובעיקר לחדר שטיפת כלים וחדר אוטוקלבים
3	עמדות בלוני גז מסביב למעבדה	5.0	5	25.0	העמדות כוללות - בלוני גז בישול, 2 אצטילן, 2 הליום, 4 פד"ח, CO ₂
4	פח פסולת ביולוגית	5.0	1	5.0	
סה"כ ביניים		52.0	8		
מקדם נטו / ברוטו =		1.4			
סה"כ שטחים ברוטו [מ"ר]		72.8			