

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

26 בדצמבר 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0477
תיק: 2-1125, 7006

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מכון הלב – חו"ד לרכישת מכשיר אולטרסאונד אקו תוצרת GE.
תכתובת מיום 22.11.22

בסימוכין נדרשת רכישת המכשיר הנדון בכמות של 1 יח'.

בהתאם למובהר ע"י פרופ' עמית שגב, הדגם הדרוש למכון הינו VIVID S70N מתוצרת GE המספק יכולות התממשקות ועבודה עם המערכות הבאות של חברת JOHNSON & JOHNSON המצויות בשימוש המערך:

- מערכת הדמיית Intracardiac echocardiography (ICE) באמצעות שימוש בקטטרים ייעודיים.
- מערכת למיפוי לב CARTO SOUND המשמשת לפעולות Electrophysiology (EP) mapping.

רצ"ב הצעת חברת "אלדן" מס' 225R01194 לדגם המבוקש מתוצרת GE הכוללת הממשקים הדרושים למערכות הני"ל בפריטים 3, 5 ו-6. כמו כן כלולים שני סוגי מתמרים, מתמר ליניארי מדגם 9L-D ומתמר קרדיאלי מדגם M5Sc-D XDclear בפריטים 2 ו-4 בהתאמה בהצעה.

הוברר כי הדגם VIVID S70N הינו היחיד המאפשר יכולות ההתממשקות הדרושות למערכות ICE ו-EP המצויות בשימוש ביה"ח ולכן מטעמי קורלציה עם מערכות קיימות, ניתן לראות ביצרן GE באמצעות נציגו, ספק בלעדי לרכישה זו. יש לממש הרכישה באמצעות הצעת חברת "אלדן" על כל סעיפיה.

מקור תקציבי לרכישה – סעיף 40704 בהתאם לסימוכין הרצ"ב.

הערות למימוש:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.
- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיולים והחלפת חלפים), בהתאם להנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת. **טיפול תקופתי אחרון יינתן ע"י נציג ביצרן בסמוך לתום שנת האחריות השנייה.**
- על נציג היצרן להתחייב להציע, להתקין ולהפעיל את כל העדכוניים ו/או השדרוגים של היצרן לגרסת התוכנה במהלך שתי שנות השימוש הראשונות בגרסה המוצעת.
- על היצרן להתחייב למתן הדרכה לצוות הטכני של ביה"ח ברמת טכנאי יצרן. בתום ההדרכה הטכנית תסופק ע"י נציג היצרן תעודת הסמכה רשמית.
- על ההזמנה לכלול ספרות הדרכה ושירות (Manual service) כמקובל במדיה דיגיטלית.

בברכה
מיטל בלסטרין-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: פרופ' עמית שגב
פרופ' ישראל ברבש
פרופ' רועי בינרט