

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

תאריך: 8 במרץ 2023  
מספרנו: הני"ר/2023-0067

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

הנדון: ח.נ.א.ג. + כירורגית חזה וכלי-דם –

חו"ד לרכישת מכשיר דופלר ניתוחי נייד (Doppler blood flow monitoring system).

דוא"ל מיום 26.2.23

1. בסימוכין נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות של 2 יח' – האחד עבור ח.נ.א.ג. ושני עבור מח' כלי דם.
2. המכשיר יכלול התכונות הבאות:
  - א. זיהוי וניטור רציף פולשני של זרימה בכלי דם באמצעות פרוב אולטרסוני, תוך מתן התוויות קוליות. הפרוב מיוחדר לסביבת כלי הדם ומחובר אליו באמצעות שרולית, באופן המאפשר ניטור ישיר ומתמשך של זרימת הדם.
  - ב. אפשרות הפעלה באמצעות סוללה נטענת או חיבור לרשת החשמל.
  - ג. אפשרות לכיוונון עוצמת הקול.
3. רצי"ב הצעת חברת "גטר-גרופ" מס' 005008126 לרכישת הדגם DP-M350 מתוצרת COOK MEDICAL, אותה יש לממש במלואה בכמות 2 יח'. דגם זה הינו הקיים בשימוש בפועל בח.נ. לשביעות רצונו המלא של הצוות הרפואי. לא ידוע על ספק חלופי למכשור הדרוש.
4. לאור הני"ל ולמען שמירה על אחידות הציוד בח.נ. כולל אופן תפעולו והשימוש באביזרים ופריטים מתכלים, יש לראות ביצרן COOK MEDICAL באמצעות נציגו, ספק בלעדי לרכישה זו.
5. מקור תקציבי למימוש – סעיף 18410106 בהתאם לסימוכין.
6. הערות:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים ע"פ הוראות היצרן ובתדירות הנדרשת.
- על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Manual service) אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: גב' לירון דניאלי