

14.02.2023

לכבוד ועדת מכרזים

**הנדון: רכש משאבות מזרק PCA**  
**של חברת FRESINIUS**

- 1) בבית חולים נמצאות בשימוש משאבות PCA המשמשות למתן תרופות נרקוטיות לשיכוך כאבים.
- 2) המשאבות ישנות ומוגדרות EOS (end of support) על ידי היצרן ונדרש להחליפן.
- 3) לאחר בדיקת חלופות נמצא כי רק למשאבות מתוצרת FRESINIUS מנגנון אפקטיבי לנעילת משאבה לעמוד ומזרק עם התרופה.
- 4) לאור האמור לעיל, המשאבות היחידות העונות לדרישות בטיחות בביה"ח הינם מתוצרת FRESINIUS.
- 5) לפיכך חב' מדטכניקה המייצגת בארץ את תוצרת FRESINIUS בתחום זה, הינה הספק היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות.

בברכה,

ודים מלכביץ'  
סגן מנהל המחלקה להנדסה ביו רפואית