

נימוק "ספק יחיד"

שם הפריט/ים: לפי הצעת מחיר מס': 23000097 חברה: B.G BIOGATE TECHNOLOGIES Ltd
19.02.2023 (מספר ספק שיבא) תאריך:

סכום כולל מע"מ: 92,921.62 ש"ח לפני מע"מ סעיף תקציבי: 28624

אנו מבקשים להכיר בסוכן הנ"ל ספק יחיד לצורך רכישת הפריטים לעיל מהנימוקים הבאים:
 ספק יחיד ואין בלתו.

ספק יחיד העונה על כל הצרכים (פרט שמות הספקים הפוטנציאליים, ונמק על אלו צרכים ספציפיים

עונה הפריט שאיך לו מענה אצל הספקים האחרים).

ספק יחיד, לחומרים/ציוד מתכלה היחידים המתאימים למכשיר זה (פרט שם המכשיר והיצרן).

רכישה במסגרת עסקת ראגנטים עפ"י מכרז פומבי/סגור מ"צ _____

אחידות מערכת (פרט הצרכנים הנוספים בבי"ח לפריט זה ומדוע חשובה האחידות).

אחידות שיטת הבדיקה (פרט באיזה בדיקה מדובר ומדוע חשובה האחידות).

אחר (פרט).

פירוט הנימוקים המקצועיים:

מכשיר ייחודי ועונה על כל הצרכים לדיגום מיקרוביאלי של אוויר בתוך חדרים נקיים. למכשיר מספר יתרונות אך הייחודיות העיקרית של המכשיר - יכולת הברגה של הראש בסיבוב ולא בקליפסים. נבדקו מספר מכשירים מתחרים כגון, Air Sampler Super של חברת Magnus Solutions - ולא נמצאו מתאימים מאחר ובמכשירים מתחרים נעילת הצלחת בפנים עם קליפסים אשר נוטים להתפרק והצלחת לא יושבת מספיק טוב בפנים. מעל 100 ליטר בדקה יכול לפגוע בגדילת המושבות ולייבש את הצלחת.

יתרונות נוספים של המכשיר:

יכולת שאיבה של 100 ליטר בדקה

יכולת זיכרון של מינימום 300 דיגומים

בטרייה מספיקה לנפח שאיבה של מינימום 70,000 ליטר

יכולת הברגה של הראש בסיבוב ולא בקליפסים

יכולת הברגה של ראשים חד פעמיים

ניהול המידע המאוכסן לפי 21CFR part11

תואם ל- USP חלק 1116 ו- ISO14698-1

אנו מבקשים לרכוש 6 מכשירים בהתאם להצעת המחיר המצורפת בזה.

Jonathan Esensten MD, PhD
Director
Advanced Biotherapy Center
Sheba Medical Center

71850

מכון ABC

19.02.2023

חתימת מנהל המעבדה

קוד מעבדה

שם המעבדה

תאריך

* לתשומת לב המעבדה: נא לציין בהצעת המחיר המצ"ב את מק"ט תה"ש של כל אחד מהפריטים

כותרת:	
נוהל מספר:	גירסה מספר:
עמוד 2 מתוך 2	מחליף גירסה:
סוג הנוהל:	התחום:
בתוקף מיום:	

– להזמנת כימיקלים בלבד –

אישור הנהלת אגף מעבדות

לא מאשר

מאשר

נימוקים:

תאריך: _____ פרטי המאשר: _____ חתימה: _____

אישור גזברות הקרן

מאשר ביצוע ההזמנה: תאריך: _____ פרטי המאשר: _____ חתימה: _____

F-LABS0005111-3-02