

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	ציוד
תאריך:	23.02.23

קרן מחקרים

מדינת ישראל \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: תוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רכש 6 מכשירים לדיגום מיקרובילאי של אוויר עבור חדרים נקיים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שירותים \_\_\_\_\_

X טובין \_\_\_\_\_

שם הספק:	135397
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	בי ג'י ביוגייט טכנולוגיות בע"מ
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	120,000
תקופת ההתקשרות	12 חודשים

2/..

- 2 -

### נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

#### נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

נבדקו מספר מכשירים מתחרים כגון, Air Sampler Super של חברת Magnus Solutions ולא - נמצאו מתאימים מאחר ובמכשירים מתחרים נעילת הצלחת בפנים עם קליפסים אשר נוטים להתפרק והצלחת לא יושבת מספיק טוב בפנים. מעל 100 ליטר בדקה יכול לפגוע בגדילת המושבות ולייבש את הצלחת.

