

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם - התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

אל: ועדת המכרזים

משרד הבריאות	משרד:
מרכז רפואי ברזילי	יחידה מזמינה:
02/04/2023	תאריך:

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.

<p><b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b></p> <p>עם גילוי מספר מקרים מצערים של חוסר התאמה בין הורים ביולוגים לילדים שנולדו לאחר טיפולי IVF, המרכז הרפואי מבקש להתקשר עם חברת זוטל כספק יחיד, לצורך רכישת מערכת זיהוי אלקטרונית בשאיפה לצמצם את הסיכוי לטעות אנוש לאפס.</p>
---

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	זוטל בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	510668510
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	500,000 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. **נימוקים והערות נוספות**

חברת <b>ZOTAL</b> הינה המפיצה הבלעדית של מערכת <b>Ri-witness</b>
מערכת <b>ri-witness</b> הינה מערכת מתקדמת ובעלת מספר אלמנטים המייחדים אותה ביחס למערכות זיהוי אחרות הקיימות בשוק:
- משתמשת בטכנולוגית של תיוג אלקטרוני באמצעות גלי רדיו <b>RFID</b> אשר הוכחה כלא מזיקה לביציות.
- מעל 99% במניעת טעויות במעבדה
- אין צורך בהדבקות מדבקות על הצלחת, אין מקום לטעויות אנוש הנגרמות מחוסר הדבקות מדבקה
- בעלת תעודות בטיחות ונחשבת <b>Medical device</b>
ישנה מערכת אחת נוספת המבוססת על טכנולוגית <b>RFID, eWitness</b> שמשווקת ע"י חברת <b>OBG SOFT</b> , מערכת זו לא נחשבת ל <b>medical device</b> ולכן לא ניתן להשתמש בה במסגרת טיפול בחומר ביולוגי.
לנוכח האמור ומבדיקה מקצועית שנעשתה ברשת החופשית ומתוך התייעצות עם גורמי המקצוע, עולה כי מערכת <b>Ri-witness</b> הינה מערכת ייחודית בין מערכות לזיהוי אלקטרוני קיימות, על כן אבקש להכריז על חברת <b>ZOTAL</b> כספק יחיד

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר יוליה מיכילוב	מנהלת מעבדה <b>IVF</b>	
<b>שם בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>חתימה</b>