


התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

אל: ועדת המכרזים

משרד הבריאות	משרד:
מרכז רפואי הלל יפה	יחידה מזמינה:
02/11/2022	תאריך:

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
התקשרות עבור התקנת רגשי טמפרטורה למקררים, מקפיאים, חדרי תרופות, חדרי קירור על-מנת לשמור על תכולת המקררים והמוצרים בהתאם לנוהל 126.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	ווירלס סולושנס
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	ח.פ. 513419762
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	310 אש"ח
תקופת ההתקשרות:	12 חודשים

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- נימוקים והערות נוספות

<ol style="list-style-type: none"> במרכז הרפואי הלל יפה קיימת מערכת של רגשי טמפרטורה שלא מתפקדת, בוצע סקר שוק מקיף לבחירת מערכת המתאימה למאפייני וצרכי המרכז הרפואי. לחברת Stanley Healthcare & 2plus Wireless Service קיימת מערכת לניטור טמפרטורה ולחות הכוללת בתוכה את כלל הפרמטרים העונים על הצרכים של המרכז הרפואי הלל יפה. כדוגמת: <ul style="list-style-type: none"> • רגשים אלחוטיים המשדרים לרשת ה-Wi-Fi • רגשים המשדרים ל- Beacon לרשת ולא להתחבר כ-client • רגשים העונים על צורך של טווח טמפרטורות שבין 80°C ועד 200°C- • רמת הדיוק הנדרשת הינה 0.5°C±. • ניסיון התקנה ותמיכה של לפחות 5 שנים עם המערכת הרלוונטית. • ניסיון התקנה ותמיכה של לפחות 1000 רגשים של המערכת הרלוונטית. • זמינות בהקמת המערכת כולל השמשה של כמה עשרות רגשים דחופים בפרק זמן של שבוע מקבלת הציוד – טווח זמן מידי. • מחולל דוחות משוכלל. • תמיכה ושירות 24/7 מרחוק ובמרכז הרפואי במידת הצורך. לאור האמור לעיל הפרמטרים יוצרים בידול למול הספקים האחרים ולכן ניתן להגדיר את סטנלי כספק יחיד.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה