

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

9 במאי 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0125
תיק: 6-1130, 3017

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: ט.ג ילדים – חו"ד לרכישת ברונכוסקופ פדיאטרי דגם FB-8V תוצרת PENTAX.

טופס השבתה

מכשיר ברונכוסקופ דגם FB-8V (מס"ד G110296) מתוצרת PENTAX, נשלח לתיקון והובהר ע"י נציגת היצרן, חברת "גטר-גרופ" כי עלות השמשת המכשיר גבוהה ולפיכך אין כדאיות כלכלית לביצוע התיקון.

רצ"ב הצעת החברה לרכישה של מכשיר חדש זהה בעסקת טרייד-אין, אותה יש לממש.

המכשיר מהסוג הנ"ל במחלקה מבוסס על תוצרת PENTAX ומתחבר למגדל מתוצרת יצרן זה. מאחר ולא ניתן לחבר למערכות הקיימות מרכיבים מתוצרת יצרן אחר זולת PENTAX, יש לראות ביצרן זה באמצעות נציגו, ספק יחיד לרכישה.

ניתנה תקופת אחריות של 12 חודשים.

בבד"ה,
מיטל ביסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: טופס השבתה + הצעת מחיר