

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

6 באוגוסט 2023  
מספרנו: הני"ר/2023-0247  
תיק: 7013, 1222

לכבוד  
גבי גילי נעים  
מח' הרכש

**הנדון: מכון פתולוגי – חו"ד לרכישת מכשיר PCR**

המכשיר הנדון מדגם S1000 מתוצרת חברת BIO-RAD (מס"ד CS013058) נמצא תקול והוברר כי אין כדאיות כלכלית לתקנו. לפיכך הושבת.

נדרשת רכישת חלופה.

רצי"ב הצעת חברת BIO-RAD לרכישת דגם C1000 המחליף את הדגם המושבת, אותה יש לממש (פריט 1 בהצעה בלבד).

בשימוש מעבדה פתולוגית מכשיר זהה מדגם C1000 ועל מנת לשמור על אחידות מכשור ואביזרים יש להמשיך ולרכוש דגם זה על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.


  
ענבר אמוני-שושן  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' טביביאן-קיסר הילה  
מר קציר יוגב  
גבי בן דוד עדי

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
**THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER**  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL

מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל



טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387