

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

31 ביולי 2023  
מספרנו: הני"ר/ 0286.2023  
תיק:

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

הנדון: פרויקט בינוי תאי אב/ מעבדת עיבוד תאי אב – חוות דעת לרכישת מכשיר הקפאה הדרגתית  
רשימת הצטיידות- פרויקט תאי אב

1. בהתאם לסימוכין, נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות 1 יחיד.
2. להלן תכונות המכשיר הנדרשות:
  - מכשיר הקפאה לשימור בנק רקמות ותאים. מיועד לשקיות ואמפולות.
  - טמפ' הקפאה מקסימלית של  $-180^{\circ}$
  - תכולה – 11 שקיות דגימה.
  - קירור אחיד במערכת למינרית.
  - קירור/חימום מתבצע על ידי בקרת טמפ', קצב או פרוטוקולים.
  - מכשור Medical Grade עם אישור אמ"ר
3. המכשור מוכר ונמצא בשימוש במספר אתרים בבית החולים. לא ידוע על מכשור נוסף להקפאה מבוקרת שמתאים לרקמות ותאים ועונה לדרישות וכלן יש לראות ביצרן ונציגו ספק בלעדי לרכישה.
4. מצורפת הצעת מחיר 22925 לדגם KRYO560-16 תוצרת PLANER. יש לממש ההצעה במלואה.
5. הערות:
  - לטובת מערכת התראה למכשיר, המעבדה תבצע איפיון יישומי התראות מול מערכות מידע. לכן יש לקבל אישור סופי ממר ליאור אדלמן טרם הוצאת הזמנה.
  - יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.
  - המכשיר יירשם ויטופל על ידי המחלקה לשרותים טכניים.

בברכה,

ענבר אמונץ-שושן  
מהנדסת ביו-רפואית  
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' נירה בלום  
דר' עינב וקס  
מר ליאור אדלמן  
מר משה חמד  
מר שמשון אפללו