

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

8 באוגוסט 2023
מספרנו: הנ"ר/2023-0264
תיק: 1241

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: פרויקט בינוי תאי אב/ מעבדת עיבוד תאי אב + בנק הדם הטבורי –
חוו"ד לרכישת מכשיר הלחמת צינוריות ואיטום שקיות דם (Blood bag & Tube Sealer).

רשימת הצטיידות- פרויקט תאי אב

- בהתאם לסימוכין, נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות כוללת של 7 יח', לפי החלוקה הבאה:
 - מעבדת תאי אב – 5 יח' (מספר סידורי 9 בטבלת ההצטיידות)
 - בנק דם טבורי – 2 יח' (מספר סידורי 67 בטבלת ההצטיידות)
- להלן תכונות המכשיר הנדרשות:
 - יכולת איטום כל סוגי שקיות להקפאת דם המצויות בשימוש שוטף בבנק הדם הטבורי.
 - יכולת חלוקת השקית בעזרת הלחמה לשני חלקים אטומים ביחס של 80%-20 מנפח השקית.
 - התאמה להלחמת צינוריות בקוטר חיצוני של עד 5.4 מ"מ ופנימי של עד 3.9 מ"מ.
- במעבדות מצויים בשימוש מכשירי הלחמה ואיטום שקיות מדגם MACOSEAL TWIN EVA MINI3D תוצרת MACRO-PHARMA. הובהר ע"י הצוותים המשתמשים משתי המעבדות כי דגם זה הינו היחיד המספק מענה לנדרש ומותאם להלחמה ואיטום של כל סוגי שקיות הדם המצויות בשימוש שוטף. לציין כי בעבר נבחר מכשור מתוצרת DELCON המשווק ע"י חברת "בפקס", אשר נמצא לא מתאים לשימוש המעבדות.
- לאור הנ"ל, יש לראות ביצרן MACRO-PHARMA באמצעות נציגתו המקומית חברת "מדיגל", ספק יחיד לרכישה ולממשה בהתאם להצעת מחיר הרצי"ב.
- הערות:**
 - יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים, כולל כיוולים והחלפת חלפים (אם נדרש) ע"פ הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת.
 - על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Service manual) אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.

בברכה
מיטל ביסטר-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' נירה בלום
דר' עינב וקס
גב' ריטה מאירוב
מר ליאור אדלמן
מר משה חמד