

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

27 ביולי 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0230
תיק: 4005, 1118

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: ח.ג. גניקולוגי – חו"ד לרכישת דיאטרמיה ייחודית לאפליקציה גניקולוגית

א. תוכנית הצטיידות 2023 – חדר ניתוח
ב. דוא"ל מיום 28.06.23

- בהתאם לסימוכין, נדרשת רכישת דיאטרמיה לטובת הליכים גניקולוגיים בחדר ניתוח.
- ביחידה נעשה שימוש ב-2 סוגים מרכזיים של דיאטרמיות:
 - דגמים סטנדרטיים הנמצאים בשימוש בחדר ניתוח מתוצרת VALLYLAB
 - דיאטרמיות מתוצרת ERBE הכוללות מערכות מתממשקות וציוד קצה גניקולוגי לאפליקציות ייעודיות כגון אנדומטריוזיס, קוניזציה של צוואר הרחם, היסטרוסקופיה ועוד.
- עבור הרכישה שעל הפרק, ליחידה נדרשת דיאטרמיה מתוצרת ERBE כאשר מדובר ביחידה המרכזית ופדל השליטה בלבד מתוך כוונה לעשות שימוש במערכות משלימות ויחידות הקצה הנמצאות בשימוש (למשל רזקטוסקופ, BioClamp, מע' ארגון וכו).
- יש לממש הצעת מחיר 74562 של חברת ברסלוינר לרכישת דגם VIO300D תוצרת ERBE. ההצעה כוללת:
 - דיאטרמיה דגם VIO300D
 - דוושה כפולה (חיתוך, קואגולציה, החלפת תוכניות משנה)
 - עגלה
 - אחריות של 24 חודשים הכוללת תחזוקה מונעת בהתאם להוראות יצרן ועל פי דרישות הנדסה רפואית.
- בכדי לספק את המענה המתואר בסעיף 3 ולרכוש מערכת מרכזית בלבד מתוך כוונה לחבר יחידות הנמצאות בשימוש בחדר ניתוח, מחויבת רכישה של דיאטרמיה מתוצרת ERBE (ראה מייל דר' שטוקהיים). בהתאם לכך יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

בברכה,
ענבר אמוץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה ביו-רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: דר' דוד שטוקהיים
גב' וינר נטלי
דר' דינה אורקין