

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

27 ביולי 2023
מספרנו: הני"ר/2023-2023
תיק: 7010, 1222

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מעבדה לסקר יילודים – חו"ד לרכישת מכשיר PCR

טופס השבתה מס' 278-2023

המכשיר הנדון מדגם C1000 מתוצרת חברת BIO-RAD (מס"ד CT019064) נמצא תקול והוברר כי אין כדאיות כלכלית לתקנו. לפיכך הושבת.

רצ"ב הצעת חברת BIO-RAD לרכישת דגם זה בעיסקת טרייד אין אותה יש לממש (פריט 1 בהצעה בלבד).

בשימוש מעבדת סקר יילודים 12 מכשירים מדגם C1000 ועל מנת לשמור על אחידות מכשור יש להמשיך ולרכוש דגם זה על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,
מיטל בישטרי-פזח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: מר בן אליהו אלנתן
גבי בן דוד עדי