

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

8 באוגוסט 2023
מספרנו: הנ"ר/2023-0269
תיק: 1240

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: פרויקט בניית תאי אב/מעבדת עיבוד תאי אב – חו"ד לרכישת מכשיר Tubing Welder.

רשימת הצטיידות- פרויקט תאי אב

1. בהתאם לסימוכין, נדרשת רכישה של המכשיר הנדון בכמות 1 יח' – מספר סידורי 8 בטבלה.
מדובר במכשיר המשמש לחיבור בין שני צינורות של שקיות דם/תאים והפיכתם לאחד, ע"י הלחמה סטרילית.
פעולת ההלחמה מתבצעת באמצעות סכינים חד-פעמיים ייעודיים המחוממים לטמפ' של כ-300°C.
2. להלן הדרישות מהמכשור:
 - א. מכשיר שולחני.
 - ב. יכולת הלחמת צינוריות מסוג Polyvinyl Chloride (PVC) בפרט וכלל הסוגים המשמשים במעבדה.
 - ג. התאמה לצינוריות בקוטר ועובי של עד 4.6 ו- 0.8 מ"מ בהתאמה.
 - ד. מסך LCD המציג נתוני ומצב ההלחמה תוך מתן התראות בזמן אמת.
 - ה. מדפים הניתנים לפירוק והרכבה לצורך תמיכה בשקיות הדם בזמן פעולת ההלחמה.
3. ליצרן Terumo BCT המכשור הנדרש מדגם TSCD II המשווק בארץ ע"י חברת "בפקס". הדגם נבדק ע"י המעבדה ונמצא עונה לכל שנדרש. למען הסר ספק, לא ידוע על ספק חלופי לסוג המכשור הדרוש, בדגש על הנדרש בסעיף ה'.
4. לנוכח הנ"ל, יש לראות ביצרן Terumo BCT באמצעות נציגו ספק יחיד לרכישה ולממשה באמצעות הצעת מחיר מס' Q2302744 הרצ"ב.

הערות:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים החל מיום הקליטה במעבדה ותחילת השימוש בפועל. תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים, כולל כיולים והחלפת חלפים (אם נדרש), ע"פ הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת.
- על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Service manual) כמקובל במדיה דיגיטלית.

בברכה,
מיכל מיסטרלי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' נירה בלום
דר' עינב וקס
מר ליאור אדלמן
מר משה חמד