

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

20 בספטמבר 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0335
תיק: 11-1130, 6509

לכבוד
גבי גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: ביה"ח שיקומי / אשפוז יום שיקומי –
חוו"ד לרכישת Rhino-Laryngoscope עבור מגדל תוצרת STORZ

דוא"ל מיום 20.09.23

בהתאם לסימוכין, נדרשת רכישה של וידאו לרינגוסקופ בטכנולוגיית Distal chip עבור אשפוז יום שיקומי.
רצי"ב הצעת חברת ברסלויער מסי 74505 לרכישת דגם CMOS תוצרת STORZ. ההצעה כוללת את ציוד הקצה,
מתאם למגדל הקיים ביחידה וקונטיינר.

מדובר בציוד קצה אשר נרכש במטרה לחברו למגדל קיים מתוצרת STORZ. מאחר ולא ניתן לחבר למגדל את הציוד
הייעודי שבנדון מתוצרת יצרן אחר, יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

סעיף תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין.

הערות רכישה ואספקה:

- מומלץ לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים למכשור המוצע.
- על ההזמנה לכלול ספרות מקצועית הפעלה ושירות אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.

בברכה,

ענבר אמונץ-שושן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' לימור בנימיני
גב' דפנה גרוסברג
גב' עינב גוטרמן