



26/10/23

לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מוגבל מס' 223872 לאספקת
ספקטרופוטומטר בליעה אטומי – ותשובות לשאלות
הבהרה

1. מועד הגשת השאלות נדחה ליום 02/11/23 בשעה 12:00
 2. להלן מענה על שאלות הבהרה:

מס"ד	פרק/ נספח	מס סעיף	פירוט השאלה/הערה/ בקשה	תשובת מרת"א
1.	הודעה	4.3 (תנאי סף)	המכשירים האלו לא מוגדרים medical device, האם ניתן לגשת למכרז ללא הגשת אישור אמ"ר ?	ניתן להגיש אישור CE או FDA במקום
2.	תנאי המכרז	10.2 (תנאי סף)	האם ניתן להתייחס למערכות שנמכרו לתעשייה?	לא
3.	תנאי המכרז	11	האם יש צורך בערבות בנספח ה' סעיף 21 יש צורך בערבות?	אין צורך בערבות הצעה
4.	תנאי המכרז	24	האם ניתן לקבל הדגמה און-ליין עקב המצב הבטיחותי?	לא
5.	נספח ג'1 – מפרט טכני	1	האם יש לכם דרישה למערכת עם Zeeman-background correction?	כן
6.	נספח ג'1 - מפרט טכני	1.1	האם ניתן להתאים למערכת דוגם אוטומטי עם 108 מקומות?	כן
7.	נספח ג'1 - מפרט טכני	2.7	האם רלוונטי עבור המכרז שאלון אבטחת מידע למכשור רפואי?	רלוונטי

אין צורך במענה טלפוני לקריאת שירות 24/7. הדרישה היא להשמש המערכת עד 3 ימי עסקים ממועד פתיחת הקריאה מול הספק	האם רלוונטי החלפת חלק פגום תוך 72 שעות, ומענה טלפוני לקריאת שירות 24/7 מאחר שהמכשיר אינו מציל חיים?	13.3 וסעיף 17	נספח ה'	.8
אין בקשה לאישור קיום ביטוח	האם יש צורך להגיש ביטוח או רק הצהרה?	סעיף 25	נספח ה'	.9

בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים