

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

1

30 באוקטובר 2025
מספרנו: הני"ר/2023-0382
תיק: 3-1125, 4000

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' רכש

הנדון: אגף נשים ויולדות/יח' ניטור עוברי – חו"ד לרכישת אולטראסאונד תוצרת חברת GE

טופס השבתה מס' 378-2023

1. מכשיר אולטראסאונד מדגם VOLUSON S8 BT, מס' סידורי VS8802462 תוצרת GE (ME0103176) ניזוק עקב חדירת מים. המכשיר הוצף במים ונגרם נזק נרחב לכרטיסים של המכשיר וקונסולה. עלות התיקון גבוהה ואינה כדאית כלכלית. לפיכך המכשיר הושבת ונדרשת רכישת חלופה.
2. חברת אלדן, נציגת הספק הציעה רכישת מכשיר מדגם VOLUSON S10 EXPERT BT22 המחליף את הדגם שניזוק בעסקת TRADE-IN. ההצעה כוללת מכשיר + מתמרים חדשים. הצעת המחיר לרכישת חלופה עלותה נמוכה מעלות תיקון המכשיר.
3. רצ"ב הצעת מחיר 23R01758 של חברת אלדן אותה יש לממש על כל סעיפיה. **אין צורך במימוש האופציה שבהצעה.**

מכשור האולטראסאונד הקיים בשימוש באגף הגינקולוגי מבוסס על תוצרת GE לדגמי השונים. על מנת לשמור על אחידות המכשור, תוכנות משותפות ויכולת שימוש במתמרים הקיימים, יש להמשיך ולרכוש המכשיר מתוצרת יצרן זה. ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

לדגם המוצע קיים אישור מע' מידע לחיבורו לרשת בית החולים.

הערות רכישה ואספקה:

- על ההזמנה לכלול אחריות של 24 חודשים למערכת על כל מרכיביה. תקופת האחריות תכלול ביצוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות יצרן ובסיום כל שנת אחריות.
- על ההזמנה לכלול ספרות מקצועית הפעלה ושירות אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.
- על הספק להתחייב מתן הדרכה לצוות המטפל וכן מתן הדרכה לצוות הטכני של שיבא.

בברכה

ג'רסי רפאל
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר + טופס השבתה

העתקים: פרופ' בועז וויס
מר יעקבלב מיכאל
גב' צדוק חופית