

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

18 בספטמבר 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0330
תיק: 1111-12A

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: מרכז רפואי שיבא – חו"ד לרכישת משאבות מזרק PCA

רשימת הצטיידות 1.5M
דוא"ל גב' גילי דוד מיום 07.08.23

1. במרכז הרפואי נמצאות בשימוש 12 משאבות מזרק מסוג PCA מדגם P-5000. דגם זה הינו מיושן, מרובה תקלות ותמיכת היצרן עבורו הופסקה (EOS). מדובר במכשירים בודדים אחרונים שנמצאים בשימוש במחלקות השונות בשילוב עם דגמים עדכניים מסדרת BodyGuard. כך שמעבר לחוסר היכולת לתת מענה טכני לתקלות ותחזוקה שוטפת, השימוש במשאבות מהווה גם סיכון בטיחותי בשל היעדר אחידות בתחום של עירווי תרופות בסיכון גבוה.
2. בהתאם לסימוכין, אושר התקציב להחלפת כל המשאבות הישנות בדגמים המתאימים והעדכניים אשר נמצאים בשימוש כיום.
3. להלן רשימת הפריטים הדורשים החלפה במחלקות השונות:

מחלקה	מערך	כמות
טיפול נמרץ ילדים	ילדים	2
כוויות	כללי	1
טראומה	כללי	1
כירורגית ב'	כללי	3
כירורגית ילדים	כללי	1
נירורכיורגיה	כללי	1
כירורגית ג'	כללי	1
ח.נ.גניקולוגי	נשים	1
חדר לידה	נשים	1

4. מצורפת הצעה PQ23000100 של חברת Medicore למשאבות מסדרת BodyGuard והצעה PQ23000101 לאביזרים הנלווים.
5. עבור כל המחלקות בביה"ח לילדים ובביה"ח כללי – נדרשת רכישה של דגם 595 מסדרת BodyGuard בליווי עמדת חיבור המשאבה (העמדה כוללת נעילה ומעמד לשקית או מזרק לחומר העירווי). יש לממש הצעה PQ23000100 פריט 2 בכמות של 10 יח' והצעה PQ23000101 פריט 2 בכמות של 10 יחידות.
6. עבור המחלקות במערך הגניקולוגי – נדרשת רכישה של דגם Epidural מסדרת BodyGuard (הדגם המקביל ל-545) בליווי עמדת חיבור המשאבה (העמדה כוללת נעילה ומעמד לשקית או מזרק לחומר העירווי). יש לממש הצעה PQ23000100 פריט 1 בכמות של 2 יח' והצעה PQ23000101 פריט 2 בכמות של 2 יחידות.
7. המכשור אשר נמצא בשימוש בכל רחבי המרכז (ובמחלקות המצוינות) הינו משאבות PCA מסדרת BodyGuard תוצרת CME. מדובר במכשור המשמש לעירווי רגיש ויש לנושא אספקט מרכזי של בטיחות חולה. בתחום ה-PCA נקבע כי נדרשת אחידות מכשור ובהתאם לעקרון זה אובזרו המחלקות בעבר בדגם אחיד שנבחר לאחר בחינה מעמיקה של המוצע בשוק ובשיתוף פעולה של הנהלת הסיעוד, ניהול סיכונים, מערך ההרדמה ועוד. התקציב שניתן השנה לא מאפשר אבזור מחדש של מחלקות שלמות. מאחר ומדובר בתוספות של יחידות בודדות למספר מחלקות, אין אפשרות לבחון הטמעה של דגמים חדשים מיצרנים אחרים. בהתאם לכך יש לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

סעיף תקציבי לרכישה – בהתאם לסימוכין

הערות רכישה ואספקה:

- ההצעה כוללת 24 חודשי אחריות בהתאם להתחייבות הספק.
- על ההזמנה לכלול ספרות מקצועית הפעלה ושירות אשר תסופק עם המכשור במדיה דיגיטלית.

הערות קליטה:

- מכשור רפואי יסופק למרכז הרפואי בליווי בדיקת בטיחות חשמלית עדכנית וטופס אישור תקינות מטעם היצרן. זאת בהתאם להתחייבות הספק.

בברכה,
ענבר אמנון-עזישן
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעות מחיר

העתקים: גב' רחמינוב אורנה
גב' דוד גילי
ד"ר מורן אורית
ד"ר דולגוקר אירנה
מר דדוש רפי