



06.11.23

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מוגבל מס' 234126 לאספקת צנרת סגולה - הזנה בטוחה

1. הריני להודיעכם כי מסמכי המכרז עודכנו נוכח תשובות לשאלות הבהרה יש להגיש הצעתכם ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים.
2. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	נספח א' תנאי המכרז	12.2	" למציע ניסיון באספקת פריטים מושאי מכרז זה" חברתינו בימים אלו החלה לשווק יצרן אירופאי גדול . יצרן En-Fit ומוכר בתחום זה זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים והינו בעל ניסיון רב בעולם ובמרכזים רפואיים גדולים באירופה. האם נוכל להגיש הצעת מחיר בגין יצרן זה לאור העובדה כי חברתנו הנה ספק ותיק ומוערך בבית החולים איכילוב ובשאר בתי החולים בארץ? האם ניסיון מוכח של היצרן באירופה+ ניסיון מוכח של המפיץ עם פריטים דומים מול בתי החולים בארץ יספקו על מנת לאפשר תחרות מקצועית ומחירים משופרים למוצרים אלו? אחרת האופציה לשיפור מחיר ולמוצר משופר תהייה חסומה ל-24-60 חודש בבית החולים.	סעיף 12.2 מעודכן כדלקמן: למציע ו/או ליצרן הפריטים ניסיון באספקת פריטים מושאי מכרז זה בשני מוסדות רפואיים (2) בארץ ו/או באירופה ו/או בצפון אמריקה ו/או ביפן לכל הפחות, כאשר אספקת הפריטים בוצעה במשך שנתיים משלושת השנים שקדמו למועד האחרון להגשת המכרז.
2.	נספח א' תנאי המכרז	17-18	סעיף 17- "כל מגיש רשאי להגיש הצעה אחת בלבד" חברתינו עובדת עם שני יצרנים/ספקים של מערכת סגולה ייעודית להזנה: הראשונה הינה Nutrisafe שהינה מערכת יחודית של היצרן VYGON . מערכת זו המשווקת בארץ רק על ידי חברתינו הינה מערכת בטיחותית בעלת היתרונות המובהקים הבאים: 1. לפגים ותינוקות קטנים המבנה האנטומי של המזרקים והדיוק שלהן (גם המזרק	כלל המציעים מחויבים לעמוד בתנאי הסף במכרז באופן מלא ובמצטבר ביחס למכשור המוצע על ידם, ובכלל זה, עמידה מלאה בדרישות המפרט הטכני ובהתאם לסעיף 18 לתנאי המכרז

	<p>הקטן ביותר 1 מ"ל שבו ניתנות תרופות קרדיאליות במינון נמוך מדויק) הנו חשוב ביותר.</p> <p>2. priming volumen במאריכים קטן ביותר, כך שמונע "ביזבוז" של חלב אם (הזהב הלבן) ותרופות.</p> <p>3. המבנה העדין והקטן של מחבר הזונדה מונע הצטברות של שאריות אוכל היכולות לגרום לזיהום.</p> <p>4. ניסיון רחב בכל הארץ מעל 15 שנה.</p> <p>האפשרות השנייה הינה מערכת En-Fit שהינה מערכת בטיחותית אוניברסלית הזוהה למערכת בה משתמש היום בית החולים והינה ללא היתרונות המובהקים שלמערכת Nutrisafe. אנו מעוניינים לתת לבית החולים את 2 האופציות לבחירתו או לשילוב בין השניים.</p> <p>סעיף 18 - כיוון שבסעיף 17 מצוינות 2 מערכות שונות כמובן שלא ניתן להציעם במחיר זהה – אם התשובה לסעיף הקודם חיובית אנא תקנו סעיף 18 בהתאם.</p>			
כלל הפריטים המבוקשים שייכים להזנה אנטרלית עם חיבור בטיחותי	האם כל המוצרים המבוקשים שייכים להזנה אנטרלית בחיבורי Enfit על פי תקן ISO 80369-3?	1	נספח ג'	3.
אורך הזונדות-40 ס"מ-120 ס"מ	אין פירוט לאורך הזונדות.	1	נספח ג'	4.
מקובל.	בפירוט המזרקים מצוין מזרק 3 סמ"ק לחברתנו יש מזרק 2.5 סמ"ק האם מקובל?	2	נספח ג'	5.

**בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים**