

## אגף הדימות

24 יולי 2023  
ו' אב תשפ"ג

לכבוד  
ועדת מכרזים  
המרכז הרפואי שיבא  
כאן

### הנדון : נימוק ספק לניידת שיקוף מדגם Cios Flow של חברת SIEMENS

אגף חדרי ניתוח במרכז הרפואי "שיבא" מעוניין לצאת לרכש של ניידת שיקוף חדשה שתיתן מענה לניתוחי טראומה ואורתופדיה לילדים.

מכשיר השיקוף המועדף הינו – ניידת שיקוף Cios Flow של חברת Siemens מהסיבות הבאות:

- ❖ המערכת הינה היחידה עם הספק קטן של 2.3 kW שיכולה לכלול גלאי גדול 30\*30 ס"מ בטכנולוגיית CMOS. הדבר מאפשר שימוש בקרינה נמוכה תוך קבלת תמונה באיכות גבוהה עם כיסוי שטח רחב יותר.
- ❖ למכשיר תוכנה ייחודית בשם SPOT ADAPT המתאימה את פרמטרי החשיפה ועיבוד התמונה בהתאם לאזור ספציפי בתמונה שנבחר על ידי המפעיל ובשל כך לאפשר לראות תמונה מיטבית באזור ספציפי בתמונה הקיימת (ללא צורך בשיקוף נוסף).
- ❖ ניידת כזו נמצאת בשימוש במוסדנו, דבר שמקצר משמעותית את עקומת הלמידה.

ניידות שיקוף של חברת Siemens משוקות בארץ בבלעדיות על ידי חברת "נבו גזית".

לכן, מהסיבות שצוינו, אנו מבקשים להכיר בחברת "נבו גזית" כספק יחיד של ניידת שיקוף מדגם Cios Flow של חברת SIEMENS.

בברכה,  
סלים בדר  
רנטגנאי ראשי  
המרכז הרפואי "שיבא"

