

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-6959505

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 15.11.2023

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 13/2023

נושא: אספקת מדיח כלים מעבדתי עבור המרכז לאגרוטכנולוגיה מיקרוביאלית במינהל המחקר החקלאי


מועד אחרון להגשה: 26.11.2023 (עד השעה 12:00)

* **הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he>**
ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	סעיף 5.א.7	סעיף 5 האם הכוונה בהתייחס לזיהומים מערכת ההורקה הינה טוטאלית בגרביטציה ישירות לביוב מה שלא אפשרי ע"י משאבת הורקה כמו מכונת כביסה עם חיבור מוגבה לביוב.	כל מכשיר הכולל הפרדה בין מערכות המילוי והריקון יענה על סעיף זה.
2	סעיף 6.א.7 סעיף 5.א.7	סעיף 6 בהמשך לסעיף 5 בהתייחס לזיהומים האם המערכת אמורה לדחוס אוויר חם כולל גם במטוים ובממטרות והאוויר יהיה מסונן ע"י מסנן 14 HEPA אבסולוטי.	כל מכשיר הכולל ייבוש אקטיבי בעזרת אוויר חם יענה על סעיף זה.
3	סעיף 7.א.7	סעיף 7 לגבי החיישנים האם הכוונה רק לגבי הישרדות חומר במיכל או גם מד זרימה שמודד את כמות החומר לדיוק הצריכה.	הכוונה היא רק לגבי הישרדות חומר במיכל.
4	סעיף 8.א.7	סעיף 8 מאחר וכל המכונות המודרניות אינן כוללות מערכת ריכוך מים כמקור לזיהומים ואינו יעיל מאחר ובשלב לפני האחרון במים מטופלים נעשה שימוש בנוזל מנטרל חומצי שמסלק את הגורמים לאבנית והשטיפה האחרונה כאמור במים מטופלים אינם יוצרים אבנית מכך שמערכת זו מיותרת ואינה מותקנת יותר והאם ניתן להסיר את הדרישה עקב כך.	לא מקובל.
5	סעיף 9.א.7 וסעיף 2.א.7	האם ומאחר והכלי הגבוה ביותר הינו כ 40 ס"מ האם הגובה הנדרש של מפתח התא יכול להיות קטן מעט ומתאים לדרישת גובה הכלי גם כך לא ניתן בו זמנית לשטוף בשתי קומות.	מידת הגובה המצוינת בסעיף 7.2 מתייחסת לגובה הכולל של תא השטיפה ולא למפתח התא. כל עוד מפתח תא השטיפה מאפשר הכנסה חלקה (ללא מגע בדפנות) של מגש שטיפה ועליו 4 מיכלים במידות המצוינות המכשיר יחשב כעונה על הדרישה בסעיף 7.9.
6	סעיף 2.א.7	הגובה שדרשתם הוא 52 ס"מ. האם הכוונה לגובה פנימי ברוטו או למרחק בין זרוע השטיפה העליונה לתחתונה.	הכוונה לגובה ברוטו של תא השטיפה.
7	סעיף 3.א.7	שטיפה מהירה של 30 דקות ?	בנוסף לתכניות הסטנדרטיות על המכשיר לכלול תכנית קצרה של 30 דקות או פחות המאפשרת שטיפה מהירה, בדרך כלל עבור כלים עם לכלוך קל להסרה.

8	סעיף 7.א.7	אם אין התראה על גובה הנוזל אבל משאבות שונות לנוזלים שונים האם זה בסדר?	לא מקובל. יש צורך בהתראה.
9	סעיף 8.א.7	האם אפשר להציע מערכת ריכוך מים מבוססת על מטכנולוגיה אחרת מאשר מלח?	לא מקובל.
	סעיף 10.א.7 סעיף 11.א.7	הבהרת עורך המכרז: סעיף 7 א' מפרט טכני סעיפים 10 ו 11. חשוב שהמגירות המפורטות יכללו את כל הנדרש. יחד עם זאת אין זה משנה באיזה מגירה המאפיינים יבואו לידי ביטוי (תחתונה או עליונה) ובלבד שכל המבוקש יהיה קיים.	

שם המציע חותמת וחתימה

 רחל יקום חשבת המינהל	 עו"ד בת-עמי הלוינג יועצת משפטית המינהל	 אורי ירמיהו מ"מ יו"ר הועדה
--	--	---