

**טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"**

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד הבריאות	המרכז הרפואי וולפסון
מחלקה	הנדסה רפואית
תאריך חוות דעת:	12.11.2023
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל:  כן  לא

סוג ההתקשרות:

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	איתן מדיקל בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	51-423712-2
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	148,054 ש"ח כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	12 חודשים

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

הנושא:

א. הסכם שרות תיקונים והספקת חלפים לביצוע תיקונים ל 275 משאבות עירוני ווליומטריות מדגם ומתוצרת ספיר קיו קור

- למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתקבל, ככל שתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת איתור הספק המאושר/מוסמך ע"י משה"ב (רשום בפנקס אמ"ר) לספק שרות למשאבות עירוי מדגם ומתוצרת קיו קור ספיר וספיר פלוס
2. יש לפרט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה, שיחה עם לפחות 3 עמיתים מבתי חולים הללו יפה, אסף הרופא ובית החולים ברזילאי).

רשומות יח' אמ"ר משה"ב, בדיקת חלופות מול ספקי מכשור דומה.

3. יש לפרט ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)


חברת איתן מדיקל יצרנית המשאבות ולה אישור אמ"ר למכור ולספק שרות למכשירים הללו חלק מהתיקונים והטיפולים מבוצעים ע"י צוות טכני מכללית הנדסה (גוף המספק שרות מטעם קופ"ח כללית) אשר הוסמכו ע"י היצרן לבצע טיפולים ותיקונים במכשירים הללו ופועלים מטעם היצרן חברת איתן מדיקל כספק שרות (קבלן משנה) לביצוע תיקונים וטיפולים עם החלפים המקוריים שמסופקים ע"י חברת איתן מדיקל

4. יש לפרט נימוקים והערות נוספות

1. חברת איתן מדיקל יצרנית ומשווקת משאבות עירוי ספיר קיו קור והיחידים מאושרי אמ"ר לשווק את הציוד האמור כמו גם לספק שירות תיקונים וחלפים מקוריים.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל המחלקה להנדסה רפואית	שמילוביץ חנן
<b>חתימה</b>	<b>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>שם בעל הסמכות המקצועית</b>