

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	IVF
תאריך:	02.11.23

מדינת ישראל X _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: **חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
תגים (מתכלים) למערכת זיהוי אלקטרוני של זרע/ביציות/עוברים על מנת למנוע טעויות אנוש והחלפת עוברים בעת הפריה חוץ גופית.
הצעת מחיר 226294

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן X לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	זוטל
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	ע.מ 500106265
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	ש"ח 920.000
תקופת ההתקשרות	שנתיים

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
 טרם רכישת מערכת לזיהוי אלקטרוני הח"מ (ד"ר עזר) ביקרה במעבדות בבלגיה הולנד וספרד לסקירת המערכות והטכנולוגיות השונות.
 בישראל מערכת לזיהוי אלקטרוני משווקת על בסיס טכנולוגית ברקודים (Matcher ,LAB Protector) או על בסיס טכנולוגית RFID (RI Witness).

סורק ה Matcher ומשטחי ה RFID הוכנסו למעבדת IVF בשיבא לפני כחצי שנה עד שנה להתנסות של 10 אמבריולוגים.

לאחר מכן נרכשה מערכת ה RI Witness והותקנה במעבדתנו.

2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

היתרונות הבולטים של מערכת ה RI Witness נובעים מטכנולוגית RFID, אוטומטית, חוסכת זמן ופעולות מיותרות כגון לחיצה על "סריקה" או סיבוב הצלחת/מבחנה אל הסורק. יתרון נוסף והוא משמעותי מבחינתנו היא העובדה שהמטופלת מכניסה כרטיס זיהוי לעמדה בחדר הניתוח וכל העת שהיא בתוך החדר - העמדה במעבדה ננעלת עליה ולא מאפשרת החלפה/טעות זיהוי. כמו כן גם בעת הכנסת צלחת לעמדת העבודה, העמדה ננעלת למשך כל זמן הפעולה (מס' דקות) ובניגוד למערכת הברקודים, אין צורך לבצע סריקה של ברקוד בנקודת זמן מסוימת, באופן אקטיבי, לנעילת העמדה.

כיום מערכת RI Witness קיימת במעבדתנו ואנו משתמשים בה באופן רוטיני. חברת זוטל היא הספק יחיד לרכישת

התגים שונים לסימון כלי הקיבול (מבחנה/צלחת) לשימוש בטכנולוגיית RFID ע"י מערכת ה RI Witness.



3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

סורק ה Matcher ומשטחי ה RFID הוכנסו למעבדת IVF בשיבא לפני כחצי שנה עד שנה להתנסות של 10 אמבריולוגים. לאחר מכן נרכשה מערכת ה RI Witness והותקנה במעבדתנו.
 למרות שקיימים יתרונות מסוימים גם למערכת ה MATCHER כגון צילום הברקוד וניהול בנק מוקפאים, המעבדה להפריה חוץ גופית בשיבא מעדיפה לרכוש RI Witness (9 מתוך 10 אנשי צוות מעדיפים את מערכת הזיהוי RI Witness ע"י RFID ולא ברקודים) היות וסוג הטכנולוגיה RFID היא בעלת היתרון המשמעותי ביותר מבחינתנו.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהלת המעבדה להפריה חוץ גופית	ד"ר אדוה עזר
	מנהל היחידה להפריה חוץ גופית	פרופ' ראול אורביטו
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית