



28.11.23

לכבוד:
כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 234266 סטים מתכלים לדיאליזה – CVC +
FISTULA

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1.	נספח ג' – מפרט טכני	סל א' – סט FISTULA	<p>1. האם המארז החיצוני של הערכה צריך להיות רך או קשיח?</p> <p>2. האם צריכה להיות הפרדה בין יחידת חיבור ליחידת ניתוק? אם כן, אילו רכיבים צריכים להיות ביחידת החיבור ואילו ביחידת הניתוק?</p> <p>3. האם הכפפות צריכות להיות במעטפת נייר? בנוסף, האם ניטריל או לטקס? כמו-כן, מידת הכפפות המבוקשת בסט CVC היא SMALL, אך בסט FISTULA היא MEDIUM – האם זו אכן הכוונה?</p> <p>4. האם הכוונה ב"פלסטר 7X6 ס"מ" לחבישה עם מרכז סופג? אם כן, האם יש צורך בפלסטר עם אמצעי לזיהוי מצב של דימום וכן יכולת המוסטטית כלשהי?</p>	<p>ראו מפרט טכני (נספח ג') מעודכן המצורף לקובץ זה</p>
2.	נספח ג' – מפרט טכני	סל ב' – סט CVC	<p>1. האם המארז החיצוני של הערכה צריך להיות רך או קשיח?</p> <p>2. Pharmapore 10 x 10 - האם ניתן להציע גם גודל של 8 X 10 ס"מ?</p> <p>3. Bandafix – האם הכוונה לאורך של 10 ס"מ בלבד או שיש צורך באורך של 20 ס"מ ליחידה?</p>	<p>ראו מפרט טכני (נספח ג') מעודכן המצורף לקובץ זה</p>

בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים

מפרט טכני למכרז פומבי מוגבל מס' 234266 לאספקת סטים מתכלים לדיאליזה –

CVC + FISTULA

סל א': סט (FISTULA ON-OFF (M) KIT) FISTULA

להלן תכולת סל א': סט (FISTULA ON-OFF (M) KIT) FISTULA :

מארז חיצוני : רך / קשיח

אין צורך בהפרדה בין חיבור לניתוק

תיאור הפריט	כמות ביחידות
כפפות M לטקס סטרילי במעטפת נייר	2
פלסטר 7X6 ס"מ עם מרכז סופג	2
פלסטר U 10X5 ס"מ	2
פלסטר 10X2 ס"מ	4
פד גאזה 10X10 ס"מ	4
משטח עבודה 48X33 ס"מ	1
כדורי גאזה	4

סל ב': סט (ALYSIS ON-OFF CVP SET) CVC

להלן תכולת סל ב': סט (ALYSIS ON-OFF CVP SET) CVC :

מארז חיצוני : רך / קשיח

הפרדה בין חיבור לניתוק – חובה

תיאור הפריט	כמות ביחידות
CVC Dialysis Set – 1 Connect	1
CVC Dialysis Set – 2 Dissconnect	1
Masks	2
Pharmaphore 10x10cm	1
תכולת סט:	
CVC Dialysis Set – 1 Connect	כמות ביחידות
כפפות M לטקס סטרילי במעטפת נייר	4
Drape paper/PE 40x45cm	1
Drape paper/PE 40x45cm fenestrated 5cm – split.	1
Syringe 3pce 5ml Luer Slip BD	2
Gauze swabs 10x10 cm 8 ply	7
תכולת סט:	
CVC Dialysis Set – 2 Dissconnect	כמות ביחידות
כפפות M לטקס סטרילי במעטפת נייר	2
Mask 3 layers	1
Drape paper/PE 40x45cm	1
Gauze swabs 10x10 cm 8 ply	4
Syringe 3pce 10ml Luer Slip BD	2
Syringe 3pce 3ml Luer slip BD	2
Needle 18G - 1.2 x 40mm pink	2
Needle 21G - 0.8 x 25mm green	2
Male Luer Lock Injection Port	2
Bandafix No.4 10 CM (אורך)	1
כדורי גזה	2